



.....

Znak: AE/ZP-27-20/13

Tarnów, 2013-02-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę myjni-dezynfektora do basenów i kaczek – 1 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o szerokości 545 mm?
2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga automatycznego czy ręcznego otwierania drzwi?
3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 173 cm?
4. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w automatyczne, mechaniczne suszenie i schładzanie naczyń sanitarnych?
5. Czy Zamawiający potwierdza, że komora powinna być tłoczona z jednego kawałka stali, bez spoin z zaokrąglonymi narożnikami?
6. Czy Zamawiający potwierdza, że pod określeniem dysza rotacyjna, Zamawiający miał na myśli wysuwaną, teleskopową dyszę zapewniającą skuteczne mycie wewnątrz naczynia miejsc trudnodostępnych?
7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach : szer. 700 mm, głębokość 600mm.
8. Czy Zamawiający dopuści myjnię wraz z pompą dozującą płyn pełniący rolę płynu dezynfekującego jak i odkamieniającego?
9. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało funkcję opróżniania i dezynfekcji jednorazowych worków na mocz podczas wspólnego cyklu mycia i dezynfekcji basenów i kaczek?
10. Czy Zamawiający dopuszcza do oceny Myjnię dezynfektor w której konstrukcja urządzenia, komora oraz obudowa boczna i frontowa wykonane są ze stali nierdzewnej, natomiast panel sterowania z wyświetlaczem zintegrowany jest pokrywą górną oraz wykonany z polimeru odpornego na uszkodzenia mechaniczne, korozję oraz działanie środków do dezynfekcji powierzchni?
11. Czy Zamawiający dopuszcza do oceny urządzenie wyposażone w co najmniej 3 modyfikowane programy mycia i dezynfekcji (ekonomiczny, standardowy oraz intensywny) zapisane w pamięci urządzenia z możliwością ich wyboru przy użyciu dwóch klawiszy na panelu sterowania?
12. Czy Zamawiający wydłuży czas dostawy urządzenia z wymaganych 30 dni do 42 dni od daty obowiązywania umowy?
13. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu mycia misek do toalety w myjni. Według normy ISO naczynia te nie powinny być myte w tym samym urządzeniu w którym są myte baseny i kaczki?
14. Czy Zamawiający dopuści urządzenie którego konstrukcja jest wykonana ze stali nierdzewnej a pokrywa górna, front i komora mycia są wykonane z trwałych polimerów?
15. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 2 programami wybieranymi bezpośrednio z panelu sterowania a pozostałe w pamięci urządzenia?
16. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu możliwości stosowania środka odkamieniającego innych firm? Walidacja urządzenia na zgodności z normą ISO została



- dokonana z wykorzystaniem środków producenta urządzenia. Zastosowanie innych środków wymaga dokonania ponownej kalibracji na swój własny koszt.
17. Czy Zamawiający wydłuży czas naprawy do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprawdzenia części zamiennych z zagranicy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający nie dopuści zaoferowania urządzenia o szerokości 545 mm ze względu na ograniczenia techniczne.

Ad.2.

Zamawiający wymaga urządzenia z ręcznym lub nożnym otwieraniem/zamykaniem drzwi, natomiast nie wymaga, ale dopuszcza również urządzenie z automatycznym otwieraniem/zamykaniem drzwi.

Ad.3

Zamawiający dopuści również urządzenie o wysokości 173 cm, pod warunkiem spełniania wymiaru głębokości i szerokości zgodnego z SIWZ.

Ad.4

Zgodnie z pkt.2 Załącznika Nr 6 do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania myjni-dezynfektora, którego działanie jest zgodne z wymaganiami normy PN EN ISO 15883-1,-3 lub równoważnej.

Ad.5

Zgodnie z pkt.2 Załącznika Nr 6 do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania myjni-dezynfektora, którego konstrukcja jest zgodna z wymaganiami normy PN EN ISO 15883-1,-3 lub równoważnej.

Ad.6

Zgodnie z pkt.10 Załącznika Nr 6 do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania myjni-dezynfektora posiadającego system dysz strumieniowych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej (minimum 10 dysz, w tym minimum 1 rotacyjna). Zamawiający nie wprowadza zmian do tego zapisu.

Ad.7

Zamawiający nie dopuści zaoferowania urządzenia o szerokości 700 mm ze względu na ograniczenia techniczne, natomiast urządzenie posiadające głębokość 600 mm jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt.5 Załącznika Nr 6 do SIWZ.

Ad.8

Zgodnie z pkt.12 Załącznika Nr 6 do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania myjni-dezynfektora posiadającego dezynfekcję termiczną, w związku z tym zgodnie z pkt. 17 ww załącznika jedynym elementem eksploatacyjnym jest odkamieniacz, a myjnia zgodnie z pkt.18 załącznika musi posiadać własną pompę dozującą odkamieniacz.

Ad.9

Zamawiający dopuszcza również ale nie wymaga, aby urządzenie posiadało funkcję opróżnienia i dezynfekcji jednorazowych worków na mocz podczas wspólnego cyklu mycia i dezynfekcji basenów i kaczek.

Ad.10

Zgodnie z pkt.4 Załącznika Nr 6 do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania myjni-dezynfektora, której obudowa oraz komora mycia w całości wykonana jest ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza panel sterowania z wyświetlaczem wykonanym

z polimeru odpornego na uszkodzenia mechaniczne, korozję oraz działanie środków do dezynfekcji powierzchni.

Ad.11

Zamawiający nie dopuszcza do oceny urządzenia wyposażonego w co najmniej 3 modyfikowalne programy mycia i dezynfekcji. Zamawiający wymaga myjni – dezynfektora zgodnie z opisem w punkcie 13 Załącznika Nr 6 posiadającej możliwość wyboru programu bez konieczności ustawiania parametrów programu.

Ad.12

Zamawiający wydłuża czas dostawy urządzenia z wymaganych 30 dni do 42 dni od daty obowiązywania umowy.

Ad.13

Zamawiający nie wprowadza zmian do opisu przedmiotu zamówienia w punkcie 3 Załącznika Nr 6 do SIWZ.

Ad.14

Zgodnie z punktem 4 Załącznika Nr 6 do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania myjni-dezynfektora, której obudowa oraz komora mycia w całości wykonana jest ze stali nierdzewnej. Zamawiający nie dopuści myjni-dezynfektora, której konstrukcja jest wykonana ze stali nierdzewnej a pokrywa górna, front i komora mycia są wykonane z trwałych polimerów.

Ad.15

Zamawiający nie dopuszcza myjni-dezynfektora z 2 programami wybieranymi bezpośrednio z panelu sterowania a pozostałymi w - pamięci urządzenia.

Ad.16

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w punkcie 22 Załącznika Nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga możliwość stosowania środków odkamieniających różnych firm – co najmniej 3; podać nazwy firm i ich produkty (nazwy) odpowiednie do zaoferowanej myjni-dezynfektora.

Ad.17

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w punkcie 31 Załącznika Nr 6 do SIWZ. W okresie gwarancji czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia lub wymiany towaru na wolny od wad – 7 dni kalendarzowych.

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie Ad.12 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt I oraz XIV. 1 i 3 SIWZ.

W związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a