



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-20/13

Tarnów, 2013-02-27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę myjni-dezynfektora do basenów i kaczek – 1 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym część węży elastycznych wykonana jest z wysokoodpornych włókien, odpornych na wilgoć, w miejscu opłotu ze stali ?
2. Zwracam się z prośbą o umożliwienie przedstawienia oferty , która dopuszczałaby następujące parametry urządzenia zgodnie z Załącznikiem Nr 6 – poz. 5 – szerokość 600mm, głębokość 610 mm, poz. 13 (minimum 2 programy- standardowy i intensywny).

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w punkcie 19 Załącznika Nr 6 do SIWZ tj. „Wszystkie węże ciśnieniowe elastyczne w splocie metalowym”.

Ad. 2

Zamawiający w pozycji 5 Załącznika Nr 6 nie dopuści urządzenia o szerokości 600mm i głębokości 610mm ze względu na ograniczenia techniczne. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w punkcie 13 Załącznika Nr 6 do SIWZ tj. Program dla mniej lub bardziej zabrudzonych przedmiotów poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji (minimum 3 programy standardowe).

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

