



Znak: AE/ZP-27-22/13

Tarnów, 2013-03-18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę narzędzi laparoskopowych i ortopedycznych wielokrotnego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietów Nr: 1, 2, 3.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw z 28 dni do 6 tygodni od daty podpisania umowy?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokaru gładkiego o średnicy 11 mm i długości roboczej 101 mm zamiast 105 mm, pozostałe parametry bez zmian?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w opisie podany jest zapis trokar optyczny, a nr katalogowy 30103 MTR wg katalogu firmy Storz odpowiada trokarowi wielofunkcyjnemu z zaworem klapkowym?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokaru w długości roboczej 95mm zamiast 105 mm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Według katalogu firmy Storz 33321 ML to kleszczyki z uchwytem plastikowym, a w opisie podane jest że uchwyt ma być metalowy, prosimy o wyjaśnienie czy uchwyt ma być metalowy czy plastikowy?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczyków laparoskopowych o takich samych parametrach tylko kształt końcówki taki jak poniżej:



Faßzange gerieft, Maullänge 14 mm, konisch, doppelbeweglich

Grasping forceps crosswise teeth, jaw length 14 mm, conical, double action jaws

7. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiej samej elektrody tylko długości robocza 33 cm zamiast 36 cm?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiej samej rurki ssąco-płuczającej z bocznymi otworami z zaworem dwudrożnym tylko długości 33 cm zamiast 36 cm?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści klipsownicę kompletna składającą się z 3 elementów w długości robocza 33 cm a całkowita 36 cm?
10. **Dotyczy ogólnych warunków umowy punkt XIV SIWZ.** W związku z informacjami o rozpoczęciu prac legislacyjnych zmierzających do podwyższenia obowiązującej stawki VAT na wyroby medyczne z 8% do 23%, uprzejmie prosimy o wpisanie w treść umowy klauzuli umożliwiającej podwyższenie stawki podatkowej w przypadku jej wzrostu np. Stosując zapis: „w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług automatycznie ulega zmianie cena jednostkowa brutto, a cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian”.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści trokar o długości 10 cm, pozostałe parametry bez zmian?

12. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający wydzieli poz. 2 z pakietu?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści trokar o średnicy 5,5 mm oraz długości 10 cm?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści redukcję 11-5,5 mm, pozostałe parametry bez zmian?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści w poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 6 narzędzia o długości roboczej 33 cm, pozostałe parametry bez zmian?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści w poz.: 1 i 2 narzędzia o długości 33 cm, pozostałe parametry bez zmian?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie narzędzi do laparoskopii o długości roboczej 33 cm zamiast 36 cm?
18. **Dotyczy ogólnych warunków umowy punkt XIV SIWZ § 4.** Prosimy o ujednolicenie zapisu zgodnie z punktem I SIWZ – okres gwarancji min. 12 miesięcy od daty dostawy.
19. **Dotyczy ogólnych warunków umowy punkt XIV SIWZ § 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu: „W okresie gwarancji czas skutecznej naprawy lub wymiana towaru na wolny od wad – w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu”.
20. **Dotyczy ogólnych warunków umowy punkt XIV SIWZ § 8 a).** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,1%?
21. **Dotyczy ogólnych warunków umowy punkt XIV SIWZ § 13.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% na 5%?
22. **Dotyczy ogólnych warunków umowy punkt XIV SIWZ § 16.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli opóźnienie w dostarczeniu narzędzi laparoskopowych i ortopedycznych wielokrotnego użytku o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości przekroczy 7 dni roboczych od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy”.
23. Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby faktura sprzedażowa (VAT) była wystawiona na poszczególne pozycje wchodzące w skład danego zestawu?
24. **Dotyczy Pakietów Nr: 1, 2, 3, 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni?
25. **Dotyczy Pakietów Nr: 1, 2, 3, 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby faktura sprzedażowa (VAT) była wystawiona na poszczególne pozycje wchodzące w skład danego zestawu?
26. **Uprzejmie proszę o wyjaśnienie terminu gwarancji.** Według pkt I SIWZ Zamawiający wymaga gwarancji na okres 12 miesięcy, natomiast w istotnych postanowieniach umowy, pkt 4, znalazło się wymaganie udzielenia gwarancji na okres 24 miesięcy.
27. **Dotyczy ogólnych warunków umowy punkt XIV SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu: „Suma kar umownych nie przekroczy 4,99% wartości umowy”, przy jednoczesnym obniżeniu kary umownej, o której mowa w pkt 8.b) oraz 13 istotnych postanowień umowy do wysokości nie wyższej niż 4,9% wartości umowy?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie specjalnie zaprojektowane do cięcia szwów – system dwuetapowy – z blokadą w ręczce. System umożliwi zablokowanie nici w narzędziu i zjechaniu po nici do węzła tak by wykonać cięcie nici około 2 mm od węzła. Końcówka tnąca cylindryczna z kanałem ułożonym

przekątnie zakończona ostrzem do cięcia szwów. Pozwala bardzo szybko przeciąć dwie nici ortopedyczne o podwyższonej wytrzymałości.

29. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści przestrzenny manipulator nici „magic”, typ nożyczkowy, chwytak o rozmiarze 5 mm x 4 mm. Pozwala na pochwycenie nici, dowolnie nimi manipulowanie w stawie oraz przeciągnięcie tak by nie zaplątała się przed zawiązaniem węzła.
30. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści do wyboru przez Zamawiającego: Atraumatyczny raspator tkanek miękkich przeznaczony do zabiegów artroskopowych. Zaokrąglony i zakończony tępą końcówką, ugięta pod kątem. Traumatyczny raspator tkanek miękkich przeznaczony do zabiegów artroskopowych. Zaokrąglony i zakończony ostrą końcówką, ugięty pod kątem.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 i 24 Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw narzędzi będących przedmiotem zamówienia z 28 dni do 42 dni.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie nr 1 poz. 1** trokara gładkiego o średnicy 11 mm i długości roboczej 101 mm zamiast 105 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ

Ad. 3 Oferowany w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** trokar winien mieć parametry techniczne i użytkowe równoważne z trokarem o nr katalogowym 30103 MTR Firmy Storz

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 3 trokaru o długości roboczej 95mm zamiast 105 mm

Ad. 5 Kleszczyki oferowane w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** winny mieć parametry techniczne i użytkowe takie jak kleszczyki o nr katalogowym 33321ML Firmy Storz, a ich uchwyt winien być plastikowy.

Ad 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** kleszczyków laparoskopowych o kształcie końcówki takiej jak przedstawiono na rysunku.

Ad 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 5** elektrody o długości roboczej 33 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 6** rurki ssąco-płuczącej z bocznymi otworami z zaworem dwudrożnym o długości 33 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** kompletnej klipsownicy składającej się z 3 elementów, o długości robocza 33 cm a całkowita 36 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.: 10, 19 – 22, 27. Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzanie zaproponowanych zmian do ogólnych warunków umowy zawartych w pkt XIV SIWZ – w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** trokara o długości roboczej 10 cm.

Ad 12 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 1 pozycji 2.**

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 3 trokara o średnicy 5,5 mm oraz długości 10 cm.

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie nr 1 poz. 4** redukcji 11-5,5 mm.

Ad. 15 i 17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz.: 1 – 6** narzędzi laparoskopowych o długości roboczej 33 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz.: 1 – 2** narzędzi o długości roboczej 33 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 18 i 26. Wymagany okres gwarancji na oferowane narzędzia wynosi minimum 24 miesiące.

Ad. 23 i 25 Zamawiający wyraża zgodę, aby faktura sprzedażowa była wystawiona na poszczególne pozycje wchodzące w skład danego zestawu ale tylko pod warunkiem, że w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) Wykonawca wyspecyfikuje ceny za te poszczególne elementy wchodzące w skład zestawu.

Ad. 28 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie nr 6 poz. 1** opisanego w pytaniu narzędzia artroskopowego do barku.

Ad. 29 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie nr 6 poz. 2** opisanego w pytaniu narzędzia artroskopowego do barku.

Ad. 30 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie nr 6 poz. 3** dowolnego opisanego w pytaniu narzędzia artroskopowego do barku.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13 (dalej Zamawiający) wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, uwzględniając udzielone odpowiedzi na zapytania do SIWZ:

- w pkt I SIWZ w zakresie zapisu okresu gwarancji otrzymuje brzmienie: „Okres gwarancji dla Pakietu Nr:1 – 8 – minimum 24 miesiące od daty dostawy.
- w pkt I SIWZ i pkt XIV. 1 w zakresie terminu dostaw narzędzi otrzymuje brzmienie „ do 42 dni od daty obowiązywania umowy”

W załączeniu Formularz Cenowy po zmianach.

W związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4a Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia o zamówieniu - w zakresie terminu dostawy.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a