



Znak: AE/ZP-27-25/13

Tarnów, 2013-03-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy opatrunków.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o obwodzie w pasie 70-110cm zamiast 70-120cm?
2. **Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o obwodzie w pasie 110-160cm zamiast 100-150cm?
3. **Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych jałowych 17-nitkowych 12-warstwowych? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie w/w pozycji z całości Pakietu Nr 2 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia.
4. **Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1 - 2** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych pakowanych w wodoodporne opakowania a' 2 sztuki?
5. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV ppkt 5** - Wnosimy o zmianę zapisów umowy umowy dotyczącą zmiany stawki podatku VAT na następującą: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wartość brutto oraz stawka podatku VAT. Wartość netto pozostaje bez zmian”.
6. **Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1** – Proszę o dopuszczenie przez Zamawiającego opatrunków sterylnych do mocowania kaniul z chłonną gąbką w miejscu wkłucia?
7. **Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1** – Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane opatrunki były wyposażone w system ramki aplikacyjnej?
8. **Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 11-13** – Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu.
9. **Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1** - Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu.
10. **Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1-3** - Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu.
11. **Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane razem (niezgrzane pojedynczo), spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
12. **Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 4 i 5** – Czy Zamawiający dopuści przyklepic na tkaninie bawełnianej?
13. **Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7 x 8,5 cm z wycięciem V, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
14. **Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1 i 2** – Czy Zamawiający oczekuje opatrunku z węglem aktywnym oraz srebrem jonowym z warstwą chłonną. Bakteriobójczy, przeznaczony do zainfekowanych ran. Aktywny wobec bakterii gram +, gram -, pseudomonas, mrsa, mre ?
15. **Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści serwety o wym. 45 x 45 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
16. **Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1** – Proszę o zgodę na zaoferowanie kompresów spełniających wszystkie wymogi Zamawiającego ale w op. a'3 szt. bez pojedynczego opakowania wewnątrz lub w op. a'1 szt. wraz z przeliczeniem zamawianych ilości.

17. **Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1** – Czy Zamawiający wymaga opatrunku z ramką i metką ze zbadanym przez niezależne laboratorium akredytowane współczynnikiem przenikalności pary wodnej, wodoodporności i bariery dla bakterii ?
18. **Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2** – Proszę o zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 7 x 9 cm posiadającego wzmocnienie z włókniny i system przeźroczystego nośnika ułatwiającego prawidłową aplikację.
19. **Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1** – Proszę o zgodę na zaoferowanie opatrunku spełniającego wszystkie wymogi Zamawiającego ale w rozmiarze 10 x 12 cm.
20. **Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 2-3** – Czy Zamawiający wymaga zastosowania 2 szt. etykiet typu TAG z podaniem rozmiaru, zawartości, nitkowości oraz warstwowości serwet, daty przydatności do użycia oraz numeru serii.
21. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV ppkt 1** – Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostaw „cito” tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 kc i wynosił 2 dni zamiast 24 godzin.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie (dalej Zamawiający) udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1.** Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 20 poz. 1 możliwość zaoferowania pieluchomajtek o obwodzie w pasie 70-110cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.2.** Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 20 poz. 2 możliwość zaoferowania pieluchomajtek o obwodzie w pasie 110-160cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.3.** Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 2 poz. 7 możliwość zaoferowania kompresów gazowych jałowych 17-nitkowych 12-warstwowych, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.4.** Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 1-2 nie wyraża zgody na zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych w wodoodporne opakowania po 2 sztuki. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.5 i 21.** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Ad. 6.** Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie nr 4 poz. 1 zaoferowanie opatrunków sterylnych do mocowania kaniul z chłonną gąbką w miejscu wkłucia, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad. 7.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również w Pakiecie Nr 4 poz.1 zaoferowanie opatrunku wyposażonego w system ramki aplikacyjnej
- Ad. 8.** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 1 poz. 11-13 do odrębnego pakietu.
- Ad. 9.** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 2 poz. 1 do odrębnego pakietu.
- Ad. 10.** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 3 poz. 1-3 do odrębnego pakietu.
- Ad. 11.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 1 kompresów pakowanych razem (niezgrzanych pojedynczo). Wymagania zgodnie z SIWZ

- Ad. 12.** Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie nr 5 poz. 4 i 5 zaoferowanie przylepca mocującego na tkaninie bawełnianej, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad. 13.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 2 opatrunku w rozmiarze 7 x 8,5 cm z wycięciem V.
- Ad. 14.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również w Pakiecie nr 9 poz. 1 i 2 zaoferowanie opatrunku z węglem aktywnym oraz srebrem jonowym z warstwą chłonną. Bakteriobójczy, przeznaczonego do zainfekowanych ran, aktywnego wobec bakterii gram +, gram -, pseudomonas, mrsa, mre , pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad. 15.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 17 poz. 1 serwet o wym. 45 x 45 cm. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad. 16.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 1 kompresów w op. a'3 szt. bez pojedynczego opakowania wewnątrz. Natomiast Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 1 kompresów w op. a'1 szt., pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. W takim przypadku Zamawiający wymaga zaoferowania 254 400 szt.
- Ad. 17.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również w Pakiecie nr 4 poz.1 zaoferowanie opatrunku z ramką i metką ze zbadanym przez niezależne laboratorium akredytowane współczynnikiem przenikalności pary wodnej, wodoodporności i bariery dla bakterii.
- Ad. 18.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 2 opatrunku w rozmiarze 7 x 9 cm posiadającego wzmocnienie z włókniny i system przeźroczystego nośnika ułatwiającego prawidłową aplikację.
- Ad. 19.** Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 1 zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 cm x 12 cm.
- Ad. 20.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również w Pakiecie nr 17 poz. 2-3 zastosowanie 2 szt. etykiet typu TAG z podaniem rozmiaru, zawartości, nitkowości oraz warstwowości serwet, daty przydatności do użycia oraz numeru serii.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a