



.....

Znak: AE/ZP-27-27/13

Tarnów, 2013-04-02

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę sprzętu do rehabilitacji – duże kalibry dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Proszę o wyjaśnienie czy czynnikiem roboczym ma być ciekły azot czy tlenek azotu?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy dopuszczacie Państwo możliwość uczestniczenia w przetargu aparatu wyposażonego w zbiornik o pojemności 32 l?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy dopuszczacie Państwo do przetargu aparat do krioterapii o płynnej regulacji intensywności nadmuchu od 50 do 100%?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zawartej w specyfikacji urządzenia, zestaw do terapii tlenkiem azotu, ale jako czynnik roboczy podano ciekły azot?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do magnetoterapii spełniający wymagania Zamawiającego z aplikatorem 60 cm – minimalna indukcja 40 gauss?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy materac o wymiarach 180 x 90 x 5 cm?
7. **Dotyczy treści SIWZ.** Czy w zakresie warunku dotyczącego wymogu posiadania wiedzy i doświadczenia odnośnie Pakietu Nr 4 Zamawiający wyrazi zgodę i uzna ten warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże zrealizowanie minimum 1 dostawy różnego sprzętu medycznego o wartości znacznie przekraczającej wymagania zamawiającego określone w tym względzie w SIWZ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Czynnikiem roboczym w oferowanym w **Pakiecie Nr 3** zestawie do krioterapii ma być ciekły azot.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** zestawu do krioterapii ciekłym azotem wyposażonego w zbiornik o pojemności 32 l

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** zestawu do krioterapii ciekłym azotem o płynnej regulacji intensywności nadmuchu od 50 do 100%

Ad. 4 W **Pakiecie Nr 3** należy zaoferować zestaw do krioterapii ciekłym azotem i czynnikiem roboczym w oferowanym zestawie ma być ciekły azot.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** zestawu do magnetoterapii z aplikatorem 60 cm – minimalna indukcja 40 gauss.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** trzyczęściowego materaca o wymiarach: długość 180, szerokość 90, wysokość 5 cm.

Ad. 7 Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący wymogu posiadania wiedzy i doświadczenia odnośnie Pakietu Nr 4 jeśli Wykonawca wykaże zrealizowanie minimum 1 dostawy różnego sprzętu medycznego o wartości znacznie przekraczającej wymagania zamawiającego pod warunkiem, że będą to dostawy odpowiadające rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.



Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13 (dalej Zamawiający) wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, uwzględniając udzielone odpowiedzi na zapytania do SIWZ:

- w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ w zakresie nazwy przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 3: dotychczasowy zapis „Zestaw do krioterapii tlenkiem azotu” otrzymuje brzmienie „Zestaw do krioterapii ciekłym azotem”.
- w Załączniku Nr 6.3 do SIWZ w nazwie przedmiotu zamówienia i punktach: 1, 8, 9, 12 w dotychczasowy zapis „zestaw do krioterapii tlenkiem azotu” otrzymuje brzmienie „zestaw do krioterapii ciekłym azotem”.

W załączeniu Załącznik Nr 1 (Formularz Cenowy) i Załącznik Nr 6.3 do SIWZ po zmianach.

W związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4a i art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia o zamówieniu w zakresie nazwy przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 3 oraz terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert w w/w postępowaniu zostaje przesunięty na dzień **09.04.2013 r., godz. 11⁰⁰**, natomiast termin otwarcia ofert na dzień **09.04.2013 r., godz. 11¹⁰**.

W związku przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert, następuje odpowiednio zmiana treści SIWZ w punktach: III.11, IX.1 oraz X.1.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a