



.....

Znak: AE/ZP-27-27/13

Tarnów, 2013-04-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 6.1** – Czy Zamawiający dopuści zestaw do magnetoterapii ze sterownikiem o maksymalnej indukcji 100 Gauss, współpracujący z aplikatorami 60cm o indukcji 40 Gauss, aplikatorami 35 cm i 20 cm o indukcji 100Gauss?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznik Nr 6.2** – Czy Zamawiający dopuści ergometr do ćwiczeń w pozycji siedzącej z magnetycznym systemem do regulacji oporu, z 8 programami treningowymi, z 1 programem do sterowania tętnem, z regulowanym siedziskiem w poziomie i w pionie, z komputerem monitorującym następujące parametry: czas, odległość, prędkość, całkowitą liczbę kilometrów, częstotliwość pedałowania, zużycie energii, pomiar pulsu. Dopuszczalne obciążenie do 150 kg. Ergometr z ergonomiczną konstrukcją ramy.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 zestawu do magnetoterapii ze sterownikiem o maksymalnej indukcji 100 Gauss, współpracujący z aplikatorami 60cm o indukcji 40 Gauss, aplikatorami 35 cm i 20 cm o indukcji 100 Gauss – zgodnie z wymaganiem określonym w SIWZ „Minimalna indukcja magnetyczna winna wynosić 100 Gauss dla aplikatora (wymagany aplikator szpulowy o średnicy 550-610 mm).

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 opisanego ergometru – oferowany ergometr winien spełniać wszystkie wymagania określone w Załączniku Nr 6.2 do SIWZ. Równocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zapis w punkcie 12 Załącznika Nr 6.2 „Dopuszczalne maxymalne obciążenie co najmniej 150 kg” odnosi się do wagi użytkownika.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

