

Parametry przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1 – Zestawy do magnetoterapii

L.p.	Parametry wymagane	Podać oferowane parametry
1.	Zestaw do magnetoterapii (podać nazwę handlową, model oraz producenta)	
2.	Zestaw składający się z następujących elementów: aparatu, stolika pod aparat, aplikatora, kozetki (leżanki) z systemem przesuwym do aplikatora	
3.	Aparat do terapii polem magnetycznym	
4.	Zestaw wyposażony w jeden aplikator szpulowy o średnicy 550 - 610 mm	
5.	Kształt emitowanego pola minimum prostokątny	
6.	Minimalna indukcja magnetyczna 100 gauss dla aplikatora	
7.	Akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola	
8.	Możliwość niezależnej pracy na min. dwóch kanałach	
9.	Bank gotowych programów terapeutycznych	
10.	Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych	
11.	Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego	
12.	Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące oferowanego zestawu do magnetoterapii oraz jego zdjęcie	
13.	Wraz z dostawą instrukcja obsługi zestawu do magnetoterapii w języku polskim	
14.	W cenie oferty gwarancja i serwis w okresie min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru zestawu do magnetoterapii	
15.	Czas przestoju spowodowany koniecznością naprawy przedłuża okres gwarancji o czas przestoju	
16.	Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do podjęcia naprawy maksymalnie 3 dni robocze	
17.	Wstawienie zastępczego aparatu lub innej części zestawu (w zależności która część czy części zestawu uległa/uległy awarii) przy naprawie trwającej ponad 7 dni	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty