

Parametry przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 3 – Zestaw do krioterapii ciekłym azotem

L.p.	Parametry wymagane	Podać oferowane parametry
1.	Zestaw do krioterapii ciekłym azotem (podać nazwę handlową, model oraz producenta)	
2.	Czynnik roboczy – ciekły azot	
3.	Objętość zbiornika – minimum 26 l	
4.	Temperatura strumienia gazu (-160°C)	
5.	Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu min. 4	
6.	Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego	
7.	Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące oferowanego zestawu do krioterapii oraz jego zdjęcie	
8.	Wraz z dostawą instrukcja obsługi zestawu do krioterapii ciekłym azotem w języku polskim	
9.	W cenie oferty gwarancja i serwis w okresie min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru zestawu do krioterapii ciekłym azotem	
10.	Czas przestoju spowodowany koniecznością naprawy przedłuża okres gwarancji o czas przestoju	
11.	Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do podjęcia naprawy maksymalnie 3 dni robocze	
12.	Wstawienie zastępczego zestawu do krioterapii ciekłym azotem przy naprawie trwającej ponad 7 dni	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty