

Znak: AE/ZP-27-29/13

Tarnów, 2013-04-05

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę aparatów EKG- 2 sztuki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

**W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:**

1. Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w membranowe przyciski funkcyjne?
2. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG drukujący badania na papierze formatu A4?
3. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o czułościach 5/10/20 mm/mV?
4. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w ekran LCD o przekątnej 4" i wysokiej rozdzielczości?
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 30 dni od daty obowiązywania umowy?
6. Czy Zamawiający dopuści aparat z szerokością papieru 110mm?
7. Czy zamawiający dopuści aparat umożliwiający wykonywanie badań w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od uruchomienia?
8. Czy zamawiający dopuści aparat z wbudowanym czytnikiem kart SD i kartą w zestawie zamiast podłączania pamięci PenDrive?
9. Czy Zamawiający dopuści aparat z prędkościami zapisu 5/25/50mm?
10. Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony wysokiej klasy przetwornik AC 12bit ?
11. **Dotyczy Rozdziału XIV pkt 9a Ogólne warunki umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „0,5% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie zostanie dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność”?
12. **Dotyczy Rozdziału XIV pkt 15 Ogólne warunki umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu na następujący: „W przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę z jego winy (przez niewykonanie umowy rozumie się zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia powyżej 45 dni), Zamawiający może dokonać zakupu respiratora od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową”?
13. **Dotyczy Rozdziału XIV pkt 16 Ogólne warunki umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu na następujący: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli opóźnienie w dostarczeniu respiratora o wymaganych i ofertowanych parametrach oraz właściwej jakości, przekroczy 30 dni roboczych od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy”?
14. **Dotyczy Załącznika 6 do SIWZ** - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu podania adresu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d) Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Ustawa nie nakłada obowiązku podawania adresu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, wymaga jedynie złożenia listy takich podmiotów.

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad.1.**

Zamawiający dopuści również aparat wyposażony w membranowe przyciski funkcyjne.

**Ad. 2**

Zamawiający nie dopuszcza aparatu EKG drukującego badania na papierze formatu A4.

**Ad. 3**

Zamawiający nie dopuszcza aparatu EKG o czułościach 5/10/20 mm/mV i wymaga aparatu o czułości 2,5/5/10/20 mm/mV.

**Ad. 4**

Zamawiający nie dopuszcza aparatu EKG wyposażonego w ekran LCD o przekątnej 4" i wysokiej rozdzielczości.

**Ad. 5**

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia z 14 dni do 30 dni od daty obowiązywania umowy.

**Ad. 6**

Zamawiający nie dopuszcza aparatu z szerokością papieru 110mm.

**Ad. 7**

Zamawiający dopuści również aparat umożliwiający wykonywanie badań w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od uruchomienia.

**Ad. 8**

Zamawiający nie dopuszcza aparatu z wbudowanym czytnikiem kart SD i kartą w zestawie zamiast podłączania pamięci PenDrive.

**Ad. 9**

Zamawiający dopuści również aparat z prędkościami zapisu 5/25/50mm.

**Ad. 10**

Zamawiający nie dopuszcza aparatu wyposażonego wysokiej klasy przetwornik AC 12bit.

**Ad. 11, 12, 13**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV pkt 9a, 15 i 16 SIWZ - „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych..

**Ad. 14**

Zamawiający nie wprowadza zmian w treści Załącznika Nr 6 do SIWZ.

W związku z odpowiedzią Ad. 5 działając na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a oraz art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w zakresie – terminu realizacji zamówienia oraz terminu składania i otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert w w/w postępowaniu zostaje przesunięty na dzień **11.04.2013 r., godz. 10<sup>00</sup>**, natomiast termin otwarcia ofert na dzień **11.04.2013 r., godz. 10<sup>30</sup>**.

W związku z wprowadzonym zmianami następuje odpowiednio zmiana treści SIWZ w punktach: I, III.11, IX.1, X.1, XIV.1 oraz w Załączniku Nr 7 pkt 29.

W załączeniu Załącznik Nr 7 po zmianach.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a