

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
aparatu EKG - 2 szt**

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane (Wpisać TAK/NIE podać zakres, opisać)
1.	Rok produkcji 2013	TAK	
2.	Analiza i interpretacja zapisu EKG z uwzględnieniem wieku pacjenta w latach, miesiącach i dniach zgodnie z normą EN:60601-2-51 lub równoważną	TAK	
3.	Zapis ręczny i automatyczny	TAK	
4.	Możliwość podglądu zapamiętanych badań łącznie z analizą bez konieczności wydruku.	TAK	
5.	Klawiatura alfanumeryczna.	TAK	
6.	Opis klawiszy funkcyjnych, klawiatury oraz komunikaty w języku polskim	TAK	
7.	Zasilanie sieciowe + akumulator bezobsługowy z wbudowaną ładowarką zapewniającą pracę aparatu przy całkowicie wyładowanym akumulatorze.	TAK	
8.	Możliwość wykonania minimum 50 badań na w pełni naładowanym akumulatorze.	TAK	
9.	Pełna gotowość do wykonywania badań nie dłużej niż 5 sekund po włączeniu aparatu.	TAK	
10.	Szerokość papieru 112 mm.	TAK	
11.	Liniowa głowica termiczna.	TAK	
12.	Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV	TAK	
13.	Prędkość zapisu 5/10/25/50 mm/sek.	TAK	
14.	Częstotliwość próbkowania min. 1000Hz na kanał	TAK	
15.	Przetwornik A/C minimum 24 bit.	TAK	
16.	Zapis 3, 6 i 12 kanałowy.	TAK	
17.	Automatyczna regulacja położenia linii izoelektrycznej, automatyczna eliminacja dryftu.	TAK	
18.	Filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego.	TAK	
19.	Sygnalizacja braku kontaktu elektrod.	TAK	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

20.	Sygnal EKG z 12 odprowadzeń standardowych.	TAK	
21.	Wypożyczenie : kabel sieciowy, kabel pacjenta, pas piersiowy i elektrody (6 szt.) pod pas dla dorosłych, elektrody kończynowe 4 szt. łączniki do elektrod jednorazowych 10 szt.	TAK	
22.	Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi poprzez łącze USB.	TAK	
23.	Możliwość zapisu na PenDrive i odczytu z PenDrive badań w standardzie EN 1064 .	TAK	
24.	Obwód wejściowy zabezpieczony przed impulsem defibrylującym.	TAK	
25.	Detekcja rozrusznika serca.	TAK	
26.	Ekran graficzny min. 7 cali z możliwością wyświetlania minimum 6 kanałów EKG w czasie rzeczywistym.	TAK	
27.	Wózek do umieszczania i przewożenia aparatu EKG	TAK	
28.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatu.	TAK	
29.	Dostawa aparatów w terminie do 30 dni od daty obowiązywania umowy.	TAK	
30.	Szkolenie pracowników w zakresie obsługi w siedzibie zamawiającego.	TAK	
31.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne dotyczące parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię).	TAK	
32.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionych aparatów.	TAK	
33.	W okresie gwarancji czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia lub wymiana towaru na wolny od wad maksymalnie 28 dni roboczych.	TAK	
34.	W okresie gwarancji wstawienie urządzenia zastępczego w przypadku naprawy trwającej powyżej 7dni roboczych.	TAK	
35.	Dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK	

Niespełnienie wyżej wymienionych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty