



Znak: AE/ZP-27-38/13

Tarnów, 2013-05-28

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawę oraz montaż systemu rezonansu magnetycznego o wielkości pola min. 1,5 T wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem oraz wszelkimi pracami adaptacyjnymi, jak również demontażem, deinstalacją i utylizacją dotychczasowego aparatu MR Zamawiającego.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt. XV ppkt. 10 Załącznika Nr 7 – Wyposażenie dodatkowe** – Czy Zamawiający będzie wymagał aby strzykawka automatyczna do podawania kontrastu posiadała zasilanie bateryjne (bezprowodowe) ?
2. **Dotyczy pkt. XV ppkt. 10 Załącznika Nr 7 – Wyposażenie dodatkowe** – Czy Zamawiający będzie wymagał aby strzykawka automatyczna do podawania kontrastu była wyposażona w:
 - wbudowany w urządzenie dotykowy kolorowy panel sterujący LCD,
 - zdalny (bezprowodowa komunikacja z wstrzykiwaczem) kolorowy panel sterujący LCD?
3. **Dotyczy pkt. XV ppkt. 10 Załącznika Nr 7 – Wyposażenie dodatkowe** – Czy Zamawiający będzie wymagał aby wstrzykiwacz był wyposażony w funkcje utrzymywania drożności żył poprzez wstrzykiwanie 0,5 ml soli fizjologicznej co 2 minuty?
4. **Dotyczy pkt. XV ppkt. 10 Załącznika Nr 7 – Wyposażenie dodatkowe** – Czy Zamawiający będzie wymagał aby wstrzykiwacz był wyposażony w zdalny panel dotykowy sterujący LCD posiadający możliwość prezentacji parametrów iniekcji za pomocą wykresu: natężenie przepływu, przebieg ciśnienia podczas iniekcji?
5. **Dotyczy pkt. XV ppkt. 10 Załącznika Nr 7 – Wyposażenie dodatkowe** – Czy Zamawiający będzie wymagał aby strzykawka automatyczna do podawania kontrastu była wyposażona w funkcje jednoczesnego podawania środka kontrastowego oraz soli fizjologicznej ?
6. **Dotyczy pkt. XV ppkt. 10 Załącznika Nr 7 – Wyposażenie dodatkowe** – Czy Zamawiający będzie wymagał aby automatyczna dwugłowicowa strzykawka do podawania kontrastu była wyposażona w możliwość zapamiętania do 80 profili iniekcji (każda iniekcja może składać się z 1-6 faz)?
7. **Dotyczy pkt. XV ppkt. 10 Załącznika Nr 7 – Wyposażenie dodatkowe** – Czy Zamawiający będzie wymagał aby wstrzykiwacz kontrastu obsługiwał następujące objętości wkładów (strzykawek do których zaciągany jest kontrast):
 - 65 ml dla głowicy do podawania kontrastu,
 - 65 ml dla głowicy do podawania soli fizjologicznej,
 - 200 ml dla głowicy do podawania kontrastu,
 - 200 ml dla głowicy do podawania soli fizjologicznej,
8. **Dotyczy pkt. XV ppkt. 10 Załącznika Nr 7 –** Czy Zamawiający dopuści do postępowania automatyczny, dwugłowicowy wstrzykiwacz kontrastu Medrad Spectris Solaris EP, charakteryzujący się takimi cechami jak:

- praca w polu magnetycznym o natężeniu do 3T,
 - zasilanie bateryjne lub bezprzewodowe,
 - dotykowy, kolorowy panel sterujący LCD,
 - funkcja utrzymywania drożności żył poprzez wstrzykiwanie 0,25 ml soli fizjologicznej w przedziałach czasowych: 15, 20, 30, 45, 60 75 sekund,
 - możliwość zapamiętania 32 profili iniekcji – każdy składający się z maksymalnie 6 faz,
 - ciśnienie graniczne 325 PSI (2241kPa),
 - funkcja wstrzymania iniekcji – do 20 minut,
 - funkcja pauzy (wstrzymania iniekcji zgodnie z zaprogramowanym czasem – do 15 minut)
9. **Dotyczy pkt. XV ppkt. 10 Załącznika Nr 7** – Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z systemem Rezonansu Magnetycznego dwugłowicowego wstrzykiwacza kontrastu będącego systemem typu „otwartego” – tj. z możliwością eksploatacji urządzenia, z zastosowaniem sprzętu jednorazowego użytku przynajmniej dwóch różnych producentów – do wyboru przez Zamawiającego?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie strzykawki automatycznej do podawania kontrastu, która posiada zasilanie bateryjne (bezprzewodowe).

Ad. 2.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie strzykawki automatycznej do podawania kontrastu, która wyposażona jest:

- we wbudowany w urządzenie dotykowy kolorowy panel sterujący LCD,
- w zdalny (bezprzewodowa komunikacja z wstrzykiwaczem) kolorowy panel sterujący LCD

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi ujętych w niniejszym piśmie.

Ad. 3.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie strzykawki automatycznej do podawania kontrastu, która wyposażona jest w funkcje utrzymywania drożności żył poprzez wstrzykiwanie 0,5 ml soli fizjologicznej co 2 minuty, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi ujętych w niniejszym piśmie.

Ad. 4.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie strzykawki automatycznej do podawania kontrastu, która wyposażona jest w zdalny panel dotykowy sterujący LCD posiadający możliwość prezentacji parametrów iniekcji za pomocą wykresu: natężenie przepływu, przebieg ciśnienia podczas iniekcji, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi ujętych w niniejszym piśmie

Ad.5

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie strzykawki automatycznej do podawania kontrastu, która wyposażona jest w funkcje jednoczesnego podawania środka kontrastowego oraz soli fizjologicznej, pod warunkiem, że w oferowanej strzykawce istnieje także funkcja podawania, osobno kontrastu i osobno soli fizjologicznej, jak również pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi ujętych w niniejszym piśmie

Ad. 6.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie strzykawki automatycznej do podawania kontrastu, która wyposażona jest w możliwość zapamiętania do 80 profili iniekcji (każda iniekcja może składać się z 1-6 faz), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi ujętych w niniejszym piśmie

Ad. 7.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie dwugłowicowej strzykawki automatycznej do podawania kontrastu, która obsługuje następujące objętości wkładów (strzykawek do których zaciągany jest kontrast):

- 65 ml dla głowicy do podawania kontrastu,
- 65 ml dla głowicy do podawania soli fizjologicznej,
- 200 ml dla głowicy do podawania kontrastu,
- 200 ml dla głowicy do podawania soli fizjologicznej,

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi ujętych w niniejszym piśmie

Ad.8

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie automatycznego, dwugłowicowego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Spectris Solaris EP, charakteryzujący się takimi cechami jak:

- praca w polu magnetycznym o natężeniu do 3T,
- zasilanie bateryjne lub bezprzewodowe,
- dotykowy, kolorowy panel sterujący LCD,
- funkcja utrzymywania drożności żył poprzez wstrzykiwanie 0,25 ml soli fizjologicznej w przedziałach czasowych: 15, 20, 30, 45, 60 75 sekund,
- możliwość zapamiętania 32 profili iniekcji – każdy składający się z maksymalnie 6 faz,
- ciśnienie graniczne 325 PSI (2241kPa),
- funkcja wstrzymania iniekcji – do 20 minut,
- funkcja pauzy (wstrzymania iniekcji zgodnie z zaprogramowanym czasem – do 15 minut)

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi ujętych w niniejszym piśmie

Ad.9

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również dostarczenie wraz z systemem Rezonansu Magnetycznego dwugłowicowego wstrzykiwacza kontrastu będącego systemem typu „otwartego” – tj. z możliwością eksploatacji urządzenia, z zastosowaniem sprzętu jednorazowego użytku przynajmniej dwóch różnych producentów – do wyboru przez Zamawiającego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi ujętych w niniejszym piśmie

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13 wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ W Załączniku Nr 7 w pkt. III ppkt 4 do SIWZ dotyczącym wymaganych i oferowanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia dotychczasowy zapis w kolumnie „Wymagania graniczne. Punktacja w kryterium parametry techniczne, w kryterium okres

gwarancji oraz w kryterium okres przestoju pracowni MR Zamawiającego” o treści „ > 1 MHz” zastępuje się zapisem o treści : „ $\geq$ 1 MHz”

2/ W Załączniku Nr 7 w pkt. VIII ppkt 2 do SIWZ dotyczącym wymaganych i oferowanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia dotychczasowy zapis w kolumnie „Wymagania graniczne. Punktacja w kryterium parametry techniczne, w kryterium okres gwarancji oraz w kryterium okres przestoju pracowni MR Zamawiającego” o treści „ < 1,0 cm” zastępuje się zapisem o treści : „ $\leq$ 1,0 cm”

3/ W Załączniku Nr 7 w pkt. X ppkt 4 do SIWZ dotyczącym wymaganych i oferowanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia dotychczasowy zapis w kolumnie „Nazwa parametru” o treści „Konsola działające po całkowitym wyłączeniu konsoli głównej (podstawowej) aparatu i umożliwiającą archiwizację do 200000 obrazów. Konsola postprocesingowa tego samego producenta co aparat MR” zastępuje się zapisem o treści : „Konsola działająca po całkowitym wyłączeniu konsoli głównej (podstawowej) aparatu i umożliwiającą archiwizację min. 100 000 obrazów. Konsola postprocesingowa tego samego producenta co aparat MR”

4/ W Załączniku Nr 7 w pkt. XII do SIWZ dotyczącym wymaganych i oferowanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia dotychczasowy zapis w kolumnie „Nazwa parametru” o treści: „STACJA ARCHIWIZACYJNA Z ROBOTEM NAGRYWAJĄCYM – 1 SZTUKA zlokalizowane w pomieszczeniu wskazanym przez” zastępuje się zapisem o treści: „STACJA ARCHIWIZACYJNA Z ROBOTEM NAGRYWAJĄCYM – 1 SZTUKA zlokalizowane w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego”

W załączeniu Załącznik Nr 7 po zmianie w zakresie w ww punktów.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a