



Znak: AE/ZP-27-38/13

Tarnów, 2013-06-11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawę oraz montaż systemu rezonansu magnetycznego o wielkości pola min. 1,5 T wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem oraz wszelkimi pracami adaptacyjnymi, jak również demontażem, deinstalacją i utylizacją dotychczasowego aparatu MR Zamawiającego.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Rozdziału XVI SIWZ Ogólne warunki umowy, ppkt. 10. a):** W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.
2. **Dot. pkt. XVI SIWZ Ogólne warunki umowy, ppkt. 19:** Z uwagi na liczne zabezpieczenia umowne wykonania umowy i brak w umowie zabezpieczeń płatności wynikającej z umowy w naszej opinii występuje brak symetrii w zabezpieczeniu interesów Zamawiającego i Wykonawcy. W związku z tym proponujemy, aby wprowadzić do umowy zapis, w następującym brzmieniu: „W przypadku opóźnień w płatności większych niż 3 miesiące, Zamawiający zobowiązuje się w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy wydać zgodę na dokonanie zbycia wierzytelności wynikającej z umowy oraz wystąpić do właściwego organu założycielskiego z prośbą o wydanie zgody na dokonanie przez Wykonawcę zbycia wierzytelności wynikającej z umowy.”
3. Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający dopuszcza modernizację wzmocnienia stropu na potrzeby posadowienia nowego rezonansu magnetycznego?
4. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie istniejącego konstrukcyjnego projektu wzmocnienia stropu pod istniejącym rezonansem.
5. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu konstrukcyjnego w zakresie posadowienia budynku szpitalnego i piwnic w obrębie pomieszczeń pod pracownią MR i TK.
6. Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający wymaga uzyskania pozwolenia na budowę w ramach adaptacji pomieszczenia badań rezonansu magnetycznego?
7. Jeśli Zamawiający wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji zadania dokładnie o czas jaki jest niezbędny na uzyskanie pozwolenia na budowę oraz jego uprawnomocnienie.
8. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby zdemontowany rezonans został zutylizowany na koszt Wykonawcy czy przekazany do dyspozycji Zamawiającego?
9. Zwracamy się z prośbą czy Zamawiający dopuszcza ingerencję w układ ścian w zakresie pomieszczeń objętych adaptacją?
10. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji?
11. Jeśli Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącą instalację wentylacji i klimatyzacji, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga modernizacji lub wymiany jakichkolwiek podzespołów istniejącej wentylacji? Prosimy również o podanie

- precyzyjnego zakresu modernizacji / wymiany (np. wymiana wentylatorów, automatyki, czyszczenie kanałów, itp.)
12. Czy Zamawiający dopuszcza instalację klimatyzatorów typu SPLIT w pomieszczeniu sterowni rezonansu oraz pomieszczeniu rejestracji?
 13. Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na instalację zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych na elewacji budynku szpitalnego?
 14. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga modernizacji instalacji gazów medycznych w pomieszczeniu badań MR? Jeśli tak prosimy o precyzyjną informację w jakim zakresie instalacja gazów medycznych musi być zmodernizowana.
 15. Czy Zamawiający wymaga modernizacji instalacji teletechnicznych (komputerowych) w ramach adoptowanych pomieszczeń? Jeśli tak, prosimy o podanie wymaganego standardu (parametrów) wykonania instalacji teletechnicznej (komputerowej) oraz odległości od pomieszczenia sterowni rezonansu do najbliższego punktu dystrybucji.
 16. Czy Zamawiający posiada wolne porty dla instalacji teletechnicznej (i ile) w istniejącym punkcie dystrybucji?
 17. Czy Zamawiający oczekuje dostawy jakichkolwiek urządzeń aktywnych lub pasywnych w ramach modernizacji sieci teletechnicznej?
 18. Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe (o przepustowości min. 2Mbit/sec) w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki rezonansu?
 19. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dostawca rezonansu zastosował szyfrowane łącze serwisowe typu IPSec VPN?
 20. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje mocą elektryczną ok. 60kW na potrzeby zasilenia nowego rezonansu magnetycznego oraz klimatyzacji.
 21. Prosimy o podanie informacji jaka jest odległość od istniejącego pomieszczenia technicznego do rozdzielni głównej z której będzie zasilany nowy rezonans.
 22. Zwracamy się z prośbą o podanie przekroju i długości obecnie istniejącej głównej linii zasilającej rezonans.
 23. Czy Zamawiający wymaga modernizacji rozdzielni elektrycznej, z której będzie zasilany rezonans? Jeśli tak, prosimy o podanie wymaganego zakresu modernizacji.
 24. Zwracamy się z prośbą o podanie zakresu wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej.
 25. Czy Zamawiający będzie wymagał instalacji konsol diagnostycznych (opisowych) w innych pomieszczeniach niż pomieszczenie sterowni rezonansu?
 26. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wszelka dokumentacja serwisowa została dostarczona w wersji elektronicznej (np. na płycie CD)?
 27. Czy Zamawiający potwierdza, iż procedury odbiorowe (odbior pracowni przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego) leżą po stronie Zamawiającego?
 28. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czas niezbędny na uzyskanie wszelkich pozwoleń administracyjnych umożliwiających uruchomienie pracowni rezonansu (np. Sanepid) który jest jednocześnie niezależny od Wykonawcy, był doliczony do ogólnego czasu wykonania zadania?
 29. Czy Zamawiający wymaga modernizacji obecnej instalacji p-poż?
 30. Jeśli wymagana jest modernizacja instalacji p-poż, zwracamy się z prośbą o podanie informacji jaki jest model istniejącej centralki p-poż, modelu istniejących czujek p-poż, oraz odległości od pracowni rezonansu do najbliższego punktu w którym będzie możliwe wpięcie nowych elementów p-poż.
 31. Czy Zamawiający dopuszcza modernizację obecnie istniejącej klatki faradaya czy wymaga instalacji nowej klatki?

32. Jeśli Zamawiający dopuszcza modernizację istniejącej klatki, prosimy o podanie wymaganego zakresu modernizacji istotnego z punktu widzenia Zamawiającego (np. wymiana tarkettu, wymiana stropu podwieszonego, wymiana oświetlenia, itp.)
33. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi wejściowych do pomieszczenia badań MR otwieranych na zewnątrz?
34. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego okna w klatce faradaya?
35. Zwracamy się z prośbą o podanie informacji czy Zamawiający oczekuje wyposażenia meblowego pom. objętych adaptacją. Jeśli tak, prosimy o precyzyjne określenie wymaganych mebli.
36. Czy Zamawiający dopuszcza, aby w czasie realizacji zadania możliwe było wykonanie tylko szkoleń BHP (bezpiecznej obsługi rezonansu), które nie wymagają uzyskania odbioru pracowni MR przez Sanepid?
37. W związku z nieścisłymi zapisami w dokumentacji SIWZ, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie iż Zamawiający wyznaczył 84 dni na realizację zadania.
38. Czy Zamawiający będzie wymagał gwarancji serwisu urządzeń klimatyzacyjnych wraz z przeglądami i materiałami eksploatacyjnymi?
39. Z uwagi na znaczną objętość (kilkaset stron) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, której obowiązek złożenia wraz z ofertą nakłada na wykonawcę art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy o wyrażenie zgody na załączenie ww. dokumentu w formie elektronicznej (na nośniku CD).
40. Zamawiający w punkcie I.7. Załącznika nr 7 do SIWZ wraz z podpunktami 7.1 – 7.2 zawarł następujące wymagania:

Lp.	Nazwa parametru	Wymagania graniczne. Punktacja w kryterium parametry techniczne, w kryterium okres gwarancji oraz w kryterium okres przestoju pracowni MR Zamawiającego	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (Podac zakres, opisać)
I.7.	Homogeniczność pola w kuli o podanych średnicach: Podać wartość typową w ppm mierzoną metodą VRMS w warunkach nie gorszych niż w minimum 13 płaszczyznach pomiarowych i minimum 20 punktach pomiarowych w płaszczyźnie [ppm].	TAK	
I.7.1	a) O śr. 10cm	$\leq 0,1$ ppm	
I.7.2	b) O śr. 30cm	$\leq 1,1$ ppm	

Czy Zamawiający zmodyfikuje wymaganie w tych punktach do następującej treści:

Lp.	Nazwa parametru	Wymagania graniczne. Punktacja w kryterium parametry techniczne, w kryterium okres gwarancji oraz w kryterium okres przestoju pracowni MR Zamawiającego	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (Podac zakres, opisac)
I.7.	Homogeniczność pola w kuli o podanych średnicach: Podać wartość typową w ppm mierzoną metodą VRMS w warunkach nie gorszych niż w minimum 13 płaszczyznach pomiarowych i minimum 20 punktach pomiarowych w płaszczyźnie [ppm].	TAK	
I.7.1	a) O sr. 10cm	$\leq 0,01$ ppm	
I.7.2	b) O sr. 30cm	$\leq 0,1$ ppm	

41. Zamawiający w punkcie II.2. Załącznika nr 7 do SIWZ zawarł następujące wymaganie:

Lp.	Nazwa parametru	Wymagania graniczne. Punktacja w kryterium parametry techniczne, w kryterium okres gwarancji oraz w kryterium okres przestoju pracowni MR Zamawiającego	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (Podac zakres, opisac)
II. 2.	Max efektywna amplituda (rozumiana jako wypadkowa wektorów we wszystkich osiach) dla FOV ≥ 48 cm	≥ 52 mT/m	

Czy Zamawiający zmodyfikuje wymaganie w tym punkcie do następującej treści:

Lp.	Nazwa parametru	Wymagania graniczne. Punktacja w kryterium parametry techniczne, w kryterium okres gwarancji oraz w kryterium okres przestoju pracowni MR Zamawiającego	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (Podac zakres, opisac)
II. 2.	Max efektywna amplituda (rozumiana jako wypadkowa wektorów we wszystkich osiach) dla FOV ≥ 48 cm	≥ 57 mT/m	

Alternatywnie dokona zmiany treści wymagania na następujące:

Lp.	Nazwa parametru	Wymagania graniczne. Punktacja w kryterium parametry techniczne, w kryterium okres gwarancji oraz w kryterium okres przeestoju pracowni MR Zamawiającego	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (Podac zakres, opisac)
II. 2.	Max rzeczywista amplituda dla jednej osi (we wszystkich osiach x, y, z równocześnie) w FOV ≥ 48 cm	≥ 33 mT/m	

42. Zamawiający w punkcie II.3. Załącznika nr 7 do SIWZ zawarł następujące wymaganie:

Lp.	Nazwa parametru	Wymagania graniczne. Punktacja w kryterium parametry techniczne, w kryterium okres gwarancji oraz w kryterium okres przeestoju pracowni MR Zamawiającego	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (Podac zakres, opisac)
II. 3.	Max efektywny Slew Rate dla amplitudy zdefiniowanej w pkt. II. 2.	≥ 170 T/m/s	

Czy Zamawiający zmodyfikuje wymaganie w tym punkcie do następującej treści:

Lp.	Nazwa parametru	Wymagania graniczne. Punktacja w kryterium parametry techniczne, w kryterium okres gwarancji oraz w kryterium okres przeestoju pracowni MR Zamawiającego	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (Podac zakres, opisac)
II. 3.	Max efektywny Slew Rate dla amplitudy zdefiniowanej w pkt. II. 2.	≥ 207 T/m/s	

Alternatywnie dokona zmiany treści wymagania na następujące:

Lp.	Nazwa parametru	Wymagania graniczne. Punktacja w kryterium parametry techniczne, w kryterium okres gwarancji oraz w kryterium okres przeestoju pracowni MR Zamawiającego	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (Podac zakres, opisac)
II. 2.	Max rzeczywisty Slew Rate dla jednej osi dla amplitudy zdefiniowanej w pkt. II. 2.	≥ 120 T/m/s	

43. Zamawiający w punktach II.4-8. Załącznika nr 7 do SIWZ zawarł następujące wymagania:

Lp.	Nazwa parametru	Wymagania graniczne. Punktacja w kryterium parametry techniczne, w kryterium okres gwarancji oraz w kryterium okres przeżycia pracowni MR Zamawiającego	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (Podac zakres, opisac)
II. 4.	Min TR dla 3D GRE (256x256 matryca)	$\leq 1,5$ ms	
II. 5.	Min TE dla 3D GRE (256x256 matryca)	$\leq 0,6$ ms	
II. 6.	Min TR dla EPI (256x256 matryca)	≤ 17 ms	
II. 7.	Min TE dla EPI (256x256 matryca)	$\leq 9,3$ ms	
II. 8.	Echo Spacing (czas pomiędzy kolejnymi echami) dla EPI (matryca 256x256)	$\leq 1,05$ ms	

Czy Zamawiający zmodyfikuje wymagania w tych punktach do następującej treści:

Lp.	Nazwa parametru	Wymagania graniczne. Punktacja w kryterium parametry techniczne, w kryterium okres gwarancji oraz w kryterium okres przeżycia pracowni MR Zamawiającego	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (Podac zakres, opisac)
II. 4.	Min TR dla 3D GRE (256x256 matryca)	$\leq 1,5$ ms	
II. 5.	Min TE dla 3D GRE (256x256 matryca)	$\leq 0,6$ ms	
II. 6.	Min TR dla EPI (256x256 matryca)	≤ 10 ms	
II. 7.	Min TE dla EPI (256x256 matryca)	$\leq 2,0$ ms	
II. 8.	Echo Spacing (czas pomiędzy kolejnymi echami) dla EPI (matryca 256x256)	$\leq 0,8$ ms	

44. Zamawiający w punkcie III.1. Załącznika nr 7 do SIWZ zamierza premiować przyznawaniem dodatkowych punktów następującą cechą:

Lp.	Nazwa parametru	Wymagania graniczne. Punktacja w kryterium parametry techniczne, w kryterium okres gwarancji oraz w kryterium okres przestoju pracowni MR Zamawiającego	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (Podac zakres, opisac)
III. 1.	Moc wzmacniacza	Podać wartość do 12kW - 0 pkt, powyżej 12 do 16kW-1 pkt, powyżej 16kW - 2 pkt,	

Czy Zamawiający wprowadzi dodatkowe premiowanie następującej funkcjonalności:

Lp.	Nazwa parametru	Wymagania graniczne. Punktacja w kryterium parametry techniczne, w kryterium okres gwarancji oraz w kryterium okres przestoju pracowni MR Zamawiającego	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (Podac zakres, opisac)
III. 5.	Cyfrowa optyczna transmisja odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zapewniająca zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu oraz umożliwiającą przesył znacznej ilości danych (np. potrzebnych do zaawansowanych aplikacji 3D)	Tak / Nie Podać Tak - 3 pkt, Nie – 0 pkt	

45. Zamawiający w punkcie III.2. Załącznika nr 7 do SIWZ zawarł następujące wymaganie:

Lp.	Nazwa parametru	Wymagania graniczne. Punktacja w kryterium parametry techniczne, w kryterium okres gwarancji oraz w kryterium okres przestoju pracowni MR Zamawiającego	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (Podac zakres, opisac)
III. 2.	Liczba równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych	≥ 16	

Czy Zamawiający jest skłonny zaakceptować zaoferowanie systemu 8 kanałowego a zatem skorygować zapisy w tym punkcie do następującej postaci:

Lp.	Nazwa parametru	Wymagania graniczne. Punktacja w kryterium parametry techniczne, w kryterium okres gwarancji oraz w kryterium okres przeżycia pracowni MR Zamawiającego	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (Podać zakres, opisać)
III. 2.	Liczba równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych	≥ 8	

46. Zamawiający w punkcie V.2. Załącznika nr 7 do SIWZ zawarł następujące wymaganie:

Lp.	Nazwa parametru	Wymagania graniczne. Punktacja w kryterium parametry techniczne, w kryterium okres gwarancji oraz w kryterium okres przeżycia pracowni MR Zamawiającego	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (Podać zakres, opisać)
V. 2.	Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany software'owo z protokołu podczas akwizycji danych) umożliwiający badanie dłuższych odcinków ciała przy użyciu cewek dłuższych niż max FoV i/lub kilku cewek jednocześnie	Tak, dla pola badania ≥ 120 cm	

oraz w punkcie VI.2.6. Załącznika nr 7 do SIWZ zawarł następujące wymaganie:

Lp.	Nazwa parametru	Wymagania graniczne. Punktacja w kryterium parametry techniczne, w kryterium okres gwarancji oraz w kryterium okres przeżycia pracowni MR Zamawiającego	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (Podać zakres, opisać)
VI. 2.6.	Badanie z automatycznym przesuwem stołu/ obszar minimum 120cm/	Tak	

Czy Zamawiający zmodyfikuje wymagania w tych punktach do następującej treści:

Lp.	Nazwa parametru	Wymagania graniczne. Punktacja w kryterium parametry techniczne, w kryterium okres gwarancji oraz w kryterium okres przeestoju pracowni MR Zamawiającego	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (Podac zakres, opisac)
V. 2.	Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany software'owo z protokołu podczas akwizycji danych) umożliwiający badanie dłuższych odcinków ciała przy użyciu cewek dłuższych niż max FoV i/lub kilku cewek jednocześnie	Tak, dla pola badania ≥ 170 cm	

oraz

Lp.	Nazwa parametru	Wymagania graniczne. Punktacja w kryterium parametry techniczne, w kryterium okres gwarancji oraz w kryterium okres przeestoju pracowni MR Zamawiającego	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (Podac zakres, opisac)
VI. 2.6.	Badanie z automatycznym przesuwem stołu/ obszar minimum 170cm/	Tak	

47. Zamawiający w punkcie VIII.1. Załącznika nr 7 do SIWZ zawarł następujące wymaganie:

Lp.	Nazwa parametru	Wymagania graniczne. Punktacja w kryterium parametry techniczne, w kryterium okres gwarancji oraz w kryterium okres przeestoju pracowni MR Zamawiającego	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (Podac zakres, opisac)
VIII.1.	Max FOV (w osi z)	≥ 35 cm we wszystkich osiach	

Czy Zamawiający zmodyfikuje wymaganie w tym punkcie do następującej treści:

Lp.	Nazwa parametru	Wymagania graniczne. Punktacja w kryterium parametry techniczne, w kryterium okres gwarancji oraz w kryterium okres przeestoju pracowni MR Zamawiającego	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (Podac zakres, opisac)
VIII.1.	Max FOV (w osi z)	≥ 45 cm we wszystkich osiach	

48. Zamawiający w punkcie X. Załącznika nr 7 do SIWZ zawarł wymagania dotyczące Konsoli postprocessingowej, w tym w punkcie X. 4. Wymaga: „Konsola działająca po całkowitym wyłączeniu konsoli głównej (podstawowej) aparatu i umożliwiająca archiwizację min. 100 000 obrazów”. Wnioskujemy, że skoro Konsola ta ma działać po całkowitym wyłączeniu konsoli głównej (podstawowej) aparatu, to niektóre z jej procesów (tj. te, dotyczące obróbki obrazu) powinny być niezależne. Jednym z takich niezależnych funkcjonalności jest oddzielna baza danych badań/pacjentów. Chodzi o to, że jeżeli konsola postprocessingowa ma być całkowicie niezależna od konsoli operatorskiej, to obie te konsole nie mogą korzystać z jednej bazy danych – muszą być dwie oddzielne bazy danych badań/pacjentów: jedna na konsoli operatorskiej, druga na konsoli postprocessingowej.

Prosimy o potwierdzenie tego faktu odpowiednią korektą wymagań w punkcie X. 4. Do następującej postaci:

Lp.	Nazwa parametru	Wymagania graniczne. Punktacja w kryterium parametry techniczne, w kryterium okres gwarancji oraz w kryterium okres przestoju pracowni MR Zamawiającego	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (Podac zakres, opisac)
X.4.	Konsola działająca po całkowitym wyłączeniu konsoli głównej (podstawowej) aparatu i umożliwiająca archiwizację min. 100 000 obrazów. Konsola postprocesingowa tego samego producenta co aparat MR, posiadająca oddzielną bazę danych.	Tak	

49. **Dot. pkt. IV. 4.2 SIWZ:** Czy w celu potwierdzenia parametrów określonych w pkt. I, II, III, IV, V i VIII Załącznika nr 7 Zamawiający dopuści załączenie do oferty oryginalnych, firmowych materiałów informacyjnych producenta w języku angielskim wraz z ich tłumaczeniem na język polski, a dla parametrów w nich nie wymienionych – oświadczenie producenta potwierdzające ich spełnianie?

50. **Dot. Załącznika nr 7 pkt. XVII ppkt. 6:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas podjęcia działań naprawczych w przypadku naprawy w miejscu instalacji wynosił max. 2 dni robocze od chwili zgłoszenia?

51. Czy wypełniając obowiązek oceny prawidłowości zastosowania ceny także w zakresie stawki podatku VAT (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp i uchwałą SN z dnia 20 października 2011r., sygn. akt III CZP 52/11) Zamawiający uzna za prawidłowe zastosowanie do prac adaptacyjnych stawki podatku VAT w wysokości 23% uwzględniając interpretację ogólną wydaną przez Ministra Finansów w dniu 30 marca 2012 r. nr PT1/033/2/46/KSB/12/PT-241/PT-279 i przesłaną do Ministerstwa Zdrowia przy piśmie z dnia 17 kwietnia 2012 r. nr PT1/063/IC/201/2012/KSB/PT-321 oraz biorąc pod uwagę fakt wydania w dniu 28 listopada 2012 r. interpretacji indywidualnej nr

PT8/033/204/694/PSG/12/PT-657,865 zmieniającej interpretację indywidualną z dnia 1 grudnia 2010r. nr IPPP1/443-457/09-5/10-S/AP w zakresie stawki VAT na prace adaptacyjne?

52. **Dotyczy Pkt. IV.4.2 Do SIWZ** - Czy Zamawiający dopuszcza załączenie dokumentów w języku angielskim?
53. **Dotyczy Pkt. IV.4.2 Do SIWZ** - Czy Zamawiający dopuszcza załączenie oświadczeń Wykonawcy na potwierdzenie wymaganych parametrów z pkt. I, II, III, IV, V oraz VIII Załącznika nr 7?
54. **Dotyczy Pkt. 10 XVI. SIWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne liczone były od niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, a nie od łącznej wartości umowy brutto?
55. **Dotyczy Pkt. 10 XVI. SIWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar do 20% wartości umowy brutto?
56. **Dotyczy SIWZ pkt XVI ust 14** - Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć kary umowne do 500 zł za każdy roboczy dzień przestoju systemu?
57. **Dotyczy Pkt. 11 XVI. SIWZ** - Prosimy o dopisanie do niniejszego punktu terminu, w którym Zamawiający może odstąpić od umowy, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
58. **Dotyczy Pkt. 12 XVI. SIWZ** - Prosimy o wykreślenie pkt. 12.
59. **Dotyczy Pkt. 15 XVI. SIWZ** - Prosimy o wyjaśnienia, jakie sytuacje Zamawiający ma na myśli, czy m.in. Zamawiający dopuszcza zakup urządzenia od innego wykonawcy na koszt wykonawcy.
60. Czy Zamawiający dysponuje mocą przyłączeniową rzędu 60 kVA niezbędną do zasilania aparatu wraz z urządzeniami peryferyjnymi?
61. Czy Zamawiający dysponuje lokalizacją przeznaczoną na ewentualne ustawienie agregatu wody lodowej? Prosimy o wskazanie tego miejsca.
62. Czy Zamawiający dopuszcza realizację systemu klimatyzacji pomieszczenia badań, pomieszczenia sterowni dla personelu oraz gabinetu opisowego poprzez jeden układ klimatyzacyjny z możliwością niezależnej regulacji parametrów w wymienionych pomieszczeniach?
63. **Dotyczy SIWZ pkt XVI ust 3** - Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu w następujący sposób: „- gwarancji i objętego w cenie serwisu Zamawiający określił w pkt. XVII Załącznika Nr 7 do SIWZ”?
64. **Dotyczy zał. 7 rozdz. XVI pkt 1** - Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na następujący: „Uzupełnienie helu w magnesie do poziomu maksymalnego zalecanego przez Producenta przed przekazaniem uruchomionego systemu Zamawiającemu”?
65. **Dotyczy zał. 7 rozdz. XVI pkt 2, 3** - Prosimy Zamawiającego o podanie ilości osób uczestniczących w szkoleniu.
66. **Dotyczy zał. 7 rozdz. XVI pkt 2,3** - Czy Zamawiający wyznaczy dedykowaną osobę do koordynacji realizacji niniejszej Umowy pod kątem szkoleń personelu?
67. **Dotyczy zał. 7 rozdz. 17 pkt 3** - Prosimy o usunięcie następującego zapisu: „nie wymaga więcej niż jednego przeglądu serwisowego rocznie”. Zamawiający planuje zakup skomplikowanego systemu medycznego. Tego typu systemy, o wysokim stopniu skomplikowania, z reguły wymagają kilkakrotnych przeglądów w roku. Typowo 3-4/ rok. Większa częstotliwość przeglądów powoduje częstszą obecność inżynierów serwisu przy sprzęcie, a tym samym możliwość wychwycenia drobnych nieprawidłowości i ich korekty zanim przerodzą się one w większe problemy. Jest to więc okoliczność korzystna dla Zamawiającego.

68. **Dotyczy zał. 7 rozdz. 17 pkt 1** - Czy Zamawiający zapewni łącze internetowe do zdalnego serwisu?
69. **Dotyczy zał. 7 rozdz. 17 pkt 1** - Czy Zamawiający posiada router lub inne urządzenie sieciowe pozwalające na ustanowienie połączenia IPSec Site to Site?
70. **Dotyczy zał. 7 rozdz. 17 pkt 1** - Czy Zamawiający posiada Publiczny adres IP do podłączenia routera, który dostarczyłby Wykonawca?
71. **Dotyczy zał. 7 rozdz. 17 pkt 9** - Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu dotyczącego gwarancji na wymieniany moduł z „... oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji równym okresowi gwarancji zaoferowanemu przez Wykonawcę w ofercie.” na następujący zapis: „... i w przypadku wymiany w ostatnim roku gwarancji, na wymieniony moduł Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji liczonej od dnia wymiany modułu”?
72. **Dotyczy Załącznika Nr 7, pkt: XIX.1; XIX.2; XIX.3; XIX.4; XIX.6; XIX.8; XIX.10; XX.1; XX.2; XX.3; XX.4; XX.5; XX.6** - Czy Zamawiający zgodzi się ustalić z wymienionymi w punktach od XIX.1 do XX.6. firmami oraz określić i ujawnić stałe i identyczne dla wszystkich Wykonawców koszty wymienionych konfiguracji, podłączeń oraz licencji związanych z systemami Infomedica, CRID oraz PACS firmy Synektik?
73. **Dotyczy Punktu VI.2. Załącznika nr 7 do SIWZ (angiografia MR)**
Czy Zamawiający dokona modyfikacji pkt. VI.2. i doda do specyfikacji poniższy punkt?

2.8.	Szybka angiografia umożliwiająca przyspieszone obrazowanie naczyń po podaniu środka kontrastowego wykorzystująca techniki obrazowania równoległego (SENSE, iPAT, ASSET lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) oraz zoptymalizowaną kolejność kodowania faz(EllipticCentric, CentricElliptical, CENTRA lub odpowiednik wg nomenklatury producenta)	Tak
------	--	-----

74. Dotyczy Punktu XIII. Załącznika nr 7 do SIWZ (Postprocessing)

Czy Zamawiający będzie wymagał pomiarów przepływów (PC-flow) na konsoli operatorskiej i posprocessingowej ? Jeśli tak, prosimy o dodanie punktu XIII. Do Załącznika nr 7 do SIWZ (Postprocessing) o treści:

12.	Wizualizacja i pomiary przepływów (PC-flow).	Tak, na konsolach: podstawowej i postprocessingowej.
-----	--	--

75. Dotyczy Punktu VI.6. Załącznika nr 7 do SIWZ (Techniki do spektralnej saturacji) -
Czy Zamawiający dokona modyfikacji poprzez dodanie Punktu VI.6.3. do Załącznika nr 7 do SIWZ (Techniki do spektralnej saturacji) o treści:

	Metoda supresji tłuszczu o dużej jednorodności wykorzystująca adiabatyczne spektralne impulsy supresji i zapewniająca brak wrażliwości na niejednorodność pola o wysokiej częstotliwości	Tak
--	--	-----

76. Dotyczy Punktu VI.5.2. Załącznika nr 7 do SIWZ (Obrazowanie równoległe) -

Czy Zamawiający przez maksymalny współczynnik przyspieszenia obrazowania równoległego rozumie współczynnik rozumiany jako ułamek wyjściowego czasu tej samej akwizycji?

77. Dotyczy Punktu VII.1.1.3. Załącznika nr 7 do SIWZ (Aplikacje)

Czy Zamawiający dokona modyfikacji pkt. VII. i doda do specyfikacji poniższy punkt?

1.1.4.	Szybka sekwencja 3D TSE optymalizowana do badań mózgu, która może być wykorzystywana jako FLAIR, jako T2w oraz Dual IR skan.	Tak, TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt
--------	--	--

78. Dotyczy Punktu VI.1.2. Załącznika nr 7 do SIWZ (Aplikacje)

Czy Zamawiający dokona modyfikacji pkt. VII i doda do specyfikacji poniższy punkt?

1.2.2.	Obrazowanie dyfuzji w oparciu o kombinację sekwencji EPI i fast spin echo (GRASE, TGSE lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Tak, Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt
--------	--	------------------------------------

79. Dotyczy Punktu XIII. Załącznika nr 7 do SIWZ (Postprocesing)

Czy Zamawiający dokona modyfikacji pkt. XIII. i doda do specyfikacji poniższe punkty?

13.	Automatyczne przetwarzanie protokołów do: MIP, MPR, dodawania i odejmowania obrazów i MTC	Tak
14.	Możliwość kopiowania wszystkich parametrów badań z poprzednich skanów do nowo pozyskiwanych zestawów danych	Tak

80. Dotyczy Punktu I.7.1 i I.7.2 – Homogeniczność pola w kuli Załącznika nr 7 do SIWZ

Czy Zamawiający będzie premiował zaoferowanie systemu o najwyższej homogeniczności przyznaniem 2 punktów (oddzielnie dla kuli 10 i 30 cm), wg zasady: wartość najmniejsza 2 pkt., wartość graniczna 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie?

81. Dotyczy Punktu III.4 – Pasma przenoszenia Załącznika nr 7 do SIWZ

Czy Zamawiający wprowadzi ocenę za zaoferowanie systemu o najwyższym paśmie przenoszenia, przyznając 2 punkty, wg zasady: wartość najwyższa 2 pkt., wartość graniczna 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie?

82. Dotyczy Punktu IV.2, 3, 4 – Cewki Załącznika nr 7 do SIWZ -Czy Zamawiający wprowadzi ocenę za zaoferowanie systemu wraz z cewkami o najwyższej ilości kanałów, przyznając maksymalnie 2 punkty dla każdej z cewek, wg zasady: wartość najwyższa 2 pkt., wartość graniczna 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie?

83. Dotyczy Punktu VIII.6.1 – Współczynnik przyspieszenia Załącznika nr 7 do SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie VIII.6.1 Zamawiającemu chodzi o parametr Turbo Spin Echo „Turbo factor”, który jest równoznaczny z wymaganym parametrem Turbo Spin Echo/Fast Spin Echo?

84. Dotyczy Punktu X.1 – Archiwizacja obrazów na konsoli Załącznika nr 7 do SIWZ -

Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość archiwizacji obrazów tylko na płytach DVD?

85. **Dotyczy Punktu XVII.2- Gwarancja i Serwis Załącznika nr 7 do SIWZ** - Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić dodatkowe punkty za zaoferowanie gwarancji ≥ 48 miesięcy ? Sugerujemy wprowadzenie pkt:

2.	Gwarancja pełna z wszystkimi częściami na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia przez okres minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu przekazania uruchomionego systemu stanowiącego przedmiotu zamówienia. Całkowity koszt wymiany któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji ponosi Wykonawca	Podać oferowany okres gwarancji 12 m-cy - 0 pkt, pow. 12 m-cy do 24m-cy - 1 pkt, pow. 24 m-cy do 30m-cy - 2pkt, pow. 30 m-cy do 36 m-cy - 4pkt, pow. 36 m-cy - 5 pkt. pow. 48 m-cy – 7 pkt
----	---	--

86. **Dotyczy Punktu I. SIWZ** - Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie słowa „wszelkie”, oraz doprecyzowanie, jakie prace adaptacyjne mają być dokładnie wykonane, co jest konieczne do precyzyjnego i jasnego sformułowania oferty, zgodnie z art. 29 PZP.
87. **Dotyczy SIWZ pkt.XVI.pkt.2 i 9** - Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie słowa „wszelkie”, oraz doprecyzowanie, jakie prace adaptacyjne mają być dokładnie wykonane, co jest konieczne do precyzyjnego i jasnego sformułowania oferty, zgodnie z art. 29 PZP
88. **Dotyczy SIWZ XVI pkt.12.** - Prosimy zamawiającego o zmianę zapisu w tym punkcie na zapis o treści: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy i upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu, jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości przekroczy 30 dni roboczych od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy.
89. **Dotyczy SIWZ XVI pkt.13** - Prosimy Zamawiającego o zmianę kwoty brutto na netto w tym punkcie
90. **Dotyczy SIWZ XVI pkt.15.** - Prosimy Zamawiającego o usunięcie lub doprecyzowanie warunków zapisu. Proponujemy zawęzić przedmiotowe wymaganie wyłącznie do sytuacji, gdy Wykonawca nie wykonuje w ogóle zamówienia, lub gdy zwłoka w jego wykonaniu przekracza 30 dni. *W przypadku nie wykonania zamówienia w terminie 30 dni od daty ustalonego terminu przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową.*
91. **Dotyczy SIWZ XVI pkt.16.** - Prosimy Zamawiającego o dopisanie w tym punkcie treści jak poniżej : *Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 15% wartości przedmiotu umowy netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.*
92. **Dotyczy SIWZ XVI pkt.20.** - Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie zapisu w tym punkcie poprzez dodanie treści jak poniżej. Prosimy usunięcie wskazanego fragmentu – ustanowienie takiego warunku dot. pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego

wystąpienia przyczyn leżących po stronie Zamawiającego może oznaczać, że taka zmiana nie będzie mogła kiedykolwiek nastąpić, o ile Zamawiający takiego pisma nie wystosuje. Prosimy o zmianę zgodnie ze wskazanym brzmieniem – nie każdy powód jest możliwy do „dokumentowania” w postaci przedłożenia odpowiednich dokumentów;

1) terminu realizacji zamówienia w przypadku:

- wystąpienia przerw w realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego,
- gdy zmiana tego terminu - odpowiednio uargumentowana - wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

W przypadku, gdy wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń wymagać będzie uzyskania przez Zamawiającego lub Wykonawcę prawem wymaganych uzgodnień lub decyzji administracyjnych, w szczególności pozwolenia na budowę, uzgodnień z Sanepid itp. terminy wykonania poszczególnych części umowy oraz całego przedmiotu umowy ulegają odpowiedniemu wydłużeniu o czas oczekiwania na przedmiotowe, ostateczne uzgodnienia lub decyzje administracyjne.

93. **Dotyczy Załącznik nr 7, XVII pkt.3** - Prosimy Zamawiającego o zmianę tego parametru na treść zaproponowaną poniżej, gdyż w instrukcji serwisowej producenta aparatu do rezonansu magnetycznego jaki chcemy zaoferować w tym postępowaniu jest wpisana konieczność wykonywania 4 przeglądów serwisowych w roku. *Przeglądy serwisowe w okresie gwarancji, zgodne z zaleceniami producenta, wykonywane przez autoryzowanych pracowników serwisu, wliczone w cenę oferty. Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia po okresie gwarancji nie wymaga więcej niż 4 przeglądów serwisowych rocznie*
94. **Dotyczy Załącznik nr 7, XVII pkt.4.** - Prosimy Zamawiającego o dodanie w tym punkcie następującego zapisu: Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.
95. **Dotyczy Załącznik nr 7, XVII pkt.9.** - Prosimy Zamawiającego o usunięcie zdania „uszkodzony moduł...” i zastąpienie go następującym zapisem: *Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia lub jego części, nie powodują wznowienia biegu gwarancji*
96. **Dotyczy Załącznik nr 7, XX pkt.4 i 6.** - Prosimy Zamawiającego w celu uszczegółowienia o dodanie po słowie „aktualizacje/i” słowa „zalecanych przez producenta”
97. **Dotyczy SIWZ** - Prosimy Zamawiającego o podanie lokalizacji i numeru rozdzielni, z której można zasilić aparat do rezonansu magnetycznego wraz z osprzętem. Prosimy o podanie orientacyjnej odległości od wskazanej rozdzielni do pomieszczenia badań rezonansu lub pomieszczenia technicznego.
98. **Dotyczy SIWZ.** - Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ, w pkt VIII 10 podaje „Przez strop oraz ściany z wyjątkiem okna pole magnetyczne w ogóle nie może wydostawać się z pomieszczenia badań”. Wykonanie tak szczelnego ekranu pola magnetycznego, aby pole magnetyczne nie wydostawało się w ogóle jest nie wykonalne. Prosimy o określenie dopuszczalnej wartości indukcji pola magnetycznego wyrażonego w Gaussach lub Teslach, jakie może wydostawać się poza strop oraz ściany.
99. **Dotyczy SIWZ.** - Czy wykonawca jest zobowiązany do wykonania instalacji p. poż? Jeżeli tak, czy jest możliwość wpięcia się do istniejącego systemu a jeśli tak to w jakim zakresie? W przypadku posiadania systemu p. poż. prosimy o podanie kontaktu do konserwatora systemu p. poż. lub podanie modelu centrali
100. **Dotyczy SIWZ.** - Czy Zamawiający wymaga, aby wyposażyć pracownię badań o dodatkowe gniazda gazów medycznych, jeżeli tak to prosimy podać w jakim zakresie?

101. **Dotyczy SIWZ.** - Czy Zamawiający wymaga wymiany wykładziny, stolarki okiennej, stolarki drzwiowej na nowe w pomieszczeniach objętych adaptacją? Jeżeli tak to prosimy szczegółowo podać w jakim zakresie?
102. **Dotyczy SIWZ.** - Zamawiający wymaga całkowicie niezależnego systemu klimatyzacji. Prosimy o wskazanie miejsca instalacji centrali wentylacyjno - klimatyzacyjnej.
103. **Dotyczy SIWZ.** - Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy wymagana jest instalacja systemu kontroli dostępu? Jeżeli tak, to prosimy podać pomieszczenia, które mają zostać objęte tym systemem
104. **Dotyczy Załącznik nr 7 XVII pkt.2** - Prosimy Zamawiającego o dopisanie tego punktu w celu doprecyzowania warunków gwarancji. *Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespołe, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:*
- a. *uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:*
 - eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
 - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
 - b. *uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)*
 - c. *materiały eksploatacyjne.*

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1, Ad.2, Ad.54 – Ad.58, Ad.63, Ad.88 – Ad.92

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.3.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza modernizację wzmocnienia stropu na potrzeby posadowienia nowego rezonansu magnetycznego.

Ad.4 i Ad.5

Zamawiający informuje, iż w załączeniu udostępnia „Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i adaptacji pomieszczeń dla potrzeb oddziału diagnostyki (TK + MR). Konstrukcje”.

Ad.6.

Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca uzna za konieczne wykonanie prac adaptacyjnych, które wymagają pozwolenia na budowę to Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych w tym zakresie z uwzględnieniem odpowiedzi udzielonej w Ad.9

Ad.7. , Ad.28 i Ad.37

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia i wymaga zrealizowania całości zamówienia w okresie nie dłuższym niż 84 dni od podpisania umowy.

Ad.8.

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt.XVIII.4 Załącznika Nr 7 do SIWZ demontaż, deinstalację i utylizację przez uprawnioną jednostkę zamontowanego dotychczas aparatu MR z pomieszczeń Zamawiającego wykona Wykonawca na koszt Wykonawcy.

Ad.9.

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie prac adaptacyjnych, które będą ingerowały w układ ścian tyko i wyłącznie w zakresie ściany działowej znajdującej się pomiędzy pomieszczeniem badań, a pomieszczeniem sterowni i rejestracją MR.

Ad.10.

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykorzystanie istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Ad.11.

Zamawiający informuje, że w przypadku wykorzystania przez Wykonawcę w pracach adaptacyjnych istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji to Wykonawca ustala i ocenia jakie elementy ww instalacji wymagają modernizacji lub podlegają wymianie. Zamawiający wymaga natomiast, aby przekazane instalacje objęte były gwarancją na warunkach określonych w SIWZ.

Ad.12.

Zamawiający dopuszcza również instalację klimatyzatora typu SPLIT w pomieszczeniu sterowni rezonansu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów określonych w pkt.XVIII.5 Załącznika Nr 7 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza natomiast instalacji klimatyzatora w pomieszczeniu rejestracji.

Ad.13.

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na instalację zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych na elewacji budynku szpitalnego, w którym znajduje się MR, od strony północnej.

Ad.14.

Zamawiający informuje, że nie wymaga modernizacji instalacji gazów medycznych w pomieszczeniu badań MR.

Ad.15.

Zamawiający informuje, że wymaga modernizacji infrastruktury teleinformatycznej zgodnie z potrzebami Wykonawcy, podtrzymując jednocześnie wymóg zawarty w pkt.XIX.6 Załącznika Nr 7 do SIWZ tj. stworzenie infrastruktury sieciowej w technologii minimum gigabitowej w pomieszczeniu pracowni rezonansu oraz podłączenie do istniejącej sieci teleinformatycznej szpitala za pomocą dostarczonego switcha posiadającego niezbędną ilość portów + 10 wolnych portów gigabitowych (wraz z zasilaczem awaryjnym podtrzymującym zasilanie minimum 30 minut). Jednocześnie Zamawiający informuje, że najbliższy punkt dystrybucji znajduje się w pomieszczeniu pracowni TK, a łączna odległość po której należy przeciągnąć kabel wynosi ok. 30 metrów.

Ad.16.

Zamawiający informuje, że nie posiada wolnych portów dla instalacji teletechnicznej w istniejącym punkcie dystrybucji.

Ad.17.

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania switcha opisanego w pkt. XIX.6 Załącznika Nr 7 do SIWZ oraz wszystkich tych elementów, które są niezbędne Wykonawcy do zrealizowania zamówienia, w tym w zakresie infrastruktury teleinformatycznej.

Ad.18.

Zamawiający informuje, że nie udostępni łącza internetowego (o przepustowości min. 2Mbit/sec) w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki rezonansu.

Ad.19.

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę, aby Wykonawca zastosował szyfrowane łącze serwisowe typu IPSec VPN, pod warunkiem, że łącze to zostanie wykonane i utrzymywane przez Wykonawcę.

Ad.20.

Zamawiający informuje, że dysponuje mocą elektryczną ok. 60kW na potrzeby zasilenia nowego rezonansu magnetycznego oraz klimatyzacji.

Ad.21.

Zamawiający informuje, że odległość od istniejącego pomieszczenia technicznego do rozdzielni głównej, z której będzie zasilany nowy rezonans wynosi 75 metrów.

Ad.22.

Zamawiający informuje, że przekrój i długość obecnie istniejącej głównej linii zasilającej rezonans wynosi odpowiednio 240 mm oraz 75 metrów, natomiast oznaczenie kabla – YAKY 240 mm².

Ad.23.

Zamawiający informuje, że nie wymaga, ale, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne, dopuszcza również modernizację rozdzielni elektrycznej, z której będzie zasilany rezonans.

Ad.24.

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt.XVI.6 Załącznika Nr 7 do SIWZ wymaga, aby Wykonawca, który będzie dokonywał prac projektowych, instalacyjnych lub innych prac dodatkowych koniecznych do uruchomienia systemu najpóźniej w dniu protokolarnego oddania Zamawiającemu systemu przekaze kompletną dokumentację powykonawczą wszystkich przeprowadzonych prac.

Ad.25.

Zamawiający informuje, że wymaga instalacji konsoli opisowej w gabinecie opisowym.

Ad.26.

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę, aby wszelka dokumentacja serwisowa została dostarczona w wersji elektronicznej (np. na płycie CD).

Ad.27.

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt.XVIII.3 Załącznika Nr 7 do SIWZ „..... Po stronie i na koszt Wykonawcy leży uzyskanie wszelkich niezbędnych formalnych zgód i pozwoleń na zainstalowanie, uruchomienie oraz eksploataowanie zaoferowanego systemu”

Ad.29. i Ad.30

Zamawiający informuje, że nie wymaga modernizacji obecnej instalacji p-poż.

Ad.31.

Zamawiający informuje, że dopuszcza zarówno modernizację obecnie istniejącej, jak i instalację nowej klatki Faradaya.

Ad.32. i Ad.101

Zamawiający informuje, że w przypadku modernizacji istniejącej klatki Faradaya wymaga, aby klatka ta spełniała wszystkie wymagania zawarte w Załączniku Nr 7 do SIWZ oraz wymagane prawem wymogi, jak również wymagane jest, aby stan klatki po modernizacji był nie gorszy niż przed jej modernizacją. W gestii Wykonawcy leży dokonanie takiej modernizacji klatki, która spełni ww wymagania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga wymiany wykładziny w pomieszczeniu badań MR, drzwi do klatki Faradaya zgodnie

z pkt.XV.4 Załącznika Nr 7 do SIWZ z uwzględnieniem Ad.33, nie wymaga natomiast wymiany stolarki okiennej.

Ad.33.

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie drzwi wejściowych do pomieszczenia badań MR otwieranych na zewnątrz.

Ad.34.

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykorzystanie istniejącego okna w klatce Faradaya.

Ad.35.

Zamawiający informuje, że zgodnie z wymogiem zawartym w pkt. XV.3 Załącznika Nr 7 do SIWZ wymaga, aby Wykonawca zaoferował oraz zamontował w pomieszczeniu badań MR Zamawiającego szafki do przechowywania wszystkich zaoferowanych cewek, fantomów oraz podkładek pozycjonujących w sposób i w miejscu umożliwiającym swobodny wjazd do pomieszczenia badań leżanki i wózka antymagnetycznego stanowiących integralną część Oferty

Ad.36.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga przeprowadzenia szkoleń zgodnie z pkt. XVI.2 i 3 Załącznika nr 7 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że pod pojęciem „aplikacyjne” rozumie również szkolenia BHP.

Ad.38.

Zamawiający informuje, że zgodnie z wymogiem zawartym w pkt. XVII.2 i 3 Załącznika Nr 7 do SIWZ wymaga gwarancji pełnej z wszystkimi częściami na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia przez okres minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu przekazania uruchomionego systemu stanowiącego przedmiotu zamówienia oraz przeglądów serwisowych w okresie gwarancji, zgodne z zaleceniami producenta, wykonywanych przez autoryzowanych pracowników serwisu, wliczonych w cenę oferty.

Ad.39.

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na załączenie do oferty listy podmiotów, o której mowa w pkt.IV.3.8 SIWZ w formie elektronicznej (na nośniku CD), pod warunkiem że zostanie opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Ad.40 – Ad.47.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dokonanie zmiany i podtrzymuje wymogi zawarte w pkt. I.7, I.7.1-I.7.2, II.2, II.3, II.4-II.8, III, III.2, V.2, VI.2.6., oraz VIII.1 Załącznika Nr 7 do SIWZ.

Ad.48.

Zamawiający informuje, że dopuszcza również konsolę postprocesingową posiadającą oddzielną bazę danych, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów zawartych w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

Ad.49.

Zamawiający poprzez zapis zawarty w pkt.IV.4.2. SIWZ o treści „Materiałów informacyjnych (w języku polskim) dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia, przy czym w zakresie parametrów określonych przez Zamawiającego w pkt.I, II, III, IV, V oraz VIII Załącznika Nr 7 do SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginalnych, firmowych materiałów informacyjnych producenta zawierających wszystkie wymagane przez Zamawiającego w ww punktach parametry techniczno-eksploatacyjne (w języku polskim), a dla parametrów w nich nie wymienionych - oświadczenie producenta potwierdzające ich spełnianie z podaniem wartości oferowanego parametru. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaznaczył w sposób czytelny w załączonych materiałach producenta wszystkie

parametry z pkt. I, II, III, IV, V oraz VIII Załącznika Nr 7 do SIWZ” rozumie również załączenie do oferty materiałów informacyjnych w języku angielskim wraz z ich tłumaczeniem na język polski

Ad.50.

Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis pkt.XVII.6 Załącznika Nr 7 do SIWZ o treści : „W okresie gwarancji czas podjęcia działań naprawczych w przypadku naprawy w miejscu instalacji max.1 dzień roboczy* od chwili zgłoszenia ” na zapis „W okresie gwarancji czas podjęcia działań naprawczych w przypadku naprawy w miejscu instalacji max.2 dni robocze* od chwili zgłoszenia”

Ad.51.

Zamawiający informuje, że na Wykonawcy składającym ofertę w postępowaniu ciąży obowiązek zastosowania prawidłowej stawki VAT, co Zamawiający zweryfikuje podczas badania ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, że W Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 1 do SIWZ poprzez zapis: ”W przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje asortyment o zróżnicowanej stawce VAT - należy go wyodrębnić w Formularzu Cenowym” dopuścił możliwość zastosowania różnych stawek VAT.

Ad.52.

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza załączenia do oferty materiałów, o których mowa w pkt. IV.4.2. do SIWZ, w języku angielskim. Zamawiający wymaga przetłumaczenia na język polski.

Ad.53.

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis pkt.IV.4.2 SIWZ i wymaga załączenia do oferty: „Materiałów informacyjnych (w języku polskim) dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia, przy czym w zakresie parametrów określonych przez Zamawiającego w pkt.I, II, III, IV, V oraz VIII Załącznika Nr 7 do SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginalnych, firmowych materiałów informacyjnych producenta zawierających wszystkie wymagane przez Zamawiającego w ww punktach parametry techniczno-eksploatacyjne (w języku polskim), a dla parametrów w nich nie wymienionych - oświadczenie producenta potwierdzające ich spełnianie z podaniem wartości oferowanego parametru. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaznaczył w sposób czytelny w załączonych materiałach producenta wszystkie parametry z pkt. I, II, III, IV, V oraz VIII Załącznika Nr 7 do SIWZ”.

Ad.59.

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt.XVI.15 SIWZ może dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym umową w przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy.

Ad.60.

Zamawiający informuje, że dysponuje mocą przyłączeniową rzędu 60 kVA niezbędną do zasilania aparatu wraz z urządzeniami peryferyjnymi.

Ad.61.

Zamawiający informuje, że dysponuje miejscem przeznaczonym na ewentualne ustawienie agregatu wody lodowej i jest to pomieszczenie w piwnicy wskazane w Załączniku Nr 8 do SIWZ – strona nr 8.

Ad.62.

Zamawiający informuje, że dopuszcza realizację systemu klimatyzacji pomieszczenia badań, pomieszczenia sterowni dla personelu oraz gabinetu opisowego poprzez jeden układ klimatyzacyjny z możliwością niezależnej regulacji parametrów w wymienionych pomieszczeniach.

Ad.64.

Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis pkt.XVI.1 Załącznika Nr 7 do SIWZ o treści : „Uzupełnienie helu w magnesie do minimum 95% przed przekazaniem uruchomionego systemu Zamawiającemu” na zapis „Uzupełnienie helu w magnesie do poziomu maksymalnego zalecanego przez Producenta przed przekazaniem uruchomionego systemu Zamawiającemu”

Ad.65.

Zamawiający informuje, że w szkoleniu, o którym mowa w pkt. XVI.2 Załącznika Nr 7 do SIWZ uczestniczyć będzie 19 pracowników medycznych, natomiast w szkoleniu, o którym mowa w pkt. XVI pkt 3 Załącznika Nr 7 do SIWZ uczestniczyć będzie 3 pracowników technicznych.

Ad.66.

Zamawiający informuje, że osobą, która będzie koordynowała realizację umowy pod kątem szkoleń personelu, o których mowa w pkt.XVI.2 i 3 Załącznika Nr 7 do SIWZ jest Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej Pan Paweł Blicharz.

Ad.67. i Ad.93

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dokonanie zmiany i podtrzymuje wymóg zawarty w pkt. XVII.3 Załącznika Nr 7 do SIWZ.

Ad.68.

Zamawiający informuje, że nie zapewni łącza internetowego do zdalnego serwisu.

Ad.69.

Zamawiający informuje, że nie posiada routera lub innego urządzenia sieciowego pozwalającego na ustanowienie połączenia IPSec Site to Site.

Ad.70.

Zamawiający informuje, że nie posiada publicznego adresu IP do podłączenia routera, który dostarczyłby Wykonawca.

Ad.71. i Ad.95

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dokonanie zmiany i podtrzymuje wymóg zawarty w pkt. XVII.9 Załącznika Nr 7 do SIWZ.

Ad.72.

Zamawiający informuje, że ujęty w pytaniu zakres prac stanowi przedmiot zamówienia i na Wykonawcy ciąży obowiązek jego wyceny oraz zrealizowania.

Ad.73. – Ad. 75

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dokonanie zmiany i dodanie punktów, o treści jak w pytaniach, do pkt. VI.2, XIII oraz VI.6 Załącznika Nr 7 do SIWZ.

Ad.76.

Zamawiający informuje, że przez maksymalny współczynnik przyspieszenia obrazowania równoległego rozumie współczynnik przyspieszenia wykonania akwizycji wynikający z algorytmu obliczeniowego zastosowanego w oferowanym aparacie MR.

Ad.77. – Ad.79

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dokonanie zmiany i dodanie punktów, o treści jak w pytaniach, do pkt. VI oraz XIII Załącznika Nr 7 do SIWZ.

Ad. 80 – Ad. 82 i Ad.85

Zamawiający informuje, że nie wprowadza nowych i podtrzymuje kryteria oceny ofert określone w pkt. VI SIWZ oraz parametry techniczne wymienione w pkt. I.9, III.1, XVII.2 oraz XVIII.14 Załącznika Nr 7 do SIWZ, które podlegają punktacji.

Ad.83.

Zamawiający informuje, że dopuszcza również w punkcie VIII.6.1 parametr Turbo Spin Echo „Turbo factor”.

Ad.84.

Zamawiający informuje, że dopuszcza również archiwizację obrazów tylko na DVD, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych w SIWZ.

Ad.86. i Ad.87.

Zamawiający informuje, że pod pojęciem „wszelkie” rozumie wszystkie prace w pomieszczeniach, w których zostanie zamontowany jakikolwiek element zaoferowanego systemu umożliwiające zrealizowanie wymagań określonych w SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad.6 i Ad.9

Ad.94.

Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis pkt.XVII.4 Załącznika Nr 7 do SIWZ o treści : „Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu.” na zapis „Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych”

Ad.96.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dodanie zapisu o treści jak w pytaniu, tym samym podtrzymuje zapisy pkt.XX.4 i 6 Załącznika Nr 7 do SIWZ

Ad.97.

Zamawiający informuje, że rozdzielnia, z której można zasilać aparat MR to Stacja Trafo – Kontener S-1230, Sn = 400 kVA, zlokalizowana na terenie Szpitala, 75 metrów od Pracowni MR.

Ad.98.

Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis pkt.XVIII.10 Załącznika Nr 7 do SIWZ o treści : „Wielkość pola magnetycznego wydostającego się przez szybę pomieszczenia w którym znajduje się aparat MR nie może w odległości 45 cm od szyby przekraczać 5 Gausów . Szyba i podłoga pomieszczenia badań są jedynymi miejscami przez które Zamawiający dopuszcza wydostawanie się pola poza ściany pomieszczenia badań. Przez strop oraz ściany z wyjątkiem okna pole magnetyczne wogóle nie może wydostawać się z pomieszczenia badań. Zamontowane i pracujące urządzenia zaoferowanego systemu nie mogą w żaden sposób zaburzać pracy urządzeń znajdujących się poza pomieszczeniem badań.” na zapis „Wielkość pola magnetycznego wydostającego się przez:

- szybę pomieszczenia, w którym znajduje się aparat MR nie może w odległości 45 cm od szyby przekraczać 5 Gausów,
- podłogę pomieszczenia badań - taka, żeby w pomieszczeniu technicznym znajdującym się pod podłogą nie występowały strefy ochronne zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami w tym zakresie,
- strop oraz ściany, z wyjątkiem okna, nie może przekraczać 5 Gausów.

Zamontowane i pracujące urządzenia zaoferowanego systemu nie mogą w żaden sposób zaburzać pracy urządzeń znajdujących się poza pomieszczeniem badań”

Ad.99.

Zamawiający informuje, że Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania instalacji p. poż.

Ad.100.

Zamawiający informuje, że nie wymaga, aby wyposażyć pracownię badań o dodatkowe gniazda gazów medycznych.

Ad.102.

Zamawiający informuje, że nowa centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna powinna być zamontowana w pomieszczeniu na strychu budynku, w którym znajduje się pracownia MR, w miejscu obecnie istniejącej .

Ad.103.

Zamawiający informuje, że nie wymaga instalacji systemu kontroli dostępu.

Ad.104.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dokonanie zmiany i dodanie punktu, o treści jak w pytaniu, do pkt. XVII.2 Załącznika Nr 7 do SIWZ.

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie Ad.50, Ad.64, Ad.94 oraz Ad. 98 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W załączeniu Załącznik Nr 7 po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a