



.....

Znak: AE/ZP-27-39/13

Tarnów, 2013-06-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawę stymulatorów resynchronizujących i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści CRT-D bez algorytmu do unikania niepotrzebnej stymulacji komorowej?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** CRT-D bez algorytmu do unikania niepotrzebnej stymulacji komorowej.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

