

Parametry przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1 pozycja 1
Stymulatory resynchronizujące

L.p.	Parametry wymagane	Podać parametry oferowane	Wymagane
1.	Gniazda do elektrod IS-1		wymagane
2.	Rok produkcji 2013 lub późniejszy		wymagane
3.	Żywotność minimum 5 lat		wymagane
4.	Ważność sterylizacji min 12 mies.		wymagane
5.	Trzy niezależne kanały z możliwością programowania opóźnień P-K i międzykomorowego (K-K)		wymagane
6.	Obecne funkcje antyarytmiczne		wymagane
7.	Elektrody sterydowe: do zatoki wieńcowej, przedsionkowe i komorowe		wymagane
8.	Funkcja podtrzymania stymulacji resynchronizującej w przypadku wystąpienia napadu migotania przedsionków		wymagane
9.	Na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym abieżąca aktualizacja oprogramowania) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego)		wymagane
10.	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zabezpieczenie (tzw. Technical Support) do pierwszych kilku zabiegów		wymagane
11.	Wraz z dostawą instrukcja obsługi w języku polskim		wymagane
12.	Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia		wymagane

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty