

Parametry przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 2 pozycja 1
Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe ICD VR

L.p.	Parametry wymagane	Podać parametry oferowane	wymagane
1.	rok produkcji 2013 lub późniejszy		wymagane
2.	dotętność sterydowych elektrod defibrylacyjnych jedno i dwukoilowych z konektorami DF1 i DF4		wymagane
3.	Ważność sterylizacji min 12 mies.		wymagane
4.	Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej 100 g		wymagane
5.	Energia dostarczana ≥ 35 J		wymagane
6.	Impuls dwufazowy, regulowany napięciem lub energią		wymagane
7.	Możliwość implantacji z elektrodą dwukoilową (3 wejście)		wymagane
8.	Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym ręcznie lub odpowiednie funkcje automatyczne		wymagane
9.	EGM ≥ 17 mm		wymagane
10.	Dyskryminator morfologii QRS, nagłego początku i stabilności		wymagane
11.	Gniazda do elektrod DF1 i DF4		wymagane
12.	Bezprzewodowa komunikacja z programatorem		wymagane
13.	Na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym bieżąca aktualizacja oprogramowania) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego)		wymagane
14.	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zabezpieczenie (tzw. Technical Support) do pierwszych kilku zabiegów		wymagane
15.	Wraz z dostawą instrukcja obsługi w języku polskim		wymagane
16.	Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia		wymagane

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty