



Znak: AE/ZP-27-41/13

Tarnów, 2013-06-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy materiałów do badań mikrobiologicznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zestaw odczynników zawierający odczynniki:
  - A) – BBL Voges-Proskauer Reagent A Droppers (zakraplacze z odczynnikiem Vogesa-Proskauera A) zawierają 0,5 ml 5% alfa-naftolu w alkoholu bezwodnym
  - B) – BBL Voges-Proskauer Reagent B Droppers (zakraplacze z odczynnikiem Vogesa-Proskauera B) zawierają 0,5 ml 40% wodorotlenku potasu w wodzie destylowanej, konfekcjonowanych w opakowaniach 50 x 0,5 ml w kartonie z jednoczesnym zaoferowaniem odpowiedniej liczby opakowań według ilości wymaganej przez Zamawiającego.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści zestaw odczynników zawierający odczynniki:
  - A) Nitrate A Reagent Droppers konfekcjonowanego w opakowaniu 50x0,5 ml
  - B) Nitrate B Reagent Droppers konfekcjonowanego w opakowaniu 50x0,5 ml
  - C) Nitrate C Reagent Droppers konfekcjonowanego w opakowaniu 50x 1 g z jednoczesnym zaoferowaniem odpowiedniej liczby opakowań według ilości wymaganej przez Zamawiającego.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 32.** Czy Zamawiający dopuści pożywkę TSA na płytkach?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** również zestawu odczynników opisanego w pytaniu, z jednoczesnym zaoferowaniem odpowiedniej liczby opakowań według ilości wymaganej przez Zamawiającego.

**Ad. 2** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 2** również zestawu odczynników opisanego w pytaniu, z jednoczesnym zaoferowaniem odpowiedniej liczby opakowań według ilości wymaganej przez Zamawiającego, pod warunkiem, że oferowany zestaw odczynników służy do wykrywania azotynów (zdolność redukcji azotanów przez bakterie)..

**Ad. 3** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 32** również pożywki TSA na płytkach.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

