

Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakietach Nr: 1 - 10

L.p.	Wymagane parametry dla:	Wpisać oferowane parametry
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 1		
1.	Wymazówki transportowe z podłożem AMIES + C w probówce transportowej	
2.	Długość użytkowa wymazówki 125 mm, długość całkowita 150 mm z główką 5 mm z wiskozy	
3.	Pakowane indywidualnie, sterylne	
4.	Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy	
5.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
6.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz.: 2 - 8, 33 - 34		
1.	Podłoże gotowe na płytkach z żebrami wentylacyjnymi, średnica płytki 90 mm	
2.	Każda płytka opisana nazwą podłoża, datą produkcji i ważności	
3.	W opakowaniach nie większych niż 20 sztuk,	
4.	Termin ważności nie krótszy niż 5 tygodni od daty dostawy	
5.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
6.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 9 - 10		
1.	W poz. 9 podłoże płynne w probówce, w poz. 10 podłoże płynne w butelce	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 2 miesiące od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry dla:	Wpisać oferowane parametry
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz.: 11 - 32		
1.	Podłoża gotowe w probówkach	
2.	W opakowaniach zbiorczych nie większych niż 50 sztuk,	
3.	Termin ważności nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy	
4.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
5.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz.: 1 - 12		
1.	W opakowaniach nie większych niż 100 sztuk	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesiące od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 3 poz.: 1 - 6		
1.	W opakowaniach nie większych niż 100 sztuk,	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesiące od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4 poz. 1		
1.	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia z odczynnikami wieloważnym grupy B-E i G, odczynnikami jednoważnymi grup: B,C1,C2,D,E i G, lateksem kontrolnym i antygenem kontrolnym oraz płytkami reakcyjnymi	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry dla:	Wpisać oferowane parametry
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4 poz. 2		
1.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
2.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
3.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4 poz. 3 - 5		
1.	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia zawierający odpowiednio; odczynniki wieloważne grupy A (poz. 3), B (poz. 4), C (poz. 5), lateksy kontrolne i płytki reakcyjne	
2.	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu z poz. 3 - 5 w jednym zestawie (opisać co zawiera taki zestaw), a w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ wypełnić tylko jedną pozycję)	
3.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
4.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
5.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4 poz. 6 - 8		
1.	Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia, zawierające materiały określone w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ)	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4 poz. 9 - 11		
1.	W poz. 9 zestaw kompletny do wykonania oznaczenia zawierający: odczynnik lateksowy i płytki reakcyjne	
2.	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu z poz. 9 - 11 w jednym zestawie (opisać co zawiera taki zestaw), a w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ wypełnić tylko jedną pozycję)	
3.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry dla:	Wpisać oferowane parametry
4.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
5.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 5 poz. 1		
1.	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia, z lateksem do identyfikacji pałek Shigella sonnei, z lateksem kontrolnym i antygenem kontrolnym oraz płytkami reakcyjnymi	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 5 poz. 2		
1.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
2.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
3.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 6 poz. 1		
1.	Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy	
2.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
3.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 6 poz. 2		
1.	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry dla:	Wpisać oferowane parametry
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 7 poz.: 1 - 3		
1.	Dla poz. 1 i 2 termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy, dla poz. 3 - 12 miesięcy od daty dostawy	
2.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
3.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 8 poz. 1 - 2		
1.	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy	
2.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
3.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 9 poz. 1 - 10		
1.	Szczepki wzorcowe do kontroli jakości o stałych, nie zmieniających się i powtarzalnych cechach minimum z 4 pasaży	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 10 poz. 1		
1.	Zestaw kompletny, woreczki z saszetkami do hodowli bakterii w warunkach mikroaerofilnych z niską zawartością CO ₂ (5% O ₂ , 10% CO ₂ , 85% N ₂), oraz zaciski do woreczków	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry dla:	Wpisać oferowane parametry
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 10 poz. 2		
1.	Krażki ONPG. Krażki do szybkiej diagnostyki aktywności beta-galaktozydazy. Skład: krażki impregnowane buforowaną O-nitrofenylo-β-D-galakto-pyranozą (ONPG)	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 10 poz. 3		
1.	Szczepki wzorcowe do kontroli jakości o stałych, nie zmieniających się i powtarzalnych cechach minimum z 4 pasaży	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP , które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 10 poz. 4		
1.	Testy paskowe do oznaczania wartości MIC rzeczywistego antybiotyku, testy posiadają pozytywną opinię KORLD	
2.	Testy umieszczone na nośniku plastikowym pakowane w blistrach lub gąbkach umożliwiającym przechowywanie w kontrolowanej temperaturze	
3.	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy	
4.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
5.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	

Uwaga! Nie spełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty