



.....

Znak: AE/ZP-27-42/13

Tarnów, 2013-06-27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

Dotyczy Pakietu Nr 30. Czy Zamawiający dopuści stent wieńcowy na cewniku balonowym uwalniający lek antyproliferacyjny o nieznacznie zmienionych parametrach: sposób uwalniania leku z biokompatybilnego polimeru nieulegającego biodegradacji?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 30** również stentu, w którym lek uwalniany jest z biokompatybilnego polimeru nieulegającego biodegradacji, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

