



.....

Znak: AE/ZP-27-42/13

Tarnów, 2013-06-28

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym zadaniu przewodników diagnostycznych hydrofilnych z końcówką J i zagiętą? Pozostałe parametry bez zmian.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 16.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie cewników diagnostycznych o średnicy wewnętrznej dla 6F równej 0,051"? Pozostałe parametry bez zmian.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 20.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie cewników balonowych o długości: 10, 15, 20, 30 i 40 mm dla wymaganych średnic? Pozostałe parametry bez zmian.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 21.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie cewników balonowych o długości: 10, 15, 20, 30 i 40 mm dla wymaganych średnic? Pozostałe parametry bez zmian.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 22.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie cewników balonowych o długości 10 i 15 mm dla wymaganych średnic? Pozostałe parametry bez zmian.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 23.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie cewników balonowych o długości: 6, 10, 15 i 20 mm dla wymaganych średnic? Pozostałe parametry bez zmian.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 25.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie stentów wieńcowych o długości: 9/12/15/18/24 i 28 mm dla średnic: 2,5/2,75/3,0/3,5/4,0 mm? Pozostałe parametry bez zmian.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 27.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie stentów wieńcowych kobaltowo-chromowych otwarto-komórkowych, laserowo wycinanych z jednego kawałka o otwartym obszarze komórki (2,91 mm), który dostarcza doskonałą dostępność do gałęzi bocznej?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 36.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do nakłucia tętnicy promieniowej z pokryciem hydrofilnym do procedur w technice 6 w 5/ad hoc PCI zawierającego: koszulkę, dylator, mini przewodnik hydrofilny i igłę punkcyjną-zestaw kompatybilny z dowolnym cewnikiem 6F?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** również przewodników diagnostycznych hydrofilnych z końcówką J i zagiętą, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.



Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16** cewników diagnostycznych o średnicy wewnętrznej dla 6F równej 0,051”.

Ad. 3 Zamawiający nie musi dopuszczać zaoferowania w **Pakiecie Nr 20** cewników balonowych o długości: 10, 15, 20, 30 i 40 mm dla wymaganych średnic ponieważ spełniają wymagania SIWZ w tym zakresie, natomiast muszą posiadać również pozostałe parametry określone w SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający nie musi dopuszczać zaoferowania w **Pakiecie Nr 21** cewników balonowych o długości: 10, 15, 20, 30 i 40 mm dla wymaganych średnic ponieważ spełniają wymagania SIWZ w tym zakresie, natomiast muszą posiadać również pozostałe parametry określone w SIWZ.

Ad. 5 Zamawiający nie musi dopuszczać zaoferowania w **Pakiecie Nr 22** cewników balonowych o długości 10 i 15 mm dla wymaganych średnic ponieważ spełniają wymagania SIWZ w tym zakresie, natomiast muszą posiadać również pozostałe parametry określone w SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający nie musi dopuszczać zaoferowania w **Pakiecie Nr 23** cewników balonowych o długości: 6, 10, 15 i 20 mm dla wymaganych średnic ponieważ spełniają wymagania SIWZ w tym zakresie, natomiast muszą posiadać również pozostałe parametry określone w SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 25** stentów wieńcowych o długości: 9/12/15/18/24 i 28 mm dla średnic: 2,5/2,75/3,0/3,5/4,0 mm.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 27** stentów wieńcowych kobaltowo-chromowych otwarto-komórkowych, laserowo wycinanych z jednego kawałka o otwartym obszarze komórki (2,91 mm).

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 36** zestawu do nakłucia tętnicy promieniowej z pokryciem hydrofilnym do procedur w technice 6 w 5/ad hoc PCI zawierającego: koszulkę, dylator, mini przewodnik hydrofilny i igłę punkcyjną- zestaw kompatybilny z dowolnym cewnikiem 6F .

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a