



.....

Znak: AE/ZP-27-42/13

Tarnów, 2013-07-01

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 14.** Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z dwoma blokowanymi strzykawkami 30ml, koszykiem na materiał ekstrakcyjny, drenem ciśnieniowym, zastawką zamykającą w zestawie do ręcznego odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych o średnicy kanału cewnika ekstrakcyjnego wynoszącej 0,045" średnicy zewnętrznej 5,1F umożliwiającego przepływ podczas ekstrakcji powyżej 115cc/minutę kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 3 do SIWZ.** Prosimy o dostosowanie treści Załącznika Nr 3 (Oświadczenie zgodne z art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z wejściem w życie Ustawy z dn. 12 października 2012 o zmianie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2012 poz. 1271)
3. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji dostaw pilnych do 3 dni roboczych.
4. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt. 4 ogólnych warunków umowy na następujący: „[...] w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce od wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej netto ich cena umowna brutto ulegnie podwyższeniu do wysokości obowiązującej ceny urzędowej”?
5. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt. 12 ogólnych warunków umowy na następujący: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”.
6. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do pkt. 16 ogólnych warunków umowy następującego zdania: „Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”
7. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu podania adresu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d) Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)



8. **Dotyczy Pakietu Nr 20.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie – cewnika balonowego angioplastycznego wielozadaniowego o średnicach: 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm. Reszta parametrów bez zmian.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 21.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie – cewnika balonowego angioplastycznego do zabiegów skomplikowanych o średnicach: 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm. Reszta parametrów bez zmian.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 24.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie – cewnika balonowego angioplastycznego uwalniającego paklitaksel o średnicach: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm. Reszta parametrów bez zmian.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 28.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie – stentów wieńcowych na cewniku balonowym do zabiegów w naczyniach powyżej 4 mm średnicy, ciśnienie RBP dla średnic 4,5 – 5,0 mm – 14 atm. Reszta parametrów bez zmian.
12. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w pkt 4 polegającej na zmianie zapisu: (...), w przypadku podwyższenia ceny urzędowej VAT cenna brutto ulegnie zmianie, a cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian.
13. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne były płacone przez Wykonawcę i nie potrącane z należności? Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty uzasadnionych kar umownych na podstawie noty księgowej w terminie 7 dni.
14. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** W pkt 10 – czy możliwe jest doprecyzowanie polegające na tym, że dodana zostanie na końcu zdania następująca treść: „- po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji zamówienia zgodnego z umową, nie krótszego, niż 3 dni robocze.”?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu pozycji 3 (Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej)?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 22.** Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe o ciśnieniu RBP dla średnicy 1,25 mm równej lub powyżej 12 bar? Pozostałe parametry techniczne zgodne z SIWZ.
17. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodnika o dostępnej średnicy 0,035”; pozostałe parametry bez zmian?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie introduktora bez opłotu; pozostałe parametry bez zmian?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 17.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika do lewej i prawej tętnicy wieńcowej o rozmiarach: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0, nie posiadającego otworów bocznych; pozostałe parametry bez zmian?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 18.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodnika posiadającego rdzeń wykonany ze stali; pozostałe parametry bez zmian?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 20.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego o dostępnych średnicach balonu: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm; pozostałe parametry bez zmian?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 25.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu o dostępnych średnicach balonu: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm; pozostałe parametry bez zmian?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 30.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu o dostępnych długościach: 12, 16, 20, 25, 31 mm dla średnicy 3,0; z przyrostem średnicy o 0,43 mm przy ciśnieniu RBP dla średnicy 3,0 mm, pozostałe parametry bez zmian?

24. **Dotyczy Pakietu Nr 33.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu pokrytego substancją powłoką opartą na węglu pirolitycznym przyspieszającą endotelizację i eliminującą uwalnianie się jonów metali do krwi; pozostałe parametry bez zmian?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 21.** Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe o długości roboczej 140 cm (dla średnic 1,0 – 4,0 mm) i 150 cm (dla średnic 1,0 – 2,0 mm)?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 22.** Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe o długości roboczej 140 cm (dla średnic 1,0 – 4,0 mm) i 150 cm (dla średnic 1,0 – 2,0 mm)?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 23.** Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe o długości roboczej 140 cm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 14** również zestawu do ręcznego odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych z dwoma blokowymi strzykawkami 30ml, koszykiem na materiał ekstrakcyjny, drenem ciśnieniowym, zastawką zamykającą w zestawie do ręcznego odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych o średnicy kanału cewnika ekstrakcyjnego wynoszącej 0,045” średnicy zewnętrznej 5,1F umożliwiającego przepływ podczas ekstrakcji powyżej 115cc/minutę kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający podtrzymuje treść Załącznika Nr 3 do SIWZ, który jest zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym również uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 12 października 2012 roku D.U. 2012 poz. 1271)

Ad. 3 – 6, 12 – 14 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza nie podanie w Załączniku Nr 6 adresów podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 20** cewnika balonowego angioplastycznego wielozadaniowego o średnicach: 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm, tj. bez wymaganej średnicy 2,75 mm.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21** cewnika balonowego angioplastycznego do zabiegów skomplikowanych o średnicach: 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm, tj. bez wymaganej średnicy 2,75 mm.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 24** również cewnika balonowego angioplastycznego uwalniającego paklitaksel o średnicach: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 28** również stentów wieńcowych na cewniku balonowym do zabiegów w naczyniach powyżej 4 mm średnicy, ciśnienie RBP dla średnic 4,5 – 5,0 mm – 14 atm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 4** pozycji 3.

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22** również cewników balonowych o ciśnieniu RBP dla średnicy 1,25 równym 12 bar, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 17 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** przewodnika o dostępnej średnicy tylko 0,035”

Ad. 18 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** introduktora bez oplotu.

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17** cewnika do lewej i prawej tętnicy wieńcowej o rozmiarach: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0, nie posiadającego otworów bocznych.

Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 18** przewodnika posiadającego rdzeń wykonany ze stali.

Ad. 21 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 20** cewnika balonowego o dostępnych średnicach balonu: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm, tj. bez wymaganej średnicy 2,75 mm.

Ad. 22 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 25** stentu o dostępnych średnicach balonu: 2,25; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm, tj. bez wymaganej średnicy 2,0 mm.

Ad. 23 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 30** stentu o dostępnych długościach: 12, 16, 20, 25, 31 mm dla średnicy 3,0, tj. bez wymaganych 7 długości dla średnicy 3,0 mm, natomiast dopuszcza zaoferowanie stentu z przyrostem średnicy 0 0,43 mm przy RBP dla średnicy 3,0 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 24 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 33** stentu pokrytego substancją powłoką opartą na węglu pirolitycznym przyspieszającą endotelizację i eliminującą uwalniania się jonów metali do krwi.

Ad. 25 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21** cewników balonowych o długości roboczej 140 cm dla średnic 1,0 – 4,0 mm.

Ad. 26 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22** cewników balonowych o długości roboczej 140 cm dla średnic 1,0 – 4,0 mm.

Ad. 27 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23** cewników balonowych o długości roboczej 140 cm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a