



.....

Znak: AE/ZP-27-42/13

Tarnów, 2013-07-11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

Dotyczy Pakietu Nr 30. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie stentu posiadającego długości mieszczące się w przedziale od 12 do 31 mm (dla średnicy 3,0 mm dostępne 5 wymiarów); o przyroście średnicy o 0,43 mm przy ciśnieniu RBP dla średnicy 3,0 mm, o pokryciu zapobiegającemu uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszającemu proces endotelizacji oraz posiadającego zintegrowane markery umieszczone na końcach?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 30** również stentu o pokryciu zapobiegającemu uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszającemu proces endotelizacji oraz posiadającego zintegrowane markery umieszczone na końcach, posiadającego długości mieszczące się w przedziale od 12 do 31 mm (dla średnicy 3,0 mm dostępne 5 wymiarów); o przyroście średnicy o 0,43 mm przy ciśnieniu RBP dla średnicy 3,0 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

