



Znak: AE/ZP-27-44/13

Tarnów, 2013-06-19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy na dostawy artykułów medycznych (kaniule, zestawy systemowe) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne warunki umowy** - Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?
2. **Dotyczy Rozdziału XIV pkt 2 Ogólne warunki umowy** - Prosimy Zamawiającego o zmianę treści pkt 2 na zapis: „Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą loco magazyn apteki szpitalnej Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w okresie 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy, każdorazowo w ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie faxem lub e-mailem. (...)”.
3. **Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne warunki umowy** - Prosimy Zamawiającego o wpisanie dodatkowego pkt. 18 o poniższej treści: „Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za 3 tygodniowym okresem wypowiedzenia, dokonanego na piśmie, w razie zaistnienia istotnych okoliczności, np. podwyższenia przez producenta ceny towaru objętego umową, zaprzestanie produkcji towaru objętego umową przez producenta z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty przez wykonawcę kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 2 % od wartości netto niezrealizowanej części umowy”?
4. **Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne warunki umowy** - Prosimy Zamawiającego o dodanie pkt. 19 o treści: „Dopuszcza się zmianę cen spowodowaną zmianą cen producenta, zmianą kursu walut oraz zmianą wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS oraz urzędową zmianą stawek VAT”.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, by zamknięty system dostępu naczyniowego posiadał zewnętrzną osaczoną, przezierną, podzielną membranę Split septum, zgodną z zaleceniami CDC?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, by zamknięty system dostępu naczyniowego posiadał jednolitą materiałowo i łatwą do dezynfekcji powierzchnię, zgodną z zaleceniami CDC?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, by zamknięty system dostępu naczyniowego posiadał przepływ 525 ml/min zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 10555-5 i PN-EN ISO 10555-3 określony zgodnie z metodologią dotyczącą określania przepływu dla cewników naczyniowych, do których jest podłączony?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii w składzie

- cewnik Pigtail z lejkiem o dł. 55 cm wykonany z poliuretanu, posiadający otwory po wewnętrznej stronie zagiętej końcówki
- igłę do cystostomii o dł. 8-12 cm
- rozrywalny trokar
- taśmę mocującą
- worek na mocz
- skalpel
- zacisk na cewnik
- zatyczka

W rozmiarach 8 lub 10F oraz 12 F.

9. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, by kaniula do wlewów dożylnych była pakowana w Tyvek, opakowanie nierozrywne, bez zawartości celulozy, gwarantujące sterylność produktu.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy w związku z wejściem w życie dyrektywy 2007/47/WE zmieniającej dyrektywę 90/385/EWG, która nakazuje oznaczenie asortymentu tylko w przypadku kiedy dany produkt zawiera substancje szkodliwe to czy dany zaoferowany produkt wyprodukowany po dacie wejścia w życie dyrektywy ma być oznakowany zgodnie z jej wymogami – czyli Zamawiający oczekuje informacji o zawartości lateksu lub PCV jeśli dany produkt go posiada lub braku informacji na opakowaniu jeśli produkt jest bez lateksu i PCV?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 5** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do autotransfuzji pooperacyjnej składającego się z następujących elementów:
 - dwóch drenów spiralnych z trokami, łącznika Y,
 - mieszka z uchwytem na kciuk i zastawką antyzwrotną o poj. 125 ml, powodującym początkowy aktywny drenaż 65 mmHg, pozwalający na automatyczne przejście na drenaż pasywny bez konieczności rozłączania systemu,
 - Worka na krew o pojemności 700 ml z zastawką antyzwrotną i początkowym filtrem krwi 200 µm,
 - worka na drenaż przedłużony 700 ml, z zastawką antyzwrotną i kranikiem spustowym (pakowany oddzielnie)
 - specjalnym aparatem do przetoczeń z filtrem mikrocząsteczkowym 40 µm i klamrą do regulacji systemu (pakowany oddzielnie).
 Ponadto pragniemy wyjaśnić, iż każdy zaoferowany zestaw do autotransfuzji pooperacyjnej zawiera mieszek generujący podciśnienie. Zatem nie ma konieczności stosowania żadnych zewnętrznych pomp podciśnieniowych.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 - 4

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Punktu XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 5

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 dopuszcza ale nie wymaga aby zamknięty system dostępu naczyniowego posiadał zewnętrznie oszczoną, przezierną, podzielną membranę Split septum. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 6

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 dopuszcza ale nie wymaga aby zamknięty system dostępu naczyniowego posiadał jednolitą materiałowo i łatwą do dezynfekcji powierzchnię. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 7

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 wymaga zaoferowania zamkniętego systemu dostępu naczyniowego, bezigłowego, bez metalowych oraz wewnętrznych mechanicznych części, bez lateksu, umożliwiającego połączenie Luer, zapewniającego użycie do 7 dni.

Ad. 8

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 nie dopuszcza zestawu do cystotomii w rozmiarze 8F lub 10F oraz 12F o składzie przedstawionym w pytaniu.

Ad. 9

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 dopuszcza ale nie wymaga aby kaniula do wlewów dożylnych była pakowana w Tyvek, opakowanie nierozrywne, bez zawartości celulozy, gwarantujące sterylność produktu.

Ad. 10

Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis w Załączniku Nr 1 –Formularz Cenowy w Pakiecie Nr 4 poz. 1 w kolumnie „Wyszczególnienie” **o treści** : „Kaniula do wlewów dożylnych bez portu głównego, z dodatkowym zdejmowalnym chwytem ułatwiającym wprowadzenie do naczynia, wykonana z PTFE o maksymalnym przepływie 13ml/min, rozmiar 24G-żółty, 26G-fioletowy (kaniula bez lateksu, co ma być potwierdzone fabrycznie nadrukowaną informacją na opakowaniu jednostkowym kaniuli), posiadająca wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej wypływowi w momencie wkłucia”. **na zapis** „Kaniula do wlewów dożylnych bez portu głównego, z dodatkowym zdejmowalnym chwytem ułatwiającym wprowadzenie do naczynia, wykonana z PTFE o maksymalnym przepływie 13ml/min, rozmiar 24G-żółty, 26G-fioletowy, kaniula bez lateksu i PCV, oznaczona zgodnie z dyrektywą 2007/47/WE., posiadająca wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej wypływowi w momencie wkłucia ”

Ad. 11

Zamawiający nie dopuszcza zestawu do autotransfuzji pooperacyjnej o składzie podanym w pytaniu. Wymagania zgodnie z SIWZ.

W związku z Ad. 10 Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na :

- **składanie ofert do dnia 25. 06. 2013r godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 25. 06. 2013r godz. 11.00**

oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu

W załączeniu Załącznik Nr 1- Formularz Cenowy po dokonanej zmianie w Pakiecie Nr 4

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a