



.....

Znak: AE/ZP-27-47/13

Tarnów, 2013-07-03

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawę oraz montaż systemu rezonansu magnetycznego o wielkości pola min. 1,5 T wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem oraz wszelkimi pracami adaptacyjnymi, jak również demontażem, deinstalacją i utylizacją dotychczasowego aparatu MR Zamawiającego.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Punktu VIII.6.1 – Współczynnik przyspieszenia Załącznika nr 7 do SIWZ**
Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie VIII.6.1 Zamawiającemu chodzi o parametr Turbo Spin Echo „Turbo factor”, który jest równoznaczny z wymaganym parametrem Turbo Spin Echo/Fast Spin Echo?
2. **Dotyczy Punktu X.1 – Archiwizacja obrazów na konsoli Załącznika nr 7 do SIWZ -**
Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość archiwizacji obrazów tylko na płytach DVD?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający informuje, że dopuszcza również w punkcie VIII.6.1 parametr Turbo Spin Echo „Turbo factor”.

Ad.2

Zamawiający informuje, że dopuszcza również archiwizację obrazów tylko na DVD, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych w SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

