



Znak: AE/ZP-27-47/13

Tarnów, 2013-07-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawę oraz montaż systemu rezonansu magnetycznego o wielkości pola min. 1,5 T wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem oraz wszelkimi pracami adaptacyjnymi, jak również demontażem, deinstalacją i utylizacją dotychczasowego aparatu MR Zamawiającego.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt. XV ppkt. 10 Załącznika Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania automatyczny, dwugłowicowy wstrzykiwacz kontrastu Medrad Spectris Solaris EP, charakteryzujący się takimi cechami jak:
 - praca w polu magnetycznym o natężeniu do 3T,
 - zasilanie bateryjne lub bezprzewodowe,
 - dotykowy, kolorowy panel sterujący LCD,
 - funkcja utrzymywania drożności żył poprzez wstrzykiwanie 0,25 ml soli fizjologicznej w przedziałach czasowych: 15, 20, 30, 45, 60 75 sekund,
 - możliwość zapamiętania 32 profili iniekcji – każdy składający się z maksymalnie 6 faz,
 - ciśnienie graniczne 325 PSI (2241kPa),
 - funkcja wstrzymania iniekcji – do 20 minut,
 - funkcja pauzy (wstrzymania iniekcji zgodnie z zaprogramowanym czasem – do 15 minut)
2. **Dotyczy pkt. XV ppkt. 10 Załącznika Nr 7** – Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z systemem Rezonansu Magnetycznego dwugłowicowego wstrzykiwacza kontrastu będącego systemem typu „otwartego” – tj. z możliwością eksploatacji urządzenia, z zastosowaniem sprzętu jednorazowego użytku przynajmniej dwóch różnych producentów – do wyboru przez Zamawiającego?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie automatycznego, dwugłowicowego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Spectris Solaris EP, charakteryzujący się takimi cechami jak:

- praca w polu magnetycznym o natężeniu do 3T,
- zasilanie bateryjne lub bezprzewodowe,
- dotykowy, kolorowy panel sterujący LCD,
- funkcja utrzymywania drożności żył poprzez wstrzykiwanie 0,25 ml soli fizjologicznej w przedziałach czasowych: 15, 20, 30, 45, 60 75 sekund,
- możliwość zapamiętania 32 profili iniekcji – każdy składający się z maksymalnie 6 faz,
- ciśnienie graniczne 325 PSI (2241kPa),
- funkcja wstrzymania iniekcji – do 20 minut,
- funkcja pauzy (wstrzymania iniekcji zgodnie z zaprogramowanym czasem – do 15 minut)



pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi ujętych w niniejszym piśmie

Ad.2

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również dostarczenie wraz z systemem Rezonansu Magnetycznego dwugłowicowego wstrzykiwacza kontrastu będącego systemem typu „otwartego” – tj. z możliwością eksploatacji urządzenia, z zastosowaniem sprzętu jednorazowego użytku przynajmniej dwóch różnych producentów – do wyboru przez Zamawiającego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi ujętych w niniejszym piśmie

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a