



.....

Znak: AE/ZP-27-47/13

Tarnów, 2013-07-19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawę oraz montaż systemu rezonansu magnetycznego o wielkości pola min. 1,5 T wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem oraz wszelkimi pracami adaptacyjnymi, jak również demontażem, deinstalacją i utylizacją dotychczasowego aparatu MR Zamawiającego.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy wypełniając obowiązek oceny prawidłowości zastosowania ceny także w zakresie stawki podatku VAT (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp i uchwałą SN z dnia 20 października 2011r., sygn. akt III CZP 52/11) Zamawiający uzna za prawidłowe zastosowanie do prac adaptacyjnych stawki podatku VAT w wysokości 23% uwzględniając interpretację ogólną wydaną przez Ministra Finansów w dniu 30 marca 2012 r. nr PT1/033/2/46/KSB/12/PT-241/PT-279 i przesłaną do Ministerstwa Zdrowia przy piśmie z dnia 17 kwietnia 2012 r. nr PT1/063/IC/201/2012/KSB/PT-321 oraz biorąc pod uwagę fakt wydania w dniu 28 listopada 2012 r. interpretacji indywidualnej nr PT8/033/204/694/PSG/12/PT-657,865 zmieniającej interpretację indywidualną z dnia 1 grudnia 2010r. nr IPPP1/443-457/09-5/10-S/AP w zakresie stawki VAT na prace adaptacyjne?
2. **Dotyczy Pkt. IV.4.2 Do SIWZ** - Czy Zamawiający dopuszcza załączenie dokumentów w języku angielskim?
3. **Dotyczy Pkt. IV.4.2 Do SIWZ** - Czy Zamawiający dopuszcza załączenie oświadczeń Wykonawcy na potwierdzenie wymaganych parametrów z pkt. I, II, III, IV, V oraz VIII Załącznika nr 7?
4. **Dotyczy Pkt. 10 XVI. SIWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne liczone były od niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, a nie od łącznej wartości umowy brutto?
5. **Dotyczy Pkt. 10 XVI. SIWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar do 20% wartości umowy brutto?
6. **Dotyczy Pkt. 11 XVI. SIWZ** - Prosimy o dopisanie do niniejszego punktu terminu, w którym Zamawiający może odstąpić od umowy, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7. **Dotyczy Pkt. 12 XVI. SIWZ** - Prosimy o wykreślenie pkt. 12.
8. **Dotyczy Pkt. 15 XVI. SIWZ** - Prosimy o doprecyzowanie, jakie towary Zamawiający zamierza kupić na koszt Wykonawcy w przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy?
9. **Dotyczy Pkt. 15 XVI. SIWZ** – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dokona zakupu rezonansu na koszt Wykonawcy.



10. **Dotyczy Pkt. 17 XVI. SIWZ** – Czy mając na uwadze brzmienie pkt. 17.XVI SIWZ Zamawiający wymaga wystawienia 2 faktur odpowiednio na 90% i 10% wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o wyjaśnienie gdyż Zamawiający wymaga faktur wystawionych każdorazowo po protokołach odbioru.
11. **Dotyczy SIWZ pkt XVI ust 3** - Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu w następujący sposób: „- gwarancji i objętego w cenie serwisu Zamawiający określił w pkt. XVII Załącznika Nr 7 do SIWZ”?
12. **Dotyczy SIWZ pkt XVI ust 10a** - Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć kary do 0,1%?
13. **Dotyczy SIWZ pkt XVI ust 14** - Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć kary umowne do 500 zł za każdy roboczy dzień przestoju systemu?
14. **Dotyczy zał. 7 pkt XVI ust. 2 i 3** - Prosimy Zamawiającego o podanie ilości osób uczestniczących w szkoleniu.
15. **Dotyczy zał. 7 pkt XVI ust. 2** – Czy Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia aplikacyjnego?
16. **Dotyczy zał. 7 pkt XVII ust. 1** - Czy Zamawiający zapewni łącze internetowe do zdalnego serwisu?
17. **Dotyczy zał. 7 pkt XVII pkt 1** - Czy Zamawiający posiada router lub inne urządzenie sieciowe pozwalające na ustanowienie połączenia IPSec Site to Site?
18. **Dotyczy zał. 7 pkt XVII ust. 1** - Czy Zamawiający posiada Publiczny adres IP do podłączenia routera, który dostarczyłby Wykonawca?
19. **Dotyczy zał. 7 pkt XVII ust. 3** - Prosimy o usunięcie następującego zapisu: „nie wymaga więcej niż jednego przeglądu serwisowego rocznie”. Zamawiający planuje zakup skomplikowanego systemu medycznego. Tego typu systemy, o wysokim stopniu skomplikowania, z reguły wymagają kilkakrotnych przeglądów w roku. Typowo 3-4/ rok. Większa częstotliwość przeglądów powoduje częstszą obecność inżynierów serwisu przy sprzęcie, a tym samym możliwość wychwycenia drobnych nieprawidłowości i ich korekty zanim przerodzą się one w większe problemy. Jest to więc okoliczność korzystna dla Zamawiającego.
20. **Dotyczy zał. 7 pkt XVII UST 9** - Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu dotyczącego gwarancji na wymieniany moduł z „... oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji równym okresowi gwarancji zaoferowanemu przez Wykonawcę w ofercie.” na następujący zapis: „... i w przypadku wymiany w ostatnim roku gwarancji, na wymieniony moduł Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji liczonej od dnia wymiany modułu”?
21. Czy Zamawiający dysponuje mocą przyłączeniową rzędu 60 kVA niezbędną do zasilania aparatu wraz z urządzeniami peryferyjnymi?
22. Czy Zamawiający dysponuje lokalizacją przeznaczoną na ewentualne ustawienie agregatu wody lodowej? Prosimy o wskazanie tego miejsca.
23. Czy Zamawiający dopuszcza realizację systemu klimatyzacji pomieszczenia badań, pomieszczenia sterowni dla personelu oraz gabinetu opisowego poprzez jeden układ klimatyzacyjny z możliwością niezależnej regulacji parametrów w wymienionych pomieszczeniach?
24. **Dotyczy SIWZ Formularz ofertowy pkt II** – Prosimy o usunięcie słowa gwarantuje, które sugeruje odpowiedzialność na zasadach ryzyka, podczas gdy normą wynikającą z kodeksu cywilnego jest odpowiedzialność oparta na zasadzie winy.

25. **Dotyczy SIWZ pkt I** – Prosimy o usunięcie słowa „bezpłatnego”, gdyż słowo „bezpłatnego” sugeruje darowiznę i może oznaczać dla organów podatkowych obowiązek naliczenia podatku od dochodu.
26. **Dotyczy SIWZ XVI** - Prosimy o usunięcie słowa „bezpłatnego”, gdyż słowo „bezpłatnego” sugeruje darowiznę i może oznaczać dla organów podatkowych obowiązek naliczenia podatku od dochodu.
27. **Dotyczy SIWZ XVI pkt 13** - Prosimy Zamawiającego o zmianę kwoty brutto na netto w tym punkcie.
28. **Dotyczy SIWZ XVI pkt 7** - Prosimy Zamawiającego o zmodyfikowanie zapisu na zapis jak poniżej:
Nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru lub bezpodstawną odmowa podpisu protokołu, w szczególności z powodu nieistotnych usterek uniemożliwiających eksploatację upoważnia Wykonawcę do jednostronnego podpisu takiego protokołu.
29. **Dotyczy SIWZ XVI pkt 10** - Prosimy Zamawiającego o modernizację zapisów w tym punkcie na zapis jak poniżej:
a) 0,5 % wartości przedmiotu umowy netto, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości przedmiotu umowy netto
b) 10 % wartości przedmiotu umowy netto- w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi mającymi w sposób istotny wpływ na eksploatację przedmiotu umowy oraz istotnych uchybień w zakresie jakości.
Naliczanie kar umownych poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 7 dni roboczych.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu należności.
30. **Dotyczy SIWZ XVI pkt 12** - Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie zapisu w tym punkcie poprzez dodanie treści jak poniżej:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 10 dni, jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości przekroczy 15 dni roboczych od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy.
31. **Dotyczy SIWZ XVI pkt 14** - Prosimy Zamawiającego o zmianę tego parametru na treść zaproponowaną poniżej: Za każdy kalendarzowy dzień przestoju systemu rezonansu magnetycznego, powyżej 5 dni roboczych dotyczących danej naprawy w przypadku naprawy wymagającej części zamiennych oraz powyżej 3 dni roboczych, o których mowa w pkt XVII ppkt.7 Załącznika Nr 7 do SIWZ w przypadku naprawy niewymagającej części zamiennych, w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł tytułem rekompensaty za straty poniesione przez Zamawiającego, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości przedmiotu umowy netto. Zapłata ta nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło usunięcie usterki.
32. **Dotyczy SIWZ XVI pkt 15** - Prosimy Zamawiającego o dodanie w tym punkcie następującego zapisu: *W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i wyznaczeniu mu w tym celu*

dotaddkowego terminu nie krótszego niż 10 dni.

33. **Dotyczy SIWZ XVI pkt 16** - Prosimy Zamawiającego o dodanie w tym punkcie następującego zapisu: *Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar nie pokryje szkody, w szczególności strat wynikających z utraty dotacji lub jej części, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 20% wartości przedmiotu umowy netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.*
34. **Dotyczy SIWZ XVI pkt 18** - Prosimy Zamawiającego o dodanie w tym punkcie następującego zapisu w celu doprecyzowania warunków gwarancji. *Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespołe, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:*
- a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:*
 - eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
 - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
 - b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)*
 - c. materiały eksploatacyjne.*
- Zamawiającemu przysługują na przedmiot umowy uprawnienia z tytułu rękojmi, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy.*
35. **Dotyczy SIWZ XVI pkt. 20** - Prosimy Zamawiającego o dodanie w tym punkcie następującego zapisu w celu doprecyzowania: *Zamawiający, z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmian umowy:*
- 1) terminu realizacji zamówienia w przypadku:*
- wystąpienia przerw w realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego, - gdy zmiana tego terminu - odpowiednio udokumentowana - wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
 - gdy wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń wymagać będzie uzyskania przez Zamawiającego lub Wykonawcę prawem wymaganych uzgodnień lub decyzji administracyjnych, w szczególności pozwolenia na budowę, uzgodnień z Sanepid itp. terminy te ulegają wówczas odpowiedniemu wydłużeniu o czas oczekiwania na przedmiotowe, ostateczne uzgodnienia lub decyzje administracyjne.

36. **Dotyczy Załącznik nr 7 XVII pkt.2** - Prosimy Zamawiającego o usunięcie słowa „pełna”, oraz zamiast słowa „któregokolwiek” prosimy o wstawienie słowa „wadliwego”. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o dopisanie w tym punkcie zapisów jak poniżej:
Gwarancją nie są objęte:
- a. *uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:*
 - *eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,*
 - *samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);*
 - b. *uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)*
 - c. *materiały eksploatacyjne.*
- Zamawiającemu przysługują na przedmiot umowy uprawnienia z tytułu rękojmi, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy.*
37. **Dotyczy Załącznika Nr 7 pkt. XVII 3 i 5** – Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wykonawca jest zobowiązany do wykonania instalacji p. poż. ? Jeżeli tak, czy jest możliwość wpięcia się do istniejącego systemu a jeśli tak to w jakim zakresie? W przypadku posiadania systemu p. poż. prosimy o podanie kontaktu do konserwatora systemu p. poż. lub podanie modelu centrali.
38. **Dotyczy Załącznika Nr 7 pkt. XVII 9** – Prosimy Zamawiającego o modyfikację ostatniej części zdania na: „...oraz dostarczony będzie z okresem gwarancji nie dłuższym niż okres gwarancji na całość przedmiotu umowy. Ani wymiana ani naprawa istotna przedmiotu umowy lub jego części nie powodują wznowienia biegu gwarancji”.
39. **Dotyczy Załącznika Nr 7 do SIWZ pkt. XVII 3** – Czy Zamawiający doda do tego pkt zapis o treści: „lub zgodnie z wymaganiami Producenta”?
40. **Dotyczy Załącznika Nr 7 do SIWZ pkt. XVII 8** – Czy Zamawiający doda do tego pkt zapis o treści: „ W przypadku quenchu systemu czas naprawy wynosi 10 dni roboczych”. Jest to spowodowane czasem niezbędnym na zamówienie i dostawę helu i ponowne postawienie pola.
41. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania obecnie zainstalowanego agregatu wody lodowej do tymczasowego chłodzenia nowego systemu rezonansu na wypadek, gdyby dostawa docelowego agregatu chłodzącego opóźniła się? Jeżeli tak, to prosimy o podanie producenta, modelu, mocy chłodniczej oraz przepływności obecnie zainstalowanego agregatu wody lodowej do chłodzenia obecnego rezonansu.
42. Prosimy o wskazanie miejsca instalacji agregatu wody lodowej do chłodzenia instalowanego systemu rezonansu.
43. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym Dostawca instaluje agregat wody lodowej w pomieszczeniu technicznym, z wymiennikiem ciepła w postaci wentylatora na zewnątrz budynku ? Prosimy o wskazanie lokalizacji dla wymiennika ciepła w postaci wentylatora w przypadku akceptacji przedstawionego rozwiązania..
44. Czy Zamawiający dopuszcza instalację klimatyzatorów typu SPLIT dla pomieszczeń sterowni dla personelu oraz gabinetu opisowego?
45. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na instalację zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych na elewacji budynku szpitalnego?
46. Prosimy o wskazanie pomieszczenia lub pomieszczeń dla których zamawiający wymaga wykonania wentylacji? Czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie w tym celu istniejącej

- wentylacji? Prosimy o określenie zakresu prac modernizacji dla istniejącej instalacji wentylacji.
47. Prosimy o podanie lokalizacji i numeru rozdzielni, z której można zasilić rezonans magnetyczny wraz z osprzętem. Prosimy o podanie orientacyjnej odległości od wskazanej rozdzielni do pomieszczenia badań rezonansu lub pomieszczenia technicznego.
 48. Czy wykonawca jest zobowiązany do wykonania instalacji p. poż.? ? Jeżeli tak, czy jest możliwość wpięcia się do istniejącego systemu i w jakim zakresie? W przypadku posiadania systemu p. poż. prosimy o podanie kontaktu do konserwatora systemu p. poż. lub podanie modelu centrali.
 49. Czy zamawiający wymaga aby wyposażać pracownię badań o dodatkowe gniazda gazów medycznych jeżeli tak to w jakim zakresie?
 50. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający określając lokalizację prac adaptacyjnych w pkt XVIII.14 załącznika nr 7.
 51. Czy Zamawiający jako pracownię MR, w której należy wykonać prace adaptacyjne, rozumie pomieszczenie oznaczone nr 9 w załączniku nr 8 str. 5. Jeżeli w skład pracowni MR wchodzi dodatkowe lub inne pomieszczenia prosimy o podanie ich numerów z zachowaniem numeracji z załącznika nr 8 str. 5 podając jednocześnie zakres prac dla każdego z pomieszczeń.
 52. Czy w ramach podłączenia i konfiguracji zaoferowanego sprzętu do sieci komputerowej wewnętrznej (pkt XVIII. 8 załącznika nr 7) Zamawiający wymaga doprowadzenia okablowania sieciowego i wykonania gniazd logicznych? Jeżeli tak, prosimy o podanie: standardu, lokalizacji punktu dystrybucyjnego oraz ilości i lokalizacji gniazd logicznych do wykonania.
 53. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie czasu reakcji za pomocą zdalnej diagnostyki SRS do 4h w godzinach pracy Centrum Opieki Serwisowej zatrudniającej wysokowykwalifikowanych inżynierów serwisowych tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 17:00? Zgłoszenia awarii przyjmowane są całodobowo 7 dni w tygodniu /24h, dla zgłoszeń, które wpłyną po godz. 17:00 (w dni robocze) lub w dni wolne od pracy zostanie rozpoczęta zdalna diagnostyka w kolejnym dniu roboczym.
 54. Czy Zamawiający mając na uwadze, iż zgodnie z art. 90 ust. 1 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010nr 107 poz. 679) wyrób medyczny powinien być „...utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji” oraz fakt, iż zgodnie z instrukcją producent zaleca wykonanie przeglądu tj. konserwacji oprogramowania i sprawdzanie parametrów aparatu co 3 m-ce Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości zaoferowanych przeglądów z 1 na 4 w roku zgodnie z zaleceniem i w zakresie określonym przez producenta?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający informuje, że na Wykonawcy składającym ofertę w postępowaniu ciąży obowiązek zastosowania prawidłowej stawki VAT, co Zamawiający zweryfikuje podczas badania ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, że W Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 1 do SIWZ poprzez zapis: ”W przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje asortyment o zróżnicowanej stawce VAT - należy go wyodrębnić w Formularzu Cenowym” dopuścił możliwość zastosowania różnych stawek VAT.

Ad.2

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza załączenia do oferty materiałów, o których mowa w pkt. IV.4.2. SIWZ, w języku angielskim. Zamawiający wymaga przetłumaczenia na język polski.

Ad.3

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis pkt.IV.4.2 SIWZ i wymaga załączenia do oferty: „Materiałów informacyjnych (w języku polskim) dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia, przy czym w zakresie parametrów określonych przez Zamawiającego w pkt.I, II, III, IV, V oraz VIII Załącznika Nr 7 do SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginalnych, firmowych materiałów informacyjnych producenta zawierających wszystkie wymagane przez Zamawiającego w ww punktach parametry techniczno-eksploatacyjne (w języku polskim), a dla parametrów w nich nie wymienionych - oświadczenie producenta potwierdzające ich spełnianie z podaniem wartości oferowanego parametru. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaznaczył w sposób czytelny w załączonych materiałach producenta wszystkie parametry z pkt. I, II, III, IV, V oraz VIII Załącznika Nr 7 do SIWZ”.

Ad.4, 5, 6, 7, 11, 12, 13

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XVI 3, 10, 11, 12, 14 SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

Ad. 8 i 9

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt.XVI.15 SIWZ może dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym umową w przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy.

Ad.10

Zgodnie z pkt. XVI.17 SIWZ płatność za wykonanie zamówienia nastąpi w dwóch częściach: pierwsza część w wysokości 90% wartości zamówienia po oddaniu do użytku systemu, druga część w wysokości 10% wartości zamówienia po przeprowadzeniu wszystkich wskazanych w pkt. XVI ppkt.2-3 Załącznika Nr 7 do SIWZ szkoleń dla personelu Pracowni MR i pracowników Działu Technicznego. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę. Podstawę do sporządzenia faktur będą każdorazowo stanowiły protokoły odbioru.

Ad.14

Zamawiający informuje, że w szkoleniu, o którym mowa w pkt. XVI.2 Załącznika Nr 7 do SIWZ uczestniczyć będzie 19 pracowników medycznych, natomiast w szkoleniu, o którym mowa w pkt. XVI pkt 3 Załącznika Nr 7 do SIWZ uczestniczyć będzie 3 pracowników technicznych.

Ad.15

Zamawiający informuje, że zapewni badania na czas szkolenia aplikacyjnego, o którym mowa w pkt.XVI.2 Załącznika Nr 7 do SIWZ.

Ad.16

Zamawiający informuje, że nie zapewni łącza internetowego do zdalnego serwisu.

Ad.17

Zamawiający informuje, że nie posiada routera lub innego urządzenia sieciowego pozwalającego na ustanowienie połączenia IPSec Site to Site.

Ad.18

Zamawiający informuje, że nie posiada publicznego adresu IP do podłączenia routera, który dostarczyłby Wykonawca.

Ad.19

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dokonanie zmiany i podtrzymuje wymóg zawarty w pkt. XVII.3 Załącznika Nr 7 do SIWZ.

Ad.20

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dokonanie zmiany i podtrzymuje wymóg zawarty w pkt. XVII.9 Załącznika Nr 7 do SIWZ.

Ad.21

Zamawiający informuje, że dysponuje mocą przyłączeniową rzędu 60 kVA niezbędną do zasilania aparatu wraz z urządzeniami peryferyjnymi.

Ad.22 i Ad. 42

Zamawiający informuje, że dysponuje miejscem przeznaczonym na ewentualne ustawienie agregatu wody lodowej i jest to pomieszczenie techniczne w piwnicy wskazane w Załączniku Nr 8 do SIWZ – strona nr 2, pomieszczenie nr 5.

Ad. 23

Zamawiający informuje, że dopuszcza realizację systemu klimatyzacji pomieszczenia badań, pomieszczenia sterowni dla personelu oraz gabinetu opisowego poprzez jeden układ klimatyzacyjny z możliwością niezależnej regulacji parametrów w wymienionych pomieszczeniach.

Ad.24

Zamawiający nie wprowadza zmian do zapisu w punkcie II Formularza Ofertowego.

Ad.25 i Ad. 26

Zamawiający nie wprowadza zmian do zapisu SIWZ.

Ad. 27

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XVI. 13 SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.28

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XVI.7 SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.29

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XVI.10 SIWZ . Wartość przedmiotu umowy w punkcie 10 a) i 10 b) odnosi się do wartości brutto.

Ad.30

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XVI.12 SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.31

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XVI.14 SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie

zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.32

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XVI.15 SIWZ. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.33

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XVI.16 SIWZ. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.34

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu dotyczącego warunków gwarancji o treści przedstawionej w pytaniu.

Ad.35

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XVI.20 SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.36

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dokonanie zmiany i dodanie treści jak w pytaniu, do pkt. XVII.2 Załącznika Nr 7 do SIWZ.

Ad.37 i Ad. 48

Zamawiający informuje, że Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania instalacji p. poz.

Ad.38

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dokonanie modyfikacji punktu XVII.9 Załącznika Nr 7 do SIWZ.

Ad.39

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dodanie zapisu o treści jak w pytaniu, do pkt. XVII. 3 Załącznika Nr 7 do SIWZ.

Ad.40

Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis pkt XVII.8 Załącznika Nr 7 do SIWZ o treści: „W okresie gwarancji czas dokonania naprawy wymagającej części zamiennych max 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia” na zapis: „W okresie gwarancji czas dokonania naprawy wymagającej części zamiennych max 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia. W przypadku quenchu systemu czas naprawy wynosi do 10 dni roboczych. od chwili zgłoszenia.”

Ad. 41

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykorzystania obecnie zainstalowanego w Szpitalu agregatu wody lodowej.

Ad. 43

Zamawiający wyraża zgodę na instalację agregatu wody lodowej w pomieszczeniu technicznym, z wymiennikiem ciepła w postaci wentylatora. Wymiennik może zostać zainstalowany na ścianie północnej budynku szpitalnego, w którym znajduje się MR od strony podwórka (wewnętrznego dziedzińca Szpitala).

Ad.44

Zamawiający dopuszcza również instalację klimatyzatora typu SPLIT w pomieszczeniu sterowni dla personelu oraz gabinetu opisowego pod warunkiem spełniania, pozostałych wymogów określonych w pkt.XVIII.5 Załącznika Nr 7 do SIWZ.

Ad.45

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na instalację zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych na elewacji budynku szpitalnego, w którym znajduje się MR, od strony północnej.

Ad. 46

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga wykonania wentylacji w pomieszczeniach : badań MR, w sterówce aparatu MR, w pomieszczeniu technicznym, w pokoju opisowym. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej wentylacji. Zamawiający informuje, że w przypadku wykorzystania przez Wykonawcę istniejącej instalacji wentylacji to Wykonawca ustala i ocenia jakie elementy ww instalacji wymagają modernizacji lub podlegają wymianie. Zamawiający wymaga natomiast, aby przekazane instalacje objęte były gwarancją na warunkach określonych w SIWZ

Ad. 47

Zamawiający informuje, że rozdzielnia, z której można zasilać aparat MR to Stacja Trafo. – Kontener S-1230, Sn+400KWA, zlokalizowana na terenie Szpitala, 75m od Pracowni MR. Rozdzielnia zasilająca RM - RG Nr 030034 zlokalizowana jest w pomieszczeniu piwnicznym pod Pracownią RM (sektor IV pozycja 2). W odległości ok. 17 m od rozdzielni zasilającej – również w pomieszczeniu piwnicznym – znajduje się pomieszczenie techniczne RM, stąd zasilanie przechodzi do Pracowni RM- parter (odległość ok. 25m od pomieszczenia technicznego RM)

Ad. 49

Zamawiający nie wymaga wyposażenia pracowni badań o dodatkowe gniazda gazów medycznych.

Ad. 50

Zamawiający odpowie na pytanie, jeżeli zostanie ono dokładnie sprecyzowane.

Ad. 51

W skład Pracowni MR wchodzi wg Załącznika Nr 8 do SIWZ

- strona 1: pomieszczenie opisane „MR” – pokój badań (opisany jako nr 9)
pomieszczenie z wstawioną stacją technika – sterownia (opisana jako nr 8)
 - strona 2: (Rzut piwnic), pomieszczenie nr 5 – pomieszczenie techniczne pod pokojem badań
- oraz pomieszczenie opisowe dla lekarza zlokalizowane piętro wyżej ponad pokojem badań MR.

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac adaptacyjnych rozumianych jako wszystkie prace w pomieszczeniach, w których zostanie zamontowany jakikolwiek element zaoferowanego systemu, umożliwiających zrealizowanie wymagań określonych w SIWZ.

Ad. 52

Zamawiający informuje, że nie wymaga doprowadzenia okablowania sieciowego i wykonania gniazd logicznych.

Ad. 53

Zamawiający wyraża zgodę na zapewnienie czasu reakcji za pomocą zdalnej diagnostyki SRS do 4h w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, od chwili zgłoszenia.

Ad. 54

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ilości zaoferowanych przeglądów z 1 na 4 w roku.

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie Ad. 40 i Ad. 46 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W załączeniu Załącznik Nr 7 po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a