



Znak: AE/ZP-27-48/13

Tarnów, 2013-07-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę zestawu do diagnostyki i leczenia zaburzeń snu – 1 sztuka

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Biorąc pod uwagę treść Państwa wymagania: „Żaden z podzespołów systemu polisomnograficznego (w tym stacja główna, głowica pomiarowa, etc.) i czujników (w tym pasy indukcyjne, czujnik przepływu, pulsoksymetr etc.) nie wymaga dodatkowego, zewnętrznego źródła zasilania bateryjnego lub z sieci elektrycznej (tzn. dodatkowych zasilaczy)” jakie zasilanie powinien mieć polisomnograf?
2. Czy Zamawiający wymaga jedynie instrukcji obsługi aparatu w języku polskim a dopuszcza oprogramowanie w języku angielskim?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający informuje, że wymaga, aby każdy z zaoferowanych elementów zestawu do diagnostyki i leczenia zaburzeń snu był zasilany z sieci elektrycznej poprzez wewnętrzne (zintegrowane z urządzeniami) zasilacze. To znaczy, aby żaden z zaoferowanych elementów zestawu do diagnostyki i leczenia zaburzeń snu nie wymagał zasilaczy jako oddzielnych, samodzielnych urządzeń oraz żeby nie wymagał oddzielnego zasilania bateryjnego.

Ad.2

Zamawiający zgodnie z wymogiem zawartym w pkt.77 Załącznika Nr 6 do SIWZ wymaga, wraz z dostawą urządzeń, dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim do zaoferowanego polisomnografu, urządzenia CPAP i urządzenia CPAP BiLevel oraz dostarczonego oprogramowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza oprogramowanie w języku polskim lub języku angielskim.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

