



Znak: AE/ZP-27-48/13

Tarnów, 2013-07-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę zestawu do diagnostyki i leczenia zaburzeń snu – 1 sztuka

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu zestaw do diagnostyki i leczenia zaburzeń snu wyłącznie określony sprzęt jednego producenta : Philips-Respironics?
2. Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.52 – Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie pozwalające na kontrolę impedancji w czasie trwania badania na każde żądanie użytkownika, wizualne wskaźniki informujące o impedancji kanałów elektrofizjologicznych dostępne z pozycji komputera zbierającego dane i ciągły zapis impedancji dostępny po zgraniu badania?
3. Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.14 – Czy Zamawiający dopuszcza graficzne – za pomocą złącz o różnych kolorach, oznaczenie elektrod i miejsca mocowania elektrod?
4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu zestaw do diagnostyki i leczenia zaburzeń snu, który nie posiada polskiej wersji językowej oprogramowania i raportów (wyników badań pacjenta), a jedynie wersje obcojęzyczne?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający informuje, że dopuści do przetargu każdy zestaw do diagnostyki i leczenia zaburzeń snu, który spełnia parametry określone w Załączniku Nr 6 do SIWZ, z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania Wykonawców. Według informacji posiadanych przez Zamawiającego parametry przedmiotu zamówienia spełniają wyroby co najmniej dwóch producentów.

Ad.2

Zamawiający dopuści również urządzenie pozwalające na kontrolę impedancji w czasie trwania badania na każde żądanie użytkownika, wizualne wskaźniki informujące o impedancji kanałów elektrofizjologicznych dostępne z pozycji komputera zbierającego dane i ciągły zapis impedancji dostępny po zgraniu badania.

Ad.3

Zamawiający dopuści również graficzne – za pomocą złącz o różnych kolorach, oznaczenie elektrod i miejsca mocowania elektrod.

Ad.4

Zamawiający dopuści również zestaw do diagnostyki i leczenia zaburzeń snu, który posiada oprogramowanie oraz raporty (wyniki badań pacjenta) w języku polskim lub języku angielskim.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

