



Znak: AE/ZP-27-48/13

Tarnów, 2013-07-12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę zestawu do diagnostyki i leczenia zaburzeń snu – 1 sztuka dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy załącznika Nr 6** - Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt był fabrycznie nowy oraz wyprodukowany w 2013r ?
2. **Dotyczy załącznika Nr 6** - Czy Zamawiający wymaga, aby sprawdzanie impedancji kanałów w trakcie badania nie przerywało zapisu monitorowanych kanałów fizjologicznych?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 2** - Czy do oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, zamawiający wymaga aby dla oferowanego sprzętu dostarczyć potwierdzenia jego dostaw na terenie Polski?
4. **Dotyczy załącznika Nr 6 pkt 52** - Czy zamawiający dopuszcza urządzenie pozwalające na kontrolę i pomiar impedancji w czasie trwania badania na każde żądanie użytkownika, co powoduje zatrzymanie rejestracji na kilka sekund i nie ma wpływu na jakość sygnałów i na analizę zaburzeń oddychania podczas snu?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis w **Załączniku Nr 6 poz. 1** – Wymagane i oferowane parametry techniczne zestawu do diagnostyki i leczenia zaburzeń snu w kolumnie: „**Wymagane parametry przedmiotu zamówienia**” o treści: „System polisomnograficzny, do pełnej polisomnografii wraz z oprogramowaniem umożliwiającym automatyczną analizę danych. Urządzenie stacjonarne” na zapis „System polisomnograficzny, do pełnej polisomnografii wraz z oprogramowaniem umożliwiającym automatyczną analizę danych. Urządzenie stacjonarne - fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 2012r.”

Ad. 2

Zamawiający wymaga aby sprawdzanie impedancji kanałów w trakcie badania nie przerywało zapisu monitorowanych kanałów fizjologicznych.

Ad. 3

Zamawiający podtrzymuje opis oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określony w SIWZ.

Ad. 4

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia pozwalającego na kontrolę i pomiar impedancji w czasie trwania badania na każde żądanie użytkownika, które powodują zatrzymanie rejestracji na kilka sekund, i nie powodują wpływu na jakość sygnałów i na analizę zaburzeń oddychania podczas snu.

W związku z udzieloną odpowiedzią w punkcie Ad. 1 Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na :

- składanie ofert do dnia 18. 07. 2013r godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 18. 07. 2013r godz. 10:30



oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert następuje zmiana treści SIWZ w punkcie III.1.1, IX.1, X.1.

W załączeniu Załącznik Nr 6 po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a