



Znak: AE/ZP-27-49/13

Tarnów, 2013-07-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę kompresora sprężonego powietrza – 1 sztuka.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Proszę o wyjaśnienie po czyjej stronie będzie transport wewnątrz szpitala (Zamawiającego czy Wykonawcy) oraz na jakim poziomie znajduje się pomieszczenie sprężarkowni, czy na trasie będą schody?
2. Proszę także o informację czy sprężarka może posiadać zbiornik o pojemności 500 l?
3. Czy bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji obejmują tylko dojazd i robociznę, czy także zużyte materiały eksploatacyjne i części?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający informuje, że dostarczenie urządzenia do miejsca użytkowania oraz jego zainstalowanie (tj. podłączenie do istniejącej instalacji sprężonego powietrza oraz uruchomienie) leży po stronie Wykonawcy. Ponadto Zamawiający informuje, iż pomieszczenie sprężarkowni znajduje się w piwnicy (pod poziomem gruntu), a na trasie transportu znajdują się dwa biegi schodów.

Ad.2

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zaoferowania kompresora sprężonego powietrza posiadającego zbiornik o pojemności 500l.

Ad.3

Zamawiający informuje, że pod pojęciem „bezpłatny serwis” ujętym w pkt.18 Załącznika Nr 6 do SIWZ rozumie wykonanie - w okresie gwarancji, wliczonych w cenę oferty, obowiązkowych przeglądów, natomiast koszty materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych) tj. olejów i filtrów ponosi Zamawiający.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

