



.....

Znak: AE/ZP-27-52/13

Tarnów, 2013-07-18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę endoprotez cementowych stawu kolanowego, w tym rewizyjnych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy przedmiotu zamówienia.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie endoprotezy pierwotnej stawu kolanowego o poniższej charakterystyce technicznej? Element udowy (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr, cementowy, w wersji z CR lub PS, bez możliwości zamontowania trzpienia przedłużającego.
Taca piszczelowa typu fixed, dająca możliwość zastosowania trzpieni przedłużających prostych lub offsetowych, pochylona 3 stopnie ku tyłowi. Możliwość zastosowania podkładek i klinów uzupełniających w różnych wysokościach.
Wkładka typu fixed, mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie, wykonana z PE o wysokiej odporności na ścieranie w różnych wysokościach od 9 mm do 23 mm.
- Dotyczy przedmiotu zamówienia.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego o poniższej charakterystyce technicznej? Element udowy anatomiczny (prawy, lewy), wykonany z CoCr, cementowany, w wersji z wycięciem więzadeł krzyżowych, współpracujący z wkładkami zarówno pierwotnymi jak i rewizyjnymi. System dający możliwość założenia bezcementowych kołnierzy wykonanych z biokompatybilnego tantalum. Możliwość dołączenia podkładek lub klinów uzupełniających. Możliwość dołączenia trzpienia prostego lub offsetowego.
Taca piszczelowa typu fixed, dająca możliwość zastosowania przedłużających prostych lub offsetowych, pochylona 3 stopnie ku tyłowi. Możliwość zastosowania podkładek i klinów uzupełniających w różnych wysokościach.
Wkładka typu fixed, wykonana z PE o wysokiej odporności na ścieranie, mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie oraz dodatkowo śrubą. Dostępna w 6 wysokościach od 10 do 23 mm.
- Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia ust. 5 warunków umowy na następujące: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”.
- Dotyczy przedmiotu zamówienia.** Czy Zamawiający dopuści systemy: Proteza kolanowa modułarna wykonana całkowicie ze stopu CoCr (udo i piszczel).
Komponenty udowe anatomiczne (lewy, prawy) w minimum 9 rozmiarach. Komponent piszczelowy jednoczęściowy o górnej powierzchni wysoce polerowanej w min. 8 rozmiarach. Wkładka piszczelowa typu CR i PS wykonana z wysoce usieciowanego polietylenu. Mocowana zatrzaskowo metalowym bolcem do tacy piszczelowej. Dostępne implanty w wersji CR, PS. Kompatybilny z systemem rewizyjnym:
Proteza kolanowa modułarna wykonana całkowicie ze stopu CoCr (udo i piszczel).
Komponenty udowe anatomiczne (lewy, prawy) w 10 rozmiarach. Podkładki udowe: 10



rozmiarów anatomicznych (RL/LM, LL/RM distal femoral augment) w 3 grubościach 5, 10, 15 mm, oraz 10 rozmiarów uniwersalnych (posteriori femoral augment) w 3 grubościach 5, 10, 15 mm. Możliwość zastosowania offsetu udowego 2,5; 5; 7,5 mm, oraz trzpieni 40, 80, 120 mm w przekroju od 10 do 24 mm skok co 2 mm. Piszczel w 9 rozmiarach fixed-bearing lub 7 mobile-bearing. Podkładki w 9 rozmiarach i 3 grubościach 5, 10, 15 mm. Wkładki CR i PS obsługujące 10 rozmiarów tac piszczelowych występują 8 grubościach od 10 do 24 mm. Możliwość zastosowania offsetu udowego 2,5; 5; 7,5mm oraz trzpieni 40, 80, 120 mm w przekroju od 10 do 24 mm skok co 2 mm. Możliwość zastosowania augmentacji kołnierzami wykonanymi z gąbki tytanowej.

5. **Dotyczy przedmiotu zamówienia.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie implantów, instrumentów oraz piły i wiertarki na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?
6. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian w zapisach projektu (wzoru) umowy stanowiącej Załącznik do s.i.w.z., poprzez dodanie zapisów o treści:

Szkolenia:

- W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.
- Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.
- Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.
- Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.
- Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.
- Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę
- Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę.
- Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:
 - a) nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,
 - b) datę i miejsce ich przeprowadzenia,
 - c) imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,
 - d) Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,
 - e) czas trwania poszczególnych szkoleń.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanych w pytaniu endoprotez pierwotnych stawu kolanowego.

Ad 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanych w pytaniu endoprotez rewizyjnych stawu kolanowego.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanych w pytaniu endoprotez stawu kolanowego.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie implantów, instrumentów oraz piły i wiertarki na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Podtrzymuje się zapis SIWZ, że mają pozostawać w ciągłej dyspozycji Zamawiającego przez okres obowiązywania umowy

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy. W Załącznikach 6.1– 6.2 wyraźnie określono „Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia”, co nie stoi na przeszkodzie aby na koniec szkolenia (jeżeli będzie przeprowadzone) podpisać stosowny np. protokół - jeżeli Wykonawca zażyczy sobie takiego.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a