



Znak: AE/ZP-27-53/13

.....
.....
Tarnów, 2013-07-26

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę kardiomonitorów przenośnych - 5 sztuk dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakiet Nr 1 Załącznik Nr 6.1 pkt 7** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor nie posiadający portu USB, z pamięcią wewnętrzną do 30 minut zapisu krzywej EKG, 1800 grup zdarzeń alarmowych, 128 zdarzeń arytmii (8 sek. krzywa EKG)?
2. **Dotyczy Pakiet Nr 1 Załącznik Nr 6.1 pkt 3** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor bez możliwości regulacji poziomu jasności?
3. **Dotyczy Pakiet Nr 1 Załącznik Nr 6.1 pkt 4** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor o masie 5, 5 kg?
4. **Dotyczy Pakiet Nr 1 Załącznik Nr 6.1 pkt 32** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, którego zakres pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia wynosi 10-254 mmHg?
5. **Dotyczy Pakiet Nr 2 Załącznik Nr 6.2 pkt 4** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor o masie 7 kg?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający informuje, że nie dopuści do przetargu kardiomonitora nie posiadającego portu USB, natomiast nie stawia wymagań co do pozostałych parametrów wymienionych w pytaniu.

Ad.2

Zamawiający informuje, że dopuści również do przetargu monitor bez możliwości regulacji poziomu jasności.

Ad.3

Zamawiający informuje, że dopuści również do przetargu monitor o masie 5, 5 kg.

Ad.4

Zamawiający informuje, że dopuści również do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, którego zakres pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia wynosi 10-254 mmHg.

Ad.5

Zamawiający informuje, że dopuści również do przetargu monitor o masie 7 kg.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a