



.....

Znak: AE/ZP-27-54/13

Tarnów, 2013-07-26

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy rękawic medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych oraz rękawic dopuszczonych do kontaktu z żywnością dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

Dotyczy pozycji nr 1-3, 9. Proszę o wyjaśnienie do jakich procedur będą używane rękawice z pozycji 1 – 3, 9. Przykładowo rękawice winylowe ze względu na materiał nie gwarantują żadnej barierowości. W związku z powyższym proszę o odstąpienie od wymogu spełniania przez rękawice opisane w wyżej wymienionych pozycjach normy EN 374.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że stosowane przez niego procedury są jego wewnętrzną sprawą, natomiast wymagane parametry przedmiotu zamówienia zostały opisane w SIWZ i Załączniku Nr 5 do niej. Ponadto w żadnym punkcie Załącznika Nr 6 Zamawiający nie zawarł wymogu zaoferowania w pozycji 1 – 3 i 9 rękawic winylowych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycjach **nr: 1 – 3, 9** rękawic nie spełniających normy EN 374.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

