

Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w pozycjach 1 - 9 Formularza Cenowego

L.p.	Wymagane parametry dla:	Wpisać oferowane parametry
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w pozycji 1		
1.	Rękawice diagnostyczne lateksowe lub nitrylowe, niesterylne	
2.	Rękawice o współczynniku AQL mieszczącym się w przedziale od 1,0 do 1,5; poziom skuteczności 2 lub 3	
3.	Mankiet rękawic zrolowany lub prosty pod warunkiem posiadania zakończenia gwarantującego przyleganie rękawicy do odzieży ochronnej i nie zsuwanie się po rękawie, łatwo nakładające się,	
4.	Wymagane rozmiary: XS, S, M, L, XL	
5.	Zgodne z wymaganiami norm: EN 455 - część 1, 2, 3 oraz EN 374	
6.	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy	
7.	Na opakowaniu czytelne napisy w języku polskim, zgodne z dokumentami rejestracyjnymi, nazwa i rodzaj rękawic, nazwa producenta, numer serii, rozmiar, data ważności, oznaczenie CE	
8.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
9.	Do oferty załączone materiały informacyjne zawierające opis produktu w języku polskim, pozwalające Zamawiającemu na stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia norm EN 455 i EN 374	
10.	Do oferty załączone 1 opakowanie (w dowolnym rozmiarze) rękawic. Załączone do oferty próbki winny być oryginalnie zapakowane i oznaczone identycznie z oznaczeniami przedmiotu zamówienia, który będzie dostarczany Zamawiającemu w przypadku wyboru oferty.	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w pozycji 2		
1.	Rękawice diagnostyczne niesterylne, bezlateksowe (dla osób uczulonych na lateks)	
2.	Rękawice o współczynniku AQL mieszczącym się w przedziale od 1,0 do 1,5; poziom skuteczności 2 lub 3	
3.	Mankiet rękawic zrolowany lub prosty	
4.	Wymagane rozmiary: XS, S, M, L, XL	
5.	Zgodne z wymaganiami norm: EN 455 - część 1, 2, 3 oraz EN 374	
6.	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy	
7.	Na opakowaniu czytelne napisy w języku polskim, zgodne z dokumentami rejestracyjnymi, nazwa i rodzaj rękawic, nazwa producenta, numer serii, rozmiar, data ważności, oznaczenie CE	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry dla:	Wpisać oferowane parametry
8.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
9.	Do oferty załączone materiały informacyjne zawierające opis produktu w języku polskim, pozwalające Zamawiającemu na stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia norm EN 455 i EN 374	
10.	Do oferty załączone 1 opakowanie (w dowolnym rozmiarze) rękawic. Załączone do oferty próbki winny być oryginalnie zapakowane i oznaczone identycznie z oznaczeniami przedmiotu zamówienia, który będzie dostarczany Zamawiającemu w przypadku wyboru oferty.	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w pozycji 3		
1.	Rękawice diagnostyczne niesterylne, bezlateksowe i bezpudrowe (dla osób uczulonych na lateks i puder)	
2.	Rękawice o współczynniku AQL mieszczącym się w przedziale od 1,0 do 1,5; poziom skuteczności 2 lub 3	
3.	Mankiet rękawic zrolowany lub prosty	
4.	Wymagane rozmiary: XS, S, M, L, XL	
5.	Zgodne z wymaganiami norm: EN 455 - część 1, 2, 3 oraz EN 374	
6.	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy	
7.	Na opakowaniu czytelne napisy w języku polskim, zgodne z dokumentami rejestracyjnymi, nazwa i rodzaj rękawic, nazwa producenta, numer serii, rozmiar, data ważności, oznaczenie CE	
8.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
9.	Do oferty załączone materiały informacyjne zawierające opis produktu w języku polskim, pozwalające Zamawiającemu na stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia norm EN 455 i EN 374	
10.	Do oferty załączone 1 opakowanie (w dowolnym rozmiarze) rękawic. Załączone do oferty próbki winny być oryginalnie zapakowane i oznaczone identycznie z oznaczeniami przedmiotu zamówienia, który będzie dostarczany Zamawiającemu w przypadku wyboru oferty.	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w pozycji 4		
1.	Rękawice chirurgiczne sterylne, pudrowane, ukształtowane anatomicznie, o powierzchni zewnętrznej antypoślizgowej	
2.	Rękawice o współczynniku AQL mieszczącym się w przedziale od 1,0 do 1,5; poziom skuteczności 2 lub 3	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry dla:	Wpisać oferowane parametry
3.	Mankiet rękawic zrolowany lub prosty pod warunkiem posiadania zakończenia gwarantującego przyleganie rękawicy do odzieży ochronnej i nie zsuwanie się po rękawie, łatwo nakładające się,	
4.	Wymagane rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5	
5.	Zgodne z wymaganiami norm: EN 455 - część 1, 2, 3 oraz ASTM F-1671	
6.	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy	
7.	W podwójnym opakowaniu, zewnętrznym zapewniającym sterylność i wewnętrznym rozdzielającym rękawice. Dopuszczalne opakowania typu: papier - folia, folia - folia, papier - papier, folia - papier	
8.	Na opakowaniu czytelne napisy w języku polskim, zgodne z dokumentami rejestracyjnymi, nazwa i rodzaj rękawic, nazwa producenta, numer serii, rozmiar, data ważności, oznaczenie CE	
9.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
10.	Do oferty załączone materiały informacyjne zawierające opis produktu w języku polskim, pozwalające Zamawiającemu na stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia norm EN 455 i ASTM F-1671	
11.	Do oferty załączone 1 opakowanie (w dowolnym rozmiarze) rękawic. Załączone do oferty próbki winny być oryginalnie zapakowane i oznaczone identycznie z oznaczeniami przedmiotu zamówienia, który będzie dostarczany Zamawiającemu w przypadku wyboru oferty.	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w pozycji 5		
1.	Rękawice chirurgiczne sterylne, bezpudrowe, ukształtowane anatomicznie, o powierzchni zewnętrznej antypoślizgowej	
2.	Rękawice o współczynniku AQL mieszczącym się w przedziale od 1,0 do 1,5; poziom skuteczności 2 lub 3	
3.	Mankiet rękawic zrolowany lub prosty pod warunkiem posiadania zakończenia gwarantującego przyleganie rękawicy do odzieży ochronnej i nie zsuwanie się po rękawie, łatwo nakładające się,	
4.	Wymagane rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5	
5.	Zgodne z wymaganiami norm: EN 455 - część 1, 2, 3 oraz ASTM F-1671	
6.	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy	
7.	W podwójnym opakowaniu, zewnętrznym zapewniającym sterylność i wewnętrznym rozdzielającym rękawice. Dopuszczalne opakowania typu: papier - folia, folia - folia, papier - papier, folia - papier	
8.	Na opakowaniu czytelne napisy w języku polskim, zgodne z dokumentami rejestracyjnymi, nazwa i rodzaj rękawic, nazwa producenta, numer serii, rozmiar, data ważności, oznaczenie CE	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry dla:	Wpisać oferowane parametry
9.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
10.	Do oferty załączone materiały informacyjne zawierające opis produktu w języku polskim, pozwalające Zamawiającemu na stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia norm EN 455 i ASTM F-1671	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w pozycji 6		
1.	Rękawice chirurgiczne sterylne, bezpudrowe, bezlateksowe lub z wewnętrzną warstwą bezlateksową, ukształtowane anatomicznie, o powierzchni zewnętrznej antypoślizgowej	
2.	Rękawice o współczynniku AQL mieszczącym się w przedziale od 1,0 do 1,5; poziom skuteczności 2 lub 3	
3.	Mankiet rękawic zrolowany lub prosty pod warunkiem posiadania zakończenia gwarantującego przyleganie rękawicy do odzieży ochronnej i nie zsuwanie się po rękawie, łatwo nakładające się,	
4.	Wymagane rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5	
5.	Zgodne z wymaganiami norm: EN 455 - część 1, 2, 3 oraz ASTM F-1671	
6.	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy	
7.	W podwójnym opakowaniu, zewnętrznym zapewniającym sterylność i wewnętrznym rozdzielającym rękawice. Dopuszczalne opakowania typu: papier - folia, folia - folia, papier - papier, folia - papier	
8.	Na opakowaniu czytelne napisy w języku polskim, zgodne z dokumentami rejestracyjnymi, nazwa i rodzaj rękawic, nazwa producenta, numer serii, rozmiar, data ważności, oznaczenie CE	
9.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
10.	Do oferty załączone materiały informacyjne zawierające opis produktu w języku polskim, pozwalające Zamawiającemu na stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia norm EN 455 i ASTM F-1671	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w pozycji 7		
1.	Rękawice chirurgiczne sterylne, bezpudrowe, długie - do łokcia (minimalna długość 45 cm), ukształtowane anatomicznie	
2.	Rękawice o współczynniku AQL mieszczącym się w przedziale od 1,0 do 1,5	
3.	Wymagane rozmiary co najmniej: 7,0 - 7,5; 8,0; 8,5 - 9,0 lub S, M, L, XL	
4.	Zgodne z wymaganiami norm: EN 455 - część 1, 2, 3	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry dla:	Wpisać oferowane parametry
5.	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy	
6.	W podwójnym opakowaniu, zewnętrznym zapewniającym sterylność i wewnętrznym rozdzielającym rękawice. Dopuszczalne opakowania typu: papier - folia, folia - folia, papier - papier, folia - papier	
7.	Na opakowaniu czytelne napisy w języku polskim, zgodne z dokumentami rejestracyjnymi, nazwa i rodzaj rękawic, nazwa producenta, numer serii, rozmiar, data ważności, oznaczenie CE	
8.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
9.	Do oferty załączone materiały informacyjne zawierające opis produktu w języku polskim, pozwalające Zamawiającemu na stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia normy EN 455	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w pozycji 8		
1.	Rękawice sekcyjne niesterylne lub sterylne, długie - do łokcia (minimalna długość 45 cm), ukształtowane anatomicznie	
2.	Rękawice o współczynniku AQL mieszczącym się w przedziale od 1,0 do 1,5	
3.	Wymagane rozmiary co najmniej: 7,0 - 7,5; 8,0; 8,5 - 9,0 lub S, M, L, XL	
4.	Zgodne z wymaganiami norm: EN 455 - część 1, 2, 3	
5.	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy	
6.	Na opakowaniu czytelne napisy w języku polskim, zgodne z dokumentami rejestracyjnymi, nazwa i rodzaj rękawic, nazwa producenta, numer serii, rozmiar, data ważności, oznaczenie CE	
7.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
8.	Do oferty załączone materiały informacyjne zawierające opis produktu w języku polskim, pozwalające Zamawiającemu na stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia normy EN 455	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w pozycji 9		
1.	Rękawice niesterylne dopuszczone do kontaktu z żywnością (odpowiedni piktogram na opakowaniu)	
2.	Wymagane rozmiary co najmniej: S, M, L	
3.	Zgodne z wymaganiami norm: EN 455 - część 1, 2, 3 oraz EN 374	
4.	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry dla:	Wpisać oferowane parametry
5.	Na opakowaniu czytelne napisy w języku polskim, zgodne z dokumentami rejestracyjnymi, nazwa i rodzaj rękawic, nazwa producenta, numer serii, rozmiar, data ważności, oznaczenie CE	
6.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP , które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
8.	Do oferty załączone materiały informacyjne zawierające opis produktu w języku polskim, pozwalające Zamawiającemu na stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia norm EN 455 i EN 374	

Uwaga! Nie spełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty