



.....

**Znak: AE/ZP-27-56/13**

Tarnów, 2013-08-28

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych, taśm do leczenia nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach?: System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet, techniką pojedynczego nacięcia. Parametry: system jednorazowy; monofilamentowa; 100% polipropylenowa, składająca się z części podcewkowej oraz 2 ramion mocujących z systemem kotwiczącym składających się z licznych punktów mocowania na każdym ramieniu mocującym; termoszczelne brzegi taśmy; jednorazowy, wysuwany, ergonomiczny prowadnik o średnicy 2,2 przeznaczony do precyzyjnego umieszczania taśmy; niebieski szew rozluźniający przeznaczony do korekty napięcia taśmy; dostrzegalny znak w części centralnej umożliwia centryczną lokalizację dla umieszczenia taśmy?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 2 .** Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach?: System leczenia wypadania macicy. Jest wskazany w zabiegach naprawy wypadnięcia przedniego i szczytowego poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Zabieg przeprowadzany jest za pomocą jednego nacięcia pochwy. Jest to system jednorazowy, przeciwbrotowy pozwalający na precyzyjne połączenie pomiędzy implantem a więzadłem krzyżowo-kolcowym posiadający 6 punktów mocowania o kącie 360 stopni. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłaniałna posiada 6 mm otwory w części centralnej. Łatwy do zidentyfikowania znak w części centralnej daje możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod środkową częścią cewki moczowej. Specjalnie zaprojektowany instrument pozwala na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych i wewnętrznych mięśni zasłonowych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym
3. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 3 .** Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach?: System leczenia wypadania macicy. Jest wskazany w zabiegach naprawy wypadnięcia tylnego i szczytowego macicy poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Zabieg przeprowadzany jest za pomocą jednego nacięcia pochwy. Jest to system jednorazowy, przeciwbrotowy pozwalający na precyzyjne połączenie pomiędzy implantem a strukturą więzadła krzyżowo-kolcowego dzięki kotwom TAS. Polipropylenowa, monofilamentowa i niewchłaniana siatka posiada otwory 6 mm w części centralnej. Specjalnie zaprojektowany instrument pozwalające na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 1 .** Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach?: System do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy( POP Repair System ) , jednocześnie do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) współistniejącego z cystocelą. Jest to system jednorazowy składający się z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłanianej siatki o fabrycznie przygotowanym wykroju. Brzegi taśm i siatki są zgrzewane laserowo. Siatka ma cztery punkty mocowania: dwa przedłonowe ramiona stabilizujące oraz dwa ramiona przezzasłonowe. W części centralnej siatki znajdują się 6 mm otwory w ilości 16-u. System 3 jednorazowych igieł, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł. Igła przedłonowa o średnicy 3,5



- mm oraz 2 półkoliste igły o średnicy 3,25 mm oraz 4 mm. Implantacja następuje z dostępu załonowego oraz przez otwory zasłonięte.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1** . Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania termometrów spełniających wymagania SIWZ posiadających wyświetlacz cyfrowy podający wynik do jednego miejsca po przecinku?
  6. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.4 SIWZ.** Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczącą zmiany stawki podatku VAT poprzez dodanie następującego zapisu: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulega wartość brutto oraz stawka podatku VAT, wartość netto pozostaje bez zmian”
  7. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby maski krtaniowe posiadały zabezpieczenie przed wklinowaniem nagłośni?
  8. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści katetery typu Redon zwijane, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
  9. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści Sangstekeny w rozmiarach 16, 18, 20?
  10. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Nelaton w rozmiarach 6-8 CH?
  11. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści jednorazowe golarki z ostrzem (37 mm) i grzebieniem (36 mm), spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
  12. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu dotyczącego ewentualnej zmiany cen spowodowanej zmianą stawki podatku VAT. Proponujemy wprowadzenie do umowy następującego zapisu: W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.”
  13. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 3.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji nr 3 tj. Okulary do fototerapii dla noworodków, obwód głowy 30-38 cm oraz 24-33 cm. Wykonane z miękkiego, lekkiego i porowatego materiału, elastycznego na całej długości oraz przewiewnego. Wzór w kształcie litery „Y”, zapewniający stabilność na głowie i twarzy noworodka, z regulowanymi zakładkami.
  14. **Dotyczy Pakietu Nr 21.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu.
  15. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie maseczek donosowych w rozmiarach S, M, L, XL.
  16. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 4.** Czy Zamawiający wymaga układu o niżej podanych parametrach? Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR850. Układ oddechowy (średnica 10 mm na całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy, rura karbowana.). Odcinek wdechowy podgrzewany, kolor niebieski o długości 140-150 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850/kwadratu (do MR730); z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru proxymalnego ciśnienia z generatorem. W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm. Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową. Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów. Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasiemki. Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach.
  17. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie protez naczyniowych z PTFE, pierwotnie szczelnych, antytrombogennych, bez reakcji immunologicznej i tkankowej, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, z linią boczną orientacyjną, z możliwością jednokrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, o rozmiarze 6, 7, 8, 10 mm dł. 70 cm, .

18. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 2.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie protez naczyniowych z PTFE, zbrojonych, pierwotnie szczelnych, antytrombogennych, bez reakcji immunologicznej i tkankowej, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, z linią boczną orientacyjną, z możliwością jednokrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, o rozmiarze 6, 7, 8 mm, dł. 80 cm.
19. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 4.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie protez naczyniowych z PTFE, o jednowarstwowej unikatowej budowie ściany, grubość 0,69 mm, wykonanych w technologii stretch, pierwotnie szczelnych, antytrombogennych, bez reakcji immunologicznej i tkankowej, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, z linią boczną orientacyjną, z możliwością jednokrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, o rozmiarze 5 mm, dł. 40 cm.
20. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 5.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie protez naczyniowych z PTFE, o jednowarstwowej unikatowej budowie ściany, grubość 0,69 mm, wykonanych w technologii stretch, pierwotnie szczelnych, antytrombogennych, bez reakcji immunologicznej i tkankowej, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, z linią boczną orientacyjną, z możliwością jednokrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, o rozmiarze 6 mm, dł. 80cm.
21. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 6. .** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie protez naczyniowych z PTFE, o jednowarstwowej unikatowej budowie ściany, grubość 0,69 mm, wykonanych w technologii stretch, zbrojonych zewnętrznie spiralnie z możliwością usunięcia zbrojenia bez naruszenia ściany protezy oraz regulacji zbrojenia na całej długości protezy, pierwotnie szczelnych, antytrombogennych, bez reakcji immunologicznej i tkankowej, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, z linią boczną orientacyjną, z możliwością jednokrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, o rozmiarze 6, 7, 8 mm, dł. 80 cm.
22. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 2.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie protez naczyniowych dzianych, rozwidlonych, jednostronnie zewnętrznie welurowanych, z dodatkowym odwróconym splotem, o grubości 0,49 mm, bez konieczności wstępnego przygotowywania, o rozmiarze 18/9, 20/10, 22/11, 24/12 mm, dł. 50 cm.
23. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 1.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 19, pozycji nr 1, oraz zaoferowanie protez naczyniowych z PTFE, zbrojonych- zbrojenie wewnątrz ściany naczynia, pierwotnie szczelnych, antytrombogennych, bez reakcji immunologicznej i tkankowej, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, z linią boczną orientacyjną, z możliwością jednokrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, o rozmiarze 6 mm, dł. 50 cm, zbrojenie wewnętrzne 30 cm.
24. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie filtra antybakteryjnego elektrostatycznego dla dorosłych o wadze 23 g.
25. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarach od S do XL?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 4.** Czy Zamawiający ma na myśli układy oddechowe z generatorem, atestowane przez producenta urządzenia CPAP Infant Flow, to znaczy takie, które posiadają pisemne potwierdzenie producenta o kompatybilności z użytkowanym przez Zamawiającego urządzeniem Infant Flow i jako takie będące bezpieczne dla pacjenta?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 4.** Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia kompatybilności oferowanego układu oddechowego z aparatem NCPAP Infant Flow oświadczeniem producenta aparatu Infant Flow?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 4.** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania układu oddechowego neonatologicznego o średnicy wew. rur 10 mm z generatorem wyposażonym w przegub kulisty gwarantującym ruch we wszystkich płaszczyznach?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 4.** Czy Zamawiający wymaga aby układ oddechowy wyposażony był w generator wykonany z przezroczystego tworzywa?

30. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 4.** Czy układ oddechowy ma posiadać w ramieniu wdechowym niepodgrzewany odcinek o długości 40 cm umożliwiający podłączenie noworodka leczonego w inkubatorze?
31. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 4.** Czy Zamawiający wymaga, aby generator był podłączony w sposób umożliwiający rozłączenie kompletnego generatora tzn. linii pomiarowej ciśnienia i linii doprowadzającej gazy oddechowe do generatora za pomocą specjalnej złączki?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 8.** Prosimy o wydzielenie poz. 8 do odrębnego Pakietu.
33. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystych wymienników ciepła i wilgoci, tzw. „Sztuczny nos”, zbudowany z mikroporowatej polimerowej pianki, zapewniającej wysoki poziom oddawania ciepła i wilgoci; skuteczność nawilżania min. 33 mgH<sub>2</sub>O/L, utrata wilgotności do 10,8 mg/l przy V<sub>t</sub>=500 ml, waga 4,5 g, opór przepływu 0,31 cm H<sub>2</sub>O/60l/min, objętość wewnętrzna 8 ml, zakres objętości oddechowej 100- 1500 ml, średnica złącza 15F, zaopatrzony w boczny port do podawania tlenu oraz centralny samozamykający się – w postaci rozchylanych, silikonowych płatków – port do odsysania, wolny od lateksu i PCV, czas stosowania 24 godz.
34. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2.** Prosimy o dopuszczenie filtrów oddechowych mechanicznych z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czystych, wyposażonych w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekany, o skuteczności filtracji bakteryjno-wirusowej 99,999% oraz piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania min. 34 mgH<sub>2</sub>O/L i utracie wilgotności do 9,8 mg/l przy V<sub>t</sub>=500 ml, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga do 40 g, objętość wewnętrzna 55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu 1,33 cm H<sub>2</sub>O przy 30L/min oraz 2,75 cm H<sub>2</sub>O przy 60L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.
35. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3.** Prosimy o dopuszczenie filtrów oddechowych elektrostatycznych, mikrobiologicznie czystych, o skuteczności filtracji bakteryjno-wirusowej 99,999% złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzone w port kapno pod kątem 45 stopni, waga do 23 g, objętość wewnętrzna 30 ml, zakres objętości oddechowej 100-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 0,61 cm H<sub>2</sub>O przy 30L/min oraz 1,53 cm H<sub>2</sub>O przy 60L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.
36. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.4 SIWZ.** Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na: „Ceny netto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt. I nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub zmian cen urzędowych zmiana obowiązuje z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego”.
37. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.12 SIWZ.** Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na: „Za nieterminowa zapłatę należności Wykonawca może naliczać odsetki w wysokości ustawowej”.
38. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.15 SIWZ.** Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na: „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy w ciągu 3 dni ponad termin umowy, Zamawiający może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców, a różnicą kosztów obciążyć Wykonawcę związanego z Zamawiającym niniejszą umową”.
39. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1 - 3.** Czy Zamawiający wprowadzi wymóg stosowania wyłącznie igieł jednorazowych cienkich, o średnicy do 3 mm.

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 24 poz. 1** opisanego w pytaniu jednorazowego systemu do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

**Ad. 2** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 24 poz. 2** opisanego w pytaniu jednorazowego systemu siatkowego do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej typu przedniego i szczytowego, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

**Ad. 3** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 24 poz. 3** opisanego w pytaniu jednorazowego systemu siatkowego do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej typu tylnego i szczytowego, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

**Ad. 4** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 25 poz. 1** opisanego w pytaniu jednorazowego systemu siatkowego do korekcji cystocoele, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

**Ad. 5** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 15 poz. 1** również termometrów posiadających wyświetlacz cyfrowy podający wynik do jednego miejsca po przecinku, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

**Ad.: 6, 12, 36 - 38** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Ad. 7** Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie w **Pakiecie Nr 6 poz. 3** od wymogu aby oferowane maski krtaniowe posiadały zabezpieczenie przed wklinowaniem nagłośni.

**Ad. 8** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 1** kateterów typu Redon zwijanych.

**Ad. 9** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 3** również Sondy-zgłębniki Sengstakena w rozmiarach: 16, 18 20, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

**Ad. 10** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 5** również cewników typu Nelaton w rozmiarach 6 – 8 CH, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

**Ad. 11** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 14** pozycja 2 jednorazowych golarek z ostrzem (37 mm) i grzebieniem (36 mm); oferowane golarki winny posiadać parametry określone w SIWZ

**Ad. 13** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 14** pozycji 3 do odrębnego Pakietu.

**Ad. 14** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 21** pozycji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 do odrębnego Pakietu

**Ad. 15** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21 poz. 1** również masek nosowych w rozmiarach: S, M, L, XL, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

**Ad. 16, 26, 28 - 31** Zamawiający wymaga w **Pakiecie Nr 21 poz. 4** jednorazowych układów oddechowych z podgrzewanym ramieniem wdechowym do nawilżacza Fischer and Paykel model MR 850 spełniającego wymagania określone w SIWZ.

**Ad. 17** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 1** opisanych protez ponieważ nie spełniają wymogu możliwości trzykrotnej resterylizacji.

**Ad. 18** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 2** opisanych protez ponieważ nie spełniają wymogu możliwości trzykrotnej resterylizacji.

**Ad. 19** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 4** opisanych protez ponieważ nie spełniają wymogu możliwości trzykrotnej resterylizacji.

**Ad. 20** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 5** opisanych protez ponieważ nie spełniają wymogu możliwości trzykrotnej resterylizacji.

**Ad. 21** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 6** opisanych protez ponieważ nie spełniają wymogu możliwości trzykrotnej resterylizacji.

**Ad. 22** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17 poz. 2** również opisanych w pytaniu protez, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 23** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 19 pozycji 1** do odrębnego Pakietu, jak również na zaoferowanie opisanych protez ponieważ nie spełniają wymogu możliwości trzykrotnej resterylizacji.

**Ad. 24** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie nr 8 poz. 3** filtrów antybakteryjnych elektrostatycznych o wadze 23 g.

**Ad. 25** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21 poz. 1** również masek nosowych w rozmiarach od S do XL pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

**Ad. 27** Zamawiający wymaga załączenia do oferty tylko dokumentów określonych w SIWZ. W Załączniku Nr 1 do SIWZ Zamawiający określił wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia,

w tym również dotyczące przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 21 poz. 4**, określając do jakiego urządzenia mają być oferowane akcesoria, co jest oczywiste, że muszą być z nim kompatybilne. Oświadczenie o kompatybilności podpisuje Wykonawca podpisując Załącznik Nr 1 do SIWZ.

**Ad. 32** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 21 poz. 8** do odrębnego Pakietu.

**Ad 33** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** opisanych w pytaniu wymienników ciepła i wilgoci, tzw. „Sztuczny nos”.

**Ad 34** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 2** opisanych w pytaniu filtrów oddechowych mechanicznych.

**Ad 35** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 3** opisanych w pytaniu filtrów oddechowych elektrostatycznych.

**Ad 39** Zamawiający określił w SIWZ i załącznikach do niej wymogi jakie winien spełniać przedmiot zamówienia oferowany w **Pakiecie Nr 24 poz. 1 – 3** i nie wprowadza zmian zaproponowanych w pytaniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a