



.....

**Znak: AE/ZP-27-56/13**

Tarnów, 2013-08-29

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych, taśm do leczenia nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści 20 szt. system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, sterylna mini-taśma z monofilamentowego, polipropylenu, wzmocniona, zakończona wąską końcówką w celu samozaczepienia się w tkankach, o długości 6,6 cm, szerokości 1,1 cm i parametrach: w części środkowej grubość taśmy 0,33 mm, porowatość 1000  $\mu\text{m}$ , gramatura 48  $\text{g/m}^2$ ; na końcach: grubość taśmy 0,54 mm, porowatość 698  $\mu\text{m}$ , gramatura 175  $\text{g/m}^2$ ? Bez znacznika środka taśmy, bez systemu kotwiczącego, bez narzędzia do implantacji. Taśma może być implantowana przy pomocy klasycznych narzędzi łukowato wygiętych. Taśma jest przeznaczona do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (SIU) typu I i II u kobiet z dostępu przedzasłonowego z pojedynczego nacięcia.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści 12 szt. systemów siatkowych do leczenia zaburzeń siatki narządów miednicy typu przedniego i szczytowego, siatki jednorodnej, niewchłaniałnej, o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48  $\text{g/m}^2$ , porowatość średnia 1000  $\mu\text{m}$ , porowatość max 1870  $\mu\text{m}$ , długość ramion górne: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez systemu kotwiczącego oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w systemów?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści 8 szt. systemów siatkowych do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu tylnego i szczytowego, siatki jednorodnej, niewchłaniałnej, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48  $\text{g/m}^2$ , porowatość średnia 1000  $\mu\text{m}$ , porowatość max 1870  $\mu\text{m}$ , długość ramion 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, wysokość implantu 12 cm, zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez systemu kotwiczącego oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w systemów?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1 - 3.** W razie nie wyrażenia zgody na którąkolwiek z pozycji opisanych w pytaniu 1 – 3, zwracamy się z prośbą o jej wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści 10 szt. systemów siatkowych do korekcji cystocele, siatki jednorodnej, niewchłaniałnej, o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48  $\text{g/m}^2$ , porowatość średnia 1000  $\mu\text{m}$ , porowatość max 1870  $\mu\text{m}$ , długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), zakończone bezpiecznymi pętelkami, oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji metodą przezzasłonową?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści zestawy ratunkowe do szybkiej konikotomii z igłą Veressa i rurką tracheostomiijną 6 mm z mankietem niskociśnieniowym z systemem ograniczania wzrostu wewnątrz mankieta (Soft Seal, Lanz, Fome Cuff), w zestawie: skalpel, strzykawka, żel, opaska mocująca, nici thermovent T?

7. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 1 - 3.** Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na czujniki do pomiaru saturacji sprzedawane w opakowaniach minimalnych po 24 szt.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego hydrofobowego o skuteczności filtracji bakterii 99,9999%, skuteczności filtracji wirusów 99,999% objętości wewnętrznej 42 ml, wadze 24 g, oporze przepływu 2,7 cm H<sub>2</sub>O przy 60l/min, w zakresie objętości oddechowej 150 – 1200 ml (sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie blister pack).
9. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5.** Czy rurki tracheotomijne typu FEN mają posiadać wyraźnie miękkie obrotowe w płaszczyźnie góra-dół szyld?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 24 poz. 1** opisanego w pytaniu systemu do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

**Ad. 2** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 24 poz. 2** opisanego w pytaniu systemu siatkowego do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu przedniego i szczytowego.

**Ad. 3** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 24 poz. 3** opisanego w pytaniu systemu siatkowego do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu tylnego i szczytowego.

**Ad. 4** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 24** jakiegokolwiek pozycji do innego pakietu.

**Ad. 5** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 25 poz. 1** opisanych w pytaniu systemów siatkowych do korekcji cystocele.

**Ad. 6** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 6** również zestawów ratunkowych do szybkiej konikotomii opisanych w pytaniu.

**Ad. 7** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie nr 28 poz. 1 – 3** czujników sprzedawanych w opakowaniach minimum po 24 szt., pod warunkiem zaoferowania i wycenienia pełnych opakowań (po przemnożeniu ilości opakowań przez liczbę sztuk w opakowaniu zaoferowana ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy)

**Ad. 8** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 2** również filtrów mechanicznych opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ..

**Ad. 9** Zamawiający w Załączniku Nr 1 (Formularz Cenowy) do SIWZ określił wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym oferowanego w **Pakiecie Nr 3 poz. 5**, jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza ale nie wymaga aby rurki tracheotomijne typu FEN miały wyraźnie miękkie obrotowe w płaszczyźnie góra-dół szyld.

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a