



.....

Znak: AE/ZP-27-56/13

Tarnów, 2013-09-02

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych, taśm do leczenia nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 16.** Prosimy o odstąpienie od wymogu trzykrotnej resterylizacji.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 2 .** Prosimy o wydzielenie pozycji 2 (łaty) do osobnego pakietu i dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów łat uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy z możliwością jonowego łączenia powleczenia z antybiotykiem, grubość ściany 0,36 mm.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 1 .** Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu i odstąpienie od wymogu trzykrotnej resterylizacji
4. **Dotyczy Pakietu Nr 25.** Czy Zamawiający dopuści jednorazowy sterylizowany system siatkowy do korekcji cystocele o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami, możliwość zastosowania również jako systemu z czterema lub dwoma ramionami, o wymiarach: grubość siatki 0,27 mm, gramatura 19,2g/m². W celu łatwiejszej implantacji nitinolowe przewodnice w zestawie oraz narzędzia wielorazowego użytku.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1 .** Czy Zamawiający dopuści do postępowania minimalnie inwazyjny system do wysiłkowego nietrzymania moczu o długości od 7,5 cm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek w rozmiarze 2,5x4,0 mm, 3,0x4,7 mm?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym, wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżenie dopływającego tlenu, z samodomykającym się portem do odsysania pomiędzy dwoma membranami wymiennika, skuteczność nawilżania 29,2 mg H₂O przy VT 500 ml, utrata wilgotności 8,4 mg H₂O przy VT 500 ml, przestrzeń martwa 10 ml, opór przepływu 0,25 H₂O przy 30 l/min przeznaczony do objętości oddechowej Vt>50 ml, waga 6,3 g, sterylizowany lub biologicznie czysty.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o skuteczności filtracji min. 99,9999%, objętości 80 ml i oporze przepływu 2 cm H₂O przy 60l/min).
9. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1.** Zamawiającego o dopuszczenie cewników o zmiennej średnicy otworów w rozmiarach 10 – 18 CH i długości 75 cm?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy Sengstakena w rozmiarach: 16, 18, 21 CH?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów mechanicznych z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji min 99,9999% i objętości 80 ml.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów mechanicznych z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji min 99,9999%, objętości 80 ml, wadze 37 g, oporach przepływu 2,2 cm H₂O przy 60l/min, czas użycia 24 godziny.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wieszaki plastikowe do worków na mocz z jednym zaczepem na łóżko.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu możliwości trzykrotnej resterylizacji przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 16**.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 18 poz. 2** do osobnego pakietu, jak również nie wyraża zgody na zaoferowanie w tej pozycji przedmiotu zamówienia o parametrach opisanych w pytaniu.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 19 poz. 1** do osobnego pakietu, jak również nie wyraża zgody na odstąpienie w tej pozycji od wymogu możliwości trzykrotnej resterylizacji oferowanego przedmiotu zamówienia

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 25 opisanego w pytaniu jednorazowego sterylnej systemu siatkowego do korekcji cystocele.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 24 poz. 1 minimalnie inwazyjny system do wysiłkowego nietrzymania moczu o długości od 7,5 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** również rurek w rozmiarze 2,5x4,0 mm, 3,0x4,7 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ oraz zaoferowania także rurek w rozmiarze 2,0 x 3,34 mm.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie nr 8 poz. 1** również opisanych w pytaniu wymienników ciepła i wilgoci, pod warunkiem że są sterylne i spełniają pozostałe wymagania określone w SIWZ

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 2** filtrów opisanych w pytaniu.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 1** również cewników opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 3** sond Sengstakena w rozmiarach: 16, 18, 21 CH, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów SIWZ.

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 27 poz. 1** filtrów opisanych w pytaniu.

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 27 poz. 2** filtrów opisanych w pytaniu.

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 14 poz. 1** wieszaków do worków na mocz z jednym zaczepem na łóżko

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a