



+

.....

Znak: AE/ZP-27-58/13

Tarnów, 2013-08-27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy na dostawy sprzętu medycznego (kaniule, strzykawki, przyrządy do przetoczeń) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 2 ml ze skalą rozszerzoną do 2,5 ml, czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłokiem? Pozostałe parametry bez zmian.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 5 ml ze skalą rozszerzoną do 6 ml, z czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłokiem? Pozostałe parametry bez zmian.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 10 ml ze skalą rozszerzoną do 12 ml, z czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłokiem? Pozostałe parametry bez zmian.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 20 ml ze skalą rozszerzoną do 25 ml, z czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłokiem? Pozostałe parametry bez zmian.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego z filtrem bakteryjnym 0,1µm? Pozostałe parametry bez zmian.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu typu mini-spike wyposażonego w filtr bakteryjny 0,45µm oraz zastawkę zabezpieczającą przed wyciekami leku z fiolki/butelki po odłączeniu strzykawki również w pozycji odwróconej?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1 i 2** - Czy Zamawiający dopuści przyrządy z drenem o długości 150cm?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego z filtrem bakteryjnym 0,1µm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 7, 8, 9** - Prosimy Zamawiającego o podanie jakie rodzaje pomp infuzyjnych i jakich producentów posiada na wyposażeniu Szpital, w celu pełnej kompatybilności zaoferowanych strzykawek z posiadanymi przez Zamawiającego pompami infuzyjnymi.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażonego w filtr 0,2µm.
11. **Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne warunki umowy** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasza prośba podyktowane jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** dopuszcza także strzykawkę dwuczęściową 2 ml ze skalą rozszerzoną do 2,5 ml czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłokiem.



Ad. 2

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** dopuszcza także strzykawkę dwuczęściową 5 ml ze skalą rozszerzoną do 6 ml czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłokiem.

Ad. 3

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2 poz. 5** dopuszcza także strzykawkę dwuczęściową 10 ml ze skalą rozszerzoną do 12 ml czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłokiem.

Ad. 4

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2 poz. 6** dopuszcza także strzykawkę dwuczęściową 20 ml ze skalą rozszerzoną do 25 ml czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłokiem.

Ad. 5

Zamawiający w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z filtrem bakteryjnym 0,1 µm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 6

Zamawiający w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** oczekuje zaoferowania sterylnego przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażonego w filtr bakteryjny 0,45 µm zapewniający jałowość płynu minimum 24 godziny. Zamawiający dopuszcza również, ale nie wymaga aby przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego posiadał zastawkę zabezpieczającą przed wyciekaniem leku z fiolki/butelki po odłączeniu strzykawki również w pozycji odwróconej.

Ad. 7

Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 1 i 2** nie dopuszcza zaoferowania przyrządów z drenem o długości 150cm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 8

Zamawiający w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z filtrem bakteryjnym 0,1 µm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 9

Zamawiający podaje wykaz pomp infuzyjnych oraz ich producentów będących na wyposażeniu Szpitala:

Lp.	Firma (producent)	Typ pompy
1.	Ascor	AP14
2.	Ascor	AP22
3.	Ascor	SEP 11s
4.	Ascor	SEP 21
5.	Alaris	Asena CC
6.	Fresenius	Pilot A2 PL
7.	Ivak	Ivak
8.	Kwapisz	Duet 20/50
9.	Medima	S1
10.	Terumo	STC 521
11.	TycoHelthcare	Kangaroo Epump

Ad. 10

Zamawiający w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażonego w filtr 0,2µm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 11

Zamawiają nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a