



Znak: AE/ZP-27-60/13

Tarnów, 2013-09-19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniuli, igieł, strzykawek, zestawów systemowych, wkłuc centralnych, portów naczyniowych, igieł specjalistycznych) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści butelkę o pojemności 120 ml spełniającą pozostałe wymagania siwz?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie smoczka o kształcie anatomicznym, zwieńczenie smoczka o okrągłej powierzchni zapewniające prawidłowe położenie języka, szyjka zwężona co zapewnia ssanie ze szczelnie zamkniętymi ustami (sprzyja oddychaniu przez nos), podstawa szeroka będąca oparciem dla warg. Smoczek sterylny, jednorazowego użytku przeznaczony do stosowania z preparatami gotowymi do spożycia, pakowany pojedynczo, przeznaczony dla dzieci od 0-6 m-ca.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 2** - Prosimy o dopuszczenie smoczka o kształcie anatomicznym, zwieńczenie smoczka o okrągłej powierzchni zapewniające prawidłowe położenie języka, szyjka zwężona co zapewnia ssanie ze szczelnie zamkniętymi ustami (sprzyja oddychaniu przez nos), podstawa szeroka będąca oparciem dla warg. Smoczek sterylny, jednorazowego użytku przeznaczony do stosowania z preparatami gotowymi do spożycia, pakowany pojedynczo, przeznaczony dla dzieci od 6-18 m-ca
4. **Dotyczy Pakietu Nr 26** - Czy Zamawiający dopuści zamknięty układ ssący z niskim podciśnieniem (mniej niż 100 mmHg) do bezpośredniej autotransfuzji pooperacyjnej, jałowy, pozbawiony pirogenów, składający się z:
 - jednego systemu miechów pełniącego funkcję pompki podciśnieniowej,
 - końcówka wciskowa dla drenów zwiększająca się schodkowo,
 - butelka redona z przeciwwrotną zastawką o pojemności 350 ml,
 - możliwość podawania w iniekcji antykoagulantów,
 - filtr do krwi 40 mikronów z cewnikiem o długości 150 cm do przetaczania,
 - dwa worki z filtrem 200 mikronów o pojemności 600 ml,
 - dwa dreny typu Redon z trokarami.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 oraz Pakietu Nr 4** – Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 1 oraz pakiecie nr 4 kaniul dożylnych z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 oraz Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 oraz w pakiecie nr 4 celem identyfikacji wytwórcy kaniuli wymaga kaniul z nazwą producenta lub nazwą materiału z którego kaniula jest wykonana umieszczoną bezpośrednio na kaniuli?

7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 oraz Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 oraz pakiecie nr 4 w celu prawidłowej identyfikacji RTG kaniul wymaga minimum czterech pasków radiocieniujących wtopionych w kaniulę ?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 7** - Czy Zamawiający wymaga, aby igły posiadały szlif LB/BL standard długo ścięte, który to szlif zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu, co zwiększa komfort pacjenta?
9. **Dotyczy Pakietu nr 9** - Czy Zamawiający dopuści igły do penów w rozmiarach 31G – 0,25 x 8 mm oraz 30G – 0,3 x 8 mm?
10. **Dotyczy Pakietu nr 9** - Czy Zamawiający wymaga, aby osłonka igły była w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły zgodnie z kodem ISO, co pozwala na zdefiniowanie rozmiaru igły nawet po zdjęciu naklejki i założeniu jej na wstrzykiwacz?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 3 i 4** - Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą rozszerzoną o min. 20% oraz z kontrastującym tłokiem umożliwiającym łatwy odczyt objętości zawartości strzykawki?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 8 i 9** - Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki do posiadały dwustronną skalę? Dwustronna skala pozwala na łatwy odczyt objętości substancji w strzykawce niezależnie od umieszczenia jej w pompie.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1 i 3** - Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do infuzji oraz transfuzji posiadały komorę wolną od PCV oraz pozbawione były ftalanów?
Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażonego w filtr bakteryjny 0,1 µm?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 32** – Zwracamy się prośba do zamawiającego o dopuszczenie portu naczyniowego bez opaski identyfikacyjnej portu oraz o dopuszczenie również portu w rozmiarze 7-8,5F.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 32** – Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane porty naczyniowe posiadały boczne ułożenie kaniuli wyjściowej względem komory portu?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści igłę z uchwytem motylkowym do punkcji mostka o długości 35-60 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści igły do biopsji cienkoigłowej w rozmiarze 20G, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 5** – Czy Zamawiający dopuści igły z uchwytem motylkowym do punkcji mostka o długości 35-60mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści sterylny przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażony w dokładniejszy niż oczekiwany filtr bakteryjny 0,1µm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 33 poz. 7** – Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia kombinowanego z igłą podpajęczynówkową w rozmiarze 27G 150mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika CH 10, ale o długości 110cm w związku z zakończeniem produkcji zgłębnika o dł. 130cm?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 2** – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły 22G x 200mm?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 5** – Czy Zamawiający dopuści łącznik w którym wewnętrzna membrana otwierająca i zamykająca przepływ wykonana jest z przeziernego silikonu?

25. **Dotyczy Pakietu Nr 31** – Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 19G x 19mm oraz 19G x 25mm?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 32** – Czy Zamawiający dopuści port z cewnikami o rozmiarach 6 i 8,5Fr które pokrywają zakres potrzeb medycznych?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 32** – Czy Zamawiający dopuści port z tępym łączem do połączenia cewnika wykonanym ze stali nierdzewnej?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 32** – Czy Zamawiający dopuści port w którym łącznik mocujący cewnik z portem jest na stałe przymocowany do cewnika, co eliminuje konieczność dołączenia dwóch łączników?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 1** – Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści w pełni zamknięty system do autotransfuzji krwi o składzie:
- Silikonowy worek wytwarzający podciśnienie o pojemności 400ml z zastawką przeciwwrotną i filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenem Redona
 - Worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności minimum 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu
 - Dren łączący o długości 150cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączenia silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji
 - Dwa dreny typu Redon z trokarami w rozmiarze 14Ch lub 16Ch
 - Z oddzielnym pakowanym przyrządem do przetaczania krwi.
30. **Dotyczy Pakietu Nr 24** – Czy Zamawiający w pakiecie nr 24 dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego, niezawierający DEHP, do stosowania w miejscach dostępu dożylnego zapobiegający cofaniu się krwi, z drenami o długości 10 cm z możliwością podłączenia do pacjenta na 7 dni lub 720 aktywacji.
31. **Dotyczy Rozdziału XIV pkt 8 a, b) Ogólne warunki umowy** - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień ogólnych warunków przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt 8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
- a) 0,5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru.
- b) 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej, partii towaru.
32. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści igły do penów w rozmiarze 0,25 x 5 mm oraz 0,3 x 8 mm?
33. **Dotyczy Rozdziału XIV - Ogólne warunki umowy** - Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy i dopuszczenie zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie zapisu do wzoru umowy: „ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w związku ze zmianą stawki VAT przy czym cena netto pozostanie bez zmian”.
34. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 6 - 7** - Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 były krótkocięte?

35. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 6-7** - Czy Zamawiający wymaga, aby igły iniekcyjne posiadały na opakowaniu jednostkowym informacje o tym czy igła posiada ostrze krótko czy długościęte?
36. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1-8** - Czy Zamawiający wymaga aby igły pochodziły od jednego producenta?
37. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 3-6** - Czy Zamawiający będzie wymagał aby strzykawki dwu częściowe posiadały rozszerzoną skalę o min. 20 % co umożliwi szersze wykorzystanie strzykawek oraz czy strzykawki mają być wyposażone w tłok kontrastujący (zielony), który zapewnia dobry odczyt wypełnienia strzykawki?
38. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 3-6** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podania ceny w/w asortymentu za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.
39. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 7-8** -Zwracamy się do Zamawiającego o odpuszczenie wymogu posiadania prostopadłego wycięcia na tłoku. Takie rozwiązania były wymagane przy pompach starego typu, które na dzień dzisiejszy są wycofane z użytkowania. Aktualne pompy infuzyjne nie wymagają, aby strzykawki posiadały prostopadłe wycięcie aby zapewnić stabilne zamontowanie strzykawki. W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.
40. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 8-10** - Czy Zamawiający w tej pozycji wymaga zaoferowania strzykawki z podwójną skalą pomiarową, która pozwala na odczyt wypełnienia strzykawki w dowolnym położeniu ?
41. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1, 3** - Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego używanego przez dłuższy okres - oferowane przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych powinny posiadać logo producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym?
42. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1** - Czy Zamawiający będzie wymagać aby przyrządy posiadały zastawkę umożliwiającą zabezpieczenie leku przed niekontrolowanym wyciekiem?
43. **Dotyczy Pakietu Nr 32** – Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 32 wymaga zaoferowania portów z możliwością podaży kontrastu pod wysokim ciśnieniem?
44. **Dotyczy Pakietu Nr 32** – Czy Zamawiający zaakceptuje złożenie oferty portami z tępo zakończonym tunelizatorem zapakowanym w osobne sterylne opakowanie oraz nie posiadającymi w zestawie opaski identyfikacyjnej?
45. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1 - 4** - Czy oferowane igły do znieczuleń powinny posiadać wbudowany, dobrze widoczny z każdej strony igły pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym oraz ergonomiczny, eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlif igły określający jej położenie także po usunięciu mandrynu?
46. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 3 – 6** - Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki dwuczęściowe były wyposażone w przeźroczysty cylinder, kolorowy kontrastujący tłok, czytelną rozszerzoną skalą nominalną o min 20%, podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa?
47. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 oraz Pakietu Nr 3 poz. 1** – Prosimy Zamawiającego dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 24G/19mm/0,7mm bez portu bocznego, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, dożylnych wykonanych z PTFE, widocznych w USG z zastawką antyzwrotną zapobiegającą

- zwrotnemu wypływowi krwi podczas wkłucia, z korkiem LL, którego trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi korka.
48. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1** – Prosimy Zamawiającego dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 26G/19mm/0,6mm bez portu bocznego, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, dożylnych wykonanych z PTFE, widocznych w USG z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi podczas wkłucia, z korkiem LL, którego trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi korka.
49. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 7** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3 - częściowej 20ml wpisaną w instrukcję wszystkich pomp infuzyjnych bez prostopadłego wycięcia na tłoku, skalowaną co 1 ml.
50. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 8** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3 - częściowej 50-60 ml wpisaną w instrukcję wszystkich pomp infuzyjnych bez prostopadłego wycięcia na tłoku, skalowaną co 1 ml.
51. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 8, 9** - Prosimy Zamawiającego o podanie jakie rodzaje pomp infuzyjnych i jakich producentów posiada na wyposażeniu Szpital, w celu pełnej kompatybilności zaoferowanych strzykawek z posiadanymi przez Zamawiającego pompami infuzyjnymi.
52. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii 10F, składający się z następujących elementów: kateter typ Pigtail, igła rozrywalna, plaster mocujący, skalpel.
53. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii 12F, składający się z następujących elementów: kateter typ Pigtail, igła rozrywalna, plaster mocujący, skalpel.
54. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 3** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu przez skórę metodą jednostopniową 8F, składający się z następujących elementów: kateter Pigtail 8F x 29cm, igła dwuczęściowa 19G, opaska zaciskowa, kołnierz.
55. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażonego w filtr bakteryjny 0,2µm, który jest dokładniejszy od opisanego w SIWZ.
56. **Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do pooperacyjnego drenażu i autotransfuzji krwi wyposażonego w następujące elementy: dwa dreny spiralne z trokami; łącznik Y; mieszek (generujący podciśnienie, bez potrzeby stosowania żadnych wewnętrznych pomp podciśnieniowych) z uchwytem na kciuk o pojemności 125ml; worek na krew z zastawką antyzwrotną i filtrem krwi 200µ; worek na drenaż przedłużony 700ml, z zastawką antyzwrotną; specjalny aparat do przetoczeń z filtrem mikrocząsteczkowym min. 40µ; worek zapasowy na krew.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający w **Pakiecie Nr 23 poz. 2** nie wyraża zgody na zaoferowanie butelki o pojemności 120ml. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.2. Zamawiający w **Pakiecie Nr 25 poz. 1** nie wyraża zgody na zaoferowanie smoczka o kształcie anatomicznym, zwieńczenie smoczka o okrągłej powierzchni zapewniające prawidłowe położenie języka, szyjka zwężona co zapewnia ssanie ze szczelnie zamkniętymi ustami (sprzyja oddychaniu przez nos), podstawa szeroka będąca oparciem dla warg. Smoczek sterylny, jednorazowego użytku przeznaczony

do stosowania z preparatami gotowymi do spożycia, pakowany pojedynczo dla dzieci od 0-6 m-ca. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Ad.3.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 25 poz. 2** nie wyraża zgody na zaoferowanie smoczka o kształcie anatomicznym, zwieńczenie smoczka o okrągłej powierzchni zapewniające prawidłowe położenie języka, szyjka zwężona co zapewnia ssanie ze szczelnie zamkniętymi ustami (sprzyja oddychaniu przez nos), podstawa szeroka będąca oparciem dla warg. Smoczek sterylny, jednorazowego użytku przeznaczony do stosowania z preparatami gotowymi do spożycia, pakowany pojedynczo, przeznaczony dla dzieci od 6-18 m-ca.
- Ad.4.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 26** nie wyraża zgody na zaoferowanie zamkniętego układu ssącego z niskim podciśnieniem (mniej niż 100 mmHg) do bezpośredniej autotransfuzji pooperacyjnej, jałowego, pozbawionego pirogenów, składającego się z:
- jednego systemu miechów pełniącego funkcję pompki podciśnieniowej,
 - końcówka wciskowa dla drenów zwiększająca się schodkowo,
 - butelka redona z przeciwwrotną zastawką o pojemności 350 ml,
 - możliwość podawania w iniekcji antykoagulantów,
 - filtr do krwi 40 mikronów z cewnikiem o długości 150 cm do przetaczania,
 - dwa worki z filtrem 200 mikronów o pojemności 600 ml,
 - dwa dreny typu Redon z trokami.
- Ad.5.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 oraz Pakiecie Nr 4** nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie kaniul dożylnych z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.6.** Zamawiający w **Pakiecie nr 1 oraz w Pakiecie nr 4** dopuszcza ale nie wymaga kaniul z nazwą producenta lub nazwą materiału z którego kaniula jest wykonana, umieszczoną bezpośrednio na kaniuli. Pozostałe wymagania bez zmian.
- Ad.7.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 oraz w Pakiecie nr 4** dopuszcza ale nie wymaga, aby kaniule posiadały minimum cztery paski radiocieniujące wtopione w kaniulę w celu prawidłowej identyfikacji RTG. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.8.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 7** dopuszcza ale nie wymaga, aby igły posiadały szlif LB/BL standard długo ścięte. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.9.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 9** dopuszcza także zaoferowanie igły do penów w rozmiarach 31G – 0,25 x 8 mm oraz 30G – 0,3 x 8 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.10.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 9** dopuszcza ale nie wymaga, aby osłonka igły była w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły zgodnie z kodem ISO, pozwalającym na zdefiniowanie rozmiaru igły nawet po zdjęciu naklejki i założeniu jej na wstrzykiwacza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.11.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 10 poz. 3 – 4** nie wymaga, ale dopuszcza strzykawki ze skalą rozszerzoną o min. 20% jednak nie więcej niż 3,0 ml dla pozycji 3 i nie więcej niż 6ml dla pozycji 4 oraz nie wymaga ale dopuszcza strzykawki z kontrastującym tłem umożliwiającym łatwy odczyt objętości zawartości strzykawki.
- Ad.12.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 10 poz. 8-9** dopuszcza ale nie wymaga, aby strzykawki posiadały dwustronną skalę. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.13.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 12 poz. 1, 3** dopuszcza ale nie wymaga, aby przyrządy do infuzji oraz transfuzji posiadały komorę wolną od PCV oraz pozbawione były ftalanów. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastifikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego.

- Ad.14.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 21 poz. 1** nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z butelek z filtrem bakteryjnym 0,1 µm. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.15.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 32** nie wyraża zgody na zaoferowanie portu naczyniowego bez opaski identyfikacyjnej portu natomiast dopuszcza zaoferowanie portu o rozmiarze 7-8,5F, Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.16.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 32** dopuszcza ale nie wymaga, aby zaoferowane porty naczyniowe posiadały boczne ułożenie kaniuli wyjściowej względem komory portu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.17.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 15 poz. 1** nie wyraża zgody na zaoferowanie igły z uchwytem motylkowym do punkcji mostka o długości 35-60 mm. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.18.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 15 poz. 2** nie wyraża zgody na zaoferowanie igły do biopsji cienkoigłowej w rozmiarze 20G. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.19.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 15 poz. 5** nie wyraża zgody na zaoferowanie igły z uchwytem motylkowym do punkcji mostka o długości 35-60mm. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.20.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 21 poz. 1** nie wyraża zgody na zaoferowanie sterylne go przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażonego w filtr bakteryjny 0,1µm. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.21.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 33 poz. 7** nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu do znieczulenia kombinowanego z igłą podpajęczynówkową w rozmiarze 27G 150mm. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.22.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 28 poz. 3** dopuszcza także zaoferowanie zgłębnika CH o długości 110cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.23.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 15 poz. 2** nie wyraża zgody na igły 22G x 200mm. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.24.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 5** dopuszcza także zaoferowanie łącznika, w którym wewnętrzna membrana otwierająca i zamykająca przepływ wykonana jest z przeziernego silikonu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.25.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 31** podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.
- Ad.26.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 32** nie wyraża zgody na zaoferowanie portu z cewnikiem o rozmiarach 6 i 8,5Fr. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.27.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 32** nie wyraża zgody na zaoferowanie portu z tępym łączem do połączenia cewnika wykonanym ze stali nierdzewnej. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.28.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 32** nie wyraża zgody na zaoferowanie portu, w którym łącznik mocujący cewnik z portem jest na stałe przymocowany do cewnika. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.29.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 26 poz. 1** nie wyraża zgody na zaoferowanie w pełni zamkniętego systemu do autotransfuzji krwi o składzie:
- Silikonowy worek wytwarzający podciśnienie o pojemności 400ml z zastawką przeciwwrotną i filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenem Redona
 - Worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności minimum 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagenu

- Dren łączący o długości 150cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączenia silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji
- Dwa dreny typu Redon z trokarami w rozmiarze 14Ch lub 16Ch
- Z oddzielnym pakowanym przyrządem do przetaczania krwi. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.30. Zamawiający w **Pakiecie nr 24** nie wyraża zgody na zaoferowanie „zamkniętego systemu dostępu naczyniowego, niezawierającego DEHP, do stosowania w miejscach dostępu dożylnego zapobiegającego cofaniu się krwi, z drenami o długości 10 cm z możliwością podłączenia do pacjenta na 7 dni lub 720 aktywacji”. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.31. i Ad. 33. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

Ad.32. Zamawiający w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** dopuszcza także zaoferowanie igieł do penów w rozmiarze 0,25 x 5mm oraz 0,3 x 8mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.34. Zamawiający w **Pakiecie Nr 7 poz. 6-7** nie wymaga ale dopuszcza, igły w rozmiarze 1,1 i 1.2 krótko ścięte. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.35. Zamawiający w **Pakiecie Nr 7 poz. 6-7** nie wymaga ale dopuszcza, aby igły iniekcyjne posiadały na opakowaniu jednostkowym informacje o tym czy igła posiada ostrze krótko czy długościęte. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.36. Zamawiający w **Pakiecie Nr 7 poz. 1- 8** nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

Ad.37. Zamawiający w **Pakiecie Nr 10 poz. 3 - 6** nie wymaga ale dopuszcza strzykawkę ze skalą rozszerzoną o min. 20% jednak nie więcej niż 3 ml dla pozycji 3, nie więcej niż 6ml dla pozycji 4, nie więcej niż 12ml dla pozycji 5, nie więcej niż 24 ml dla pozycji 6, oraz dopuszcza ale nie wymaga, aby strzykawki były wyposażone w kontrastujący tłok, który zapewnia dobry odczyt wypełnienia strzykawki.

Ad.38. Zamawiający w **Pakiecie Nr 10 poz. 3-6** podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

Ad.39. Zamawiający w **Pakiecie Nr 10 poz. 7-8** podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga strzykawek posiadających prostopadłe wycięcie na tłoku lub inne równoważne rozwiązanie zapewniające stabilne umocowanie w pompie strzykawkowej. Wymagania Zgodnie z SIWZ.

Ad.40. Zamawiający w **Pakiecie Nr 10 poz. 8-10** nie wymaga ale dopuszcza, aby strzykawki posiadały podwójną skalę pomiarową. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.41. Zamawiający w **Pakiecie Nr 12 poz. 1, 3** dopuszcza ale nie wymaga aby oferowane przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych posiadały logo producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.42. Zamawiający w **Pakiecie nr 21 poz. 1** dopuszcza ale nie wymaga, aby przyrządy posiadały zastawkę umożliwiającą zabezpieczenie leku przed niekontrolowanym wyciekami. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.43. Zamawiający w **Pakiecie Nr 32** nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie portów z możliwością podaży kontrastów pod wysokim ciśnieniem, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.44. Zamawiający w **Pakiecie Nr 32** nie wyraża zgody na zaoferowanie portu z tępo zakończonym tunelizatorem zapakowanym w osobne sterylne opakowanie oraz nie

wyraża zgody na zaoferowanie portów nieposiadających w zestawie opaski identyfikacyjnej. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.45. Zamawiający w **Pakiecie Nr 8 poz. 1- 4** dopuszcza ale nie wymaga, aby igły do znieczuleń posiadały wbudowany, dobrze widoczny z każdej strony igły pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym oraz ergonomiczny, eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły określający jej położenie także po usunięciu mandrynu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.46. Zamawiający w **Pakiecie Nr 10 poz. 3-6** nie wymaga ale dopuszcza, aby strzykawki dwuczęściowe były wyposażone w przezroczysty cylinder, kolorowy kontrastujący tłok, czytelną rozszerzoną skalą nominalną o min 20%, (jednak nie więcej niż 3ml dla pozycji 3, nie więcej niż 6 ml dla pozycji 4, nie więcej niż 12ml dla pozycji 5, nie więcej niż 24 ml dla pozycji 6), podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.47. Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 1 oraz Pakiecie Nr 3 poz. 1** nie wyraża zgody na zaoferowanie kaniuli w rozmiarze 24G/19mm/0,7mm bez portu bocznego, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, dożylnych wykonanych z PTFE, widocznych w USG z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi podczas wklucia, z korkiem LL, którego trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi korka. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.48. Zamawiający w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** nie wyraża zgody na zaoferowanie kaniuli w rozmiarze 26G/19mm/0,6mm bez portu bocznego, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, dożylnych wykonanych z PTFE, widocznych w USG z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi podczas wklucia, z korkiem LL, którego trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi korka.

Ad.49. Zamawiający w **Pakiecie Nr 10 poz. 7** podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

Ad.50. Zamawiający w **Pakiecie Nr 10 poz. 8** podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

Ad.51. Zamawiający podaje wykaz rodzajów pomp infuzyjnych oraz producentów będących na wyposażeniu Szpitala:

Lp.	Firma (producent)	Typ pompy
1.	Ascor	AP14
2.	Ascor	AP22
3.	Ascor	SEP 11s
4.	Ascor	SEP 21
5.	Alaris	Asena CC
6.	Fresenius	Pilot A2 PL
7.	Ivak	Ivak
8.	Kwapisz	Duet 20/50
9.	Medima	S1
10.	Terumo	STC 521
11.	TycoHealthcare	Kangaroo Epump

- Ad.52.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 17 poz. 1** nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu do cystostomii 10F, składającego się z następujących elementów: kateter typ Pigtail, igła rozrywalna, plaster mocujący, skalpel. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.53.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 17 poz. 2** nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu do cystostomii 12F, składającego się z następujących elementów: kateter typ Pigtail, igła rozrywalna, plaster mocujący, skalpel. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.54.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 17 poz. 3** nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową 8F, składający się z następujących elementów: kateter Pigtail 8F x 29cm, igła dwuczęściowa 19G, opaska zaciskowa, kołnierz. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.55.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 21 poz. 1** nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażonego w filtr bakteryjny 0,2µm. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.56.** Zamawiający w **Pakiecie Nr 26 poz. 1** nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu do pooperacyjnego drenażu i autotransfuzji krwi wyposażonego w następujące elementy: dwa dreny spiralne z trokarami; łącznik Y; worek (generujący podciśnienie, bez potrzeby stosowania żadnych wewnętrznych pomp podciśnieniowych) z uchwytem na kciuk o pojemności 125ml; worek na krew z zastawką antyzwrotną i filtrem krwi 200µ; worek na drenaż przedłużony 700ml, z zastawką antyzwrotną; specjalny aparat do przetoczeń z filtrem mikrocząsteczkowym min. 40µ; worek zapasowy na krew. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a