



.....

Znak: AE/ZP-27-68/13

Tarnów, 2013-10- 22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz siatek do operacyjnego leczenia przepuklin dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie we wzorze umowy zapisu dotyczącego ewentualnej zmiany cen spowodowanej zmianą stawki VAT. Proponujemy wprowadzenie do umowy następującego zapisu: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian”. W razie negatywnej odpowiedzi, prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu „Wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy za 1-miesięcznym wypowiedzeniem w przypadku zmiany stawki podatku VAT z 8% na 23%”.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8.** Prosimy o podanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 - 3 .** Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 szt. elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku?
4. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.4 SIWZ.** Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie powyższego zapisu odnośnie ceny brutto po zmianie podatku VAT. Czy po wzroście stawki podatku VAT, Zamawiający przewiduje wzrost wartości brutto?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1 .** Czy Zamawiający dopuści silikonowe maski anestetyczne wielorazowego użytku, posiadające elastyczny, miękki i przezroczysty korpus ułatwiający obserwację pacjenta oraz anatomiczny kształt pozwalający na stabilny uchwyt. Maski wyposażone w ukształtowany kołnierz, umożliwiający „szczelne” jej dopasowanie do twarzy, wykonany z wysokiej klasy, elastycznego silikonu odpornego na uszkodzenia podczas wielokrotnych procesów dekontaminacji? Maski w zakresie rozmiarowym 0 – 5, gdzie rozmiary 0-2 mają okrągły kształt, natomiast 3 – 5 są anatomicznie uformowane w kształcie kropli.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1.** Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wapno sodowane było w postaci białych półsferycznych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów, o średnicy 4 mm i wysokości 2 mm, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i wysoka absorpcję CO2 min. 178 litrów CO2/1 litr wapna, posiadające wskaźnik zużycia (zmiana koloru z białego na błękitno-fioletowy), zawierające w swoim składzie 78 – 84% Ca(OH)2; 2 – 4% NaOH; 14 – 18% H2O; fiolet etylowy; charakteryzujące się wysoką odpornością na transport, zawierające tym samym minimalną ilość pyłu, pakowane w 5 litrowe kanistry – 4,15 kg? Okres trwałości min. 4 lata.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7.** Prosimy o podanie informacji, czy Zamawiający wymaga papieru gładkiego, czy z nadrukiem?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10.** Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego czy kompatybilnego?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1 i 2.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. 1 i 2 z w/w pakietu i utworzenie odrębnego pakietu.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 4 - 6.** Czy należy zaoferować siatkę pakowaną bez składania powodującego trwałe zgięcie na powierzchni, które może utrudnić właściwą implantację? Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 4 - 6.** Czy Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta wymaga zaoferowania siatek przebadanych na zawartość endotoksyn bakteryjnych wykazujących działanie gorączkotwórcze? Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 4 - 6.** Czy należy zaoferować siatki o wysokim stopniu wytrzymałości tj. wytrzymałości powyżej 200 N? Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta.
13. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.4 SIWZ.** Czy Zamawiający zgadza się aby w pkt 4 Ogólnych warunków umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Ponadto



Zamawiający dopuszcza zmianę cen wyjątkowo w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

14. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.10 SIWZ.** Czy Zamawiający zgadza się aby w pkt 10 Ogólnych warunków umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.”?
15. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.15 SIWZ.** Jak należy rozumieć obciążenie Wykonawcy kosztem zakupu zastępczego, o którym mowa w pkt 15 Ogólnych warunków umowy? Czy chodzi o obciążenie Wykonawcy różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego, a ceną wynikającą z umowy.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści butelki z możliwością połączenia drenami Redona od 6 – 18 F, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewniki do karmienia przez nos były pakowane prosto?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez otworu centralnego, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a’ 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 6 - 9.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści ustniki o średnicy wewnętrznej 29 mm i zewnętrznej 31 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 12.** Czy Zamawiający dopuści sterylne ustniki do badań gastroscopowych, jednorazowego użytku, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z balonem o pojemności 5 – 10 ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 2.** Czy Zamawiający oczekuje cewników Foleya sterylizowanych radiacyjnie?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści uniwersalne zatyczki do cewników, sterylne?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem posiadającym atraumatyczny otwór końcowy oraz dwa otwory boczne, bez plastikowej kanki, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 1.** Czy Zamawiający miał na myśli szczoteczki odpowiadające wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów SIWZ na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 listopada 2004 r. § 3 pkt 1 oraz Dyrektywy 93/42/EWG i postawi wymóg dołączenia przez Wykonawców certyfikatu CE łącznie z deklaracją zgodności?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1, 13, 14 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 2 Papier do defibrylatora Cardio-Aid TM oferowany w **Pakiecie Nr 1 poz. 8** winien być z nadrukiem (siatką).

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza podanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1 – 3** ceny jednostkowej opakowania (zamiast za sztukę), ale pod warunkiem podania wielkości opakowania.

Ad. 4 Zapis w pkt XV.4 SIWZ (Ogólne warunki umowy) oznacza, że Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość wzrostu stawki podatku VAT. W przypadku wystąpienia takiej zmiany warunki, na jakich zmiana ta będzie dokonana – Zamawiający uzgodni z Wykonawcą związanym z Zamawiającym umową po przeprowadzonym przetargu.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** również opisanych w pytaniu masek anestetycznych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający wymaga w **Pakiecie Nr 17 poz. 1** wapna sodowego (absorbencyjne) do aparatów do znieczulania spełniającego wymagania określone w SIWZ, dopuszcza również zaoferowanie wapna opisanego w pytaniu (z odpowiednim przeliczeniem oferowanej ilości, tj. min. 11 opakowań przy wadze opakowania 4,15 kg. Opisane w pytaniu wapno winno spełniać pozostałe wymagania SIWZ

Ad. 7 Papier do KTG Bicare FM1 oferowany w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** winien być z nadrukiem (siatką).

Ad. 8 Zamawiający wymaga w **Pakiecie Nr 1 poz. 10** papieru do VIDEOPRINTERA K-61 spełniającego wymagania SIWZ, tj. musi to być materiał oryginalny lub równoważny – co Zamawiający dopuścił w pkt III.2 SIWZ

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 16 poz. 1 i 2** do odrębnego pakietu.

Ad. 10 - 12 Zamawiający wymaga w **Pakiecie Nr 27 poz. 4 - 6** siatek spełniających wymagania określone w SIWZ

Ad. 15 Obciążenie Wykonawcy kosztem zakupu zastępczego, o którym mowa w pkt XV.15 Ogólnych warunków umowy oznacza obciążenie Wykonawcy różnicą pomiędzy całkowitą ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego, a ceną wynikającą z umowy.

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** również butelek z możliwością połączenia drenami Redona od 6 – 18 F, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 17 Zamawiający nie odstąpi od wymogu aby oferowane w **Pakiecie nr 7 poz. 1** cewniki do karmienia przez nos były pakowane prosto.

Ad. 18 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie nr 7 poz. 5** zgłębników żołądkowych bez otworu centralnego.

Ad. 19 Zamawiający dopuścił zaoferowanie w **Pakiecie nr 13 poz. 3** kieliszków do leków różnych opakowaniach z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań – stosowny zapis Zamawiający umieścił w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy).

Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 13 poz. 6 - 9** do odrębnego pakietu.

Ad. 21 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 11** również jednorazowego użytku ustników do badań spirometrycznych o średnicy wewnętrznej 29 mm i zewnętrznej 31 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 22 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie nr 13 poz. 12** ustników do badań gastroscopowych jednorazowego użytku

Ad. 23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 14 poz. 2** również cewników Foleya z balonem o pojemności 5 – 10 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 24 Zamawiający **oczekuje w Pakiecie Nr 14 poz. 2** cewników Foleya spełniających wymagania określone w SIWZ – dopuszcza ale nie wymaga aby sterylizowane radiacyjnie.

Ad. 25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Nr 14 poz. 4** (Wykonawca błędnie podał poz. 5) również sterylnych uniwersalnych zatyczek do cewników, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ

Ad. 26 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie nr 19 poz. 1** zestawów do lewatywy z drenem posiadających atraumatyczny otwór końcowy oraz dwa otwory boczne, bez plastikowej kanki.

Ad. 27 Zamawiający w **Pakiecie nr 23 poz. 1** miał na myśli szczoteczkę opisaną w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy).

Ad.28 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian zapisów SIWZ w odniesieniu do wymogów jakie musi spełniać przedmiot zamówienia oferowany w **Pakiecie nr 23 poz.1.**

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a