



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-69/13

Tarnów, 2013-10-21

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran i rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.2** - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem, przeznaczoną do chirurgii plastycznej o krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.2-5** – Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem przeznaczoną do chirurgii plastycznej, pozostałe parametry bez zmian?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1,2,3,4,5,6,7,11** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nici 70 cm.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.4** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podwiązki USP 0 250 cm na szpulce.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły plastycznej, odwrotnie tnącej 3/8 koła?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej przyostrzonej 1/2c?
7. **Dotyczy Ogólne warunki umowy** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 2 i utworzenie z niej odrębnego pakietu?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 24 mm?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 3/8 koła?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 3 i utworzenie z niej odrębnego pakietu?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej ze standardowym ostrzem? Pozostałe parametry bez zmian.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 250 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz.1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w rozmiarze 0,6x10 cm w opakowaniu a'10 szt? Pozostałe parametry bez zmian.
16. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.4** – Czy Zamawiający dopuszcza zmianę Ogólnych warunków umowy poprzez umieszczenie zapisu: „W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT.”



17. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.8** – Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień ogólnych warunków przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt.8: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
- a) 0,5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
 - b) 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii towaru.
18. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 30mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz.2 szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem, przeznaczoną do chirurgii plastycznej o krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi w pkt.Ad.3, Ad.5, Ad.6, Ad.9 i Ad.11.
- Ad.2.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 poz.2-5 szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem przeznaczoną do chirurgii plastycznej, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
- Ad.3.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz.1,2,3,4,5,6,7,11 nici o długości 70 cm.
- Ad.4.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 poz.4 podwiązki USP 0 250 cm na szpulce, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
- Ad.5.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz.2 zaoferowanie igły plastycznej, odwrotnie tnącej 3/8 koła, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi w pkt.Ad.1,Ad.3, Ad.6, Ad.9 i Ad.11
- Ad.6.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz.2 zaoferowanie igły okrągłej przyostrzonej 1/2c, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi w pkt.Ad.1, Ad.3, Ad.5, Ad.9 i Ad.11
- Ad.7. Ad.16 i Ad.17** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
- Ad.8.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.9.** Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
Z Pakietu Nr 1 wyłącza pozycje 2 do oddzielnego Pakietu i tworzy Pakiet 1A.
- Ad.10.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz.2 igły o długości 24 mm.
- Ad.11.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz.2 igłę 3/8 koła pozostałe parametry zgodnie z SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi w pkt.Ad.1,Ad.3, Ad.5, Ad.6 i Ad.9
- Ad.12.** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 4 pozycji nr 3 i utworzenie z niej odrębnego pakietu.
- Ad.13.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 poz.3 zaoferowanie igły okrągłej ze standardowym ostrzem, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Ad.14. Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 poz.4 zaoferowanie nici o długości 250 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad.15. Zamawiający dopuści również W Pakiecie Nr 6 poz.1 zaoferowanie plastrów w rozmiarze 0,6x10 cm w opakowaniu a' 10 szt., pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad.18. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz.3 szwów z igłą o dł. 30mm.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z póź.zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ :

1/ w zakresie pkt.III ppkt.4 z zapisu o treści :

„4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zawierających wybrane przez Wykonawcę pakiety. Oferta nie zawierająca całości asortymentu w ramach pakietu będzie odrzucona w ramach tego pakietu. Jeśli okaże się, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w danym pakiecie - postępowanie zostanie unieważnione w ramach pakietu.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na **8** pakietów.”

na zapis o treści:

„4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zawierających wybrane przez Wykonawcę pakiety. Oferta nie zawierająca całości asortymentu w ramach pakietu będzie odrzucona w ramach tego pakietu. Jeśli okaże się, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w danym pakiecie - postępowanie zostanie unieważnione w ramach pakietu.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na **9** pakietów.”

2/ w zakresie pkt.III ppkt.11 z zapisu o treści :

„11. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia:

- Nazwa i adres Zamawiającego
- Napis

**“Przetarg nieograniczony na dostawy – sprawa nr AE/ZP-27-69/13,
nie otwierać przed 24.10.2013 r., godz. 11⁰⁰,”**

Wskazane jest umieszczenie na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy”

na zapis o treści:

„11. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia:

- Nazwa i adres Zamawiającego
- Napis

**“Przetarg nieograniczony na dostawy – sprawa nr AE/ZP-27-69/13,
nie otwierać przed 25.10.2013 r., godz. 11⁰⁰,”**

Wskazane jest umieszczenie na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy”

3/ w zakresie pkt.IV ppkt.4.1 z zapisu o treści :

„4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty:

4.1. Załączenie do oferty próbek:

Pakiet Nr 1 – po 1 saszetce z pozycji: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11

- Pakiet Nr 2 – po 1 saszetce z pozycji: 2, 4, 5
- Pakiet Nr 3 – po 1 saszetce z pozycji: 1, 2, 4,5
- Pakiet Nr 4 – po 1 saszetce z pozycji: 3, 4
- Pakiet Nr 5 – po 1 saszetce z pozycji: 1, 3

Załączone do oferty próbki z Pakietu Nr 1-5 winny być oryginalnie zapakowane i oznaczone identycznie z oznaczeniami przedmiotu zamówienia, który będzie dostarczany Zamawiającemu w przypadku wyboru oferty.”

na zapis o treści:

„4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty:

4.2. Załączenie do oferty próbek:

- Pakiet Nr 1 – po 1 saszetce z pozycji: 1, 2, 4, 5, 8, 10 (numery pozycji z Formularza Cenowego po zmianie)
- Pakiet Nr 1A – po 1 saszetce z pozycji: 1
- Pakiet Nr 2 – po 1 saszetce z pozycji: 2, 4, 5
- Pakiet Nr 3 – po 1 saszetce z pozycji: 1, 2, 4,5
- Pakiet Nr 4 – po 1 saszetce z pozycji: 3, 4
- Pakiet Nr 5 – po 1 saszetce z pozycji: 1, 3

Załączone do oferty próbki z Pakietu Nr 1-5 winny być oryginalnie zapakowane i oznaczone identycznie z oznaczeniami przedmiotu zamówienia, który będzie dostarczany Zamawiającemu w przypadku wyboru oferty.”

4/ w zakresie pkt.IX ppkt.1 z zapisu o treści :

„1. Oferty należy składać w terminie do **24.10.2013 r., godz. 10⁰⁰** w budynku Dyrekcji Specjalistycznego Szpitala, ul. Szpitalna 13, pokój nr 11 w godz. od 8⁰⁰ do 15⁰⁰, przesłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską z uwzględnieniem postanowień pkt 3.”

na zapis o treści :

„1. Oferty należy składać w terminie do **25.10.2013 r., godz. 10⁰⁰** w budynku Dyrekcji Specjalistycznego Szpitala, ul. Szpitalna 13, pokój nr 11 w godz. od 8⁰⁰ do 15⁰⁰, przesłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską z uwzględnieniem postanowień pkt 3.”

5/ w zakresie pkt.X ppkt.1 z zapisu o treści :

„1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w **dniu 24.10.2013 r. o godz. 11⁰⁰** w budynku Dyrekcji przy ul. Szpitalnej 13, pokój nr 11”.

na zapis o treści:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w **dniu 25.10.2013 r. o godz. 11⁰⁰** w budynku Dyrekcji przy ul. Szpitalnej 13, pokój nr 11”.

W załączeniu Formularz Ofertowy i Formularz Cenowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ po zmianie w zakresie Pakietu Nr 1.

W związku z udzieloną odpowiedzią Ad.9 i wprowadzonymi zmianami do SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na

- składanie ofert do dnia 25 października 2013 r. godzina 10⁰⁰
- otwarcie ofert w dniu 25 października 2013 r. godzina 11⁰⁰

Równocześnie, działając na podstawie At. 38 ust 4 i 4 a oraz art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

