



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-72/13

Tarnów, 2013-10-21

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę mikrotomu - 1 sztuka dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt 7** - Czy Zamawiający dopuszcza mikrotom z zakresem ustawiania kąta nachylenia uchwytu na nóż od 0^0 do 8^0 ?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt 11** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w znacznik w kolorze czerwonym umieszczonym na głowicy (czerwona obręcz wokół głowicy), który informuje użytkownika o końcowym zakresie wysuwu głowicy prowadzącej preparat oraz wyposażonego w sprzęgło zabezpieczające, które zabezpiecza urządzenie w początkowym zakresie położenia głowicy prowadzącej w przypadku gdyby użytkownik próbował wsunąć głowicę poza zakres początkowy ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie mikrotomu z zakresem ustawiania kąta nachylenia uchwytu na nóż od 0^0 do 8^0 . Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 2

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mikrotomu wyposażonego w znacznik w kolorze czerwonym umieszczony na głowicy (czerwona obręcz wokół głowicy), który informuje użytkownika o końcowym zakresie wysuwu głowicy prowadzącej preparat oraz wyposażonego w sprzęgło zabezpieczające, które zabezpiecza urządzenie w początkowym zakresie położenia głowicy prowadzącej w przypadku gdyby użytkownik próbował wsunąć głowicę poza zakres początkowy.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a