



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-72/13

Tarnów, 2013-10-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę mikrotomu - 1 sztuka dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt 3** - Czy Zamawiający wymaga aby zakres grubości cięcia wynosił od 0-30 μm ze skokiem 1 μm w całym zakresie?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis pkt.3 Załącznika Nr 6 do SIWZ o treści : „Regulacja grubości cięcia w zakresie minimum od 0,5 μm do 30 μm ” na zapis „Regulacja grubości cięcia w zakresie minimum od 0 μm do 30 μm ze skokiem maksymalnie 1 μm ”

W związku z udzieloną odpowiedzią w punkcie Ad. 1 Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na :

- **składanie ofert do dnia 28.10. 2013r godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 28.10. 2013r godz. 11:00**

oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert następuje zmiana treści SIWZ w punkcie III.11, IX.1, X.1.

W załączeniu Załącznik Nr 6 po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a