



.....  
.....

**Znak: AE/ZP-27-72/13**

Tarnów, 2013-10-24

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę mikrotomu - 1 sztuka dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt 3** – Czy Zamawiający dopuszcza mikrotom z regulacją grubości cięcia w zakresie :
  - od 0-2  $\mu\text{m}$  w krokach co 0,5  $\mu\text{m}$ ,
  - od 2-10  $\mu\text{m}$  w krokach co 1  $\mu\text{m}$ ,
  - od 10-20  $\mu\text{m}$  w krokach co 2  $\mu\text{m}$ ,
  - od 20-60  $\mu\text{m}$  w krokach co 5  $\mu\text{m}$ ,

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1**

Zgodnie z zapisem w punkcie 3 Załącznika Nr 6 do SIWZ - Zamawiający wymaga regulacji grubości cięcia w zakresie minimum od 0 - do 30  $\mu\text{m}$  ze skokiem maksymalnie 1 $\mu\text{m}$ . Zamawiający dopuszcza również dla zakresu od 10-20  $\mu\text{m}$  regulację grubości cięcia ze skokiem 2  $\mu\text{m}$ , natomiast dla zakresu od 20  $\mu\text{m}$  regulację grubości cięcia ze skokiem 5 $\mu\text{m}$  Zamawiający dopuścił odpowiedź z dnia 23.10.2013r.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a