



.....

Znak: AE/ZP-27-73/13

Tarnów, 2013-10- 31

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 36.** Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby dreny i zestawy do odsysania były pakowane w podwójne opakowania : zewnętrzne folia-papier oraz wewnętrzne folia?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści dreny do odsysania pola operacyjnego o średnicy 5,6mm/8mm (wew/zew) spełniające pozostałe wymagania SIWZ.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści dreny do odsysania pola operacyjnego o średnicy 5,6mm/8mm (wew/zew) o długości 210 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści zestawy do odsysania pola operacyjnego o średnicy 5,6mm/8mm (wew/zew) kanka zakrzywiona w rozmiarze CH 23/24, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści zestawy do odsysania pola operacyjnego o średnicy 5,6mm/8mm (wew/zew) kanka zakrzywiona w rozmiarze CH 23/24, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.
6. **Dotyczy Formularz Ofertowego pkt II.1.** Wnosimy o zmianę zapisów dotyczących zmiany cen brutto przedstawionych w Formularzu Ofertowym na następujące: Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy – nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych droga decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: W przypadku zmiany stawki podatku VAT oraz zmian cen urzędowych, wartość brutto umowy ulegnie zmianie natomiast wartość netto pozostanie bez zmian”.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 7.** Prosimy o dopuszczenie w pozycji 7 w miejsce pierwotnych parametrów protez ze zbrojeniem zewnętrznym spiralnym, wykonanym z PTFE, z możliwością regulacji zbrojenia na całej długości protezy.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 w miejsce pierwotnych parametrów protez uszczelnionych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, bez impregnacji solami srebra, ale z możliwością łączenia jonowego powleczenia protezy z antybiotykiem. Długość 40 cm dla średnic: 6, 7, 8 mm; 60 cm dla średnic 12, 14 16 mm oraz 50 cm dla średnic 18, 20, 22, 24 mm.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 18.** Czy Zamawiający nie popełnił omyłki wymagając protez zbrojonych?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 2.** Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 w miejsce pierwotnych parametrów łat uszczelnionych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści protezy o średnicach 6 mm, 7 mm, 8 mm i długości 70 cm (pozostałe parametry bez zmian)?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści protezy o długości 50 cm (pozostałe parametry bez zmian)?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu będącego biologiczną łatą osierdziową przeznaczoną do rekonstrukcji naczyń obwodowych, w tym tętnic szyjnych, nerkowych, biodrowych, udowych oraz operacji wewnątrz sercowych o rozmiarze 2 cm x 9 cm.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Pakietu 18 i utworzenie oddzielnego pakietu?



15. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 16, pozycji 1 protez naczyniowych z PTFE, pierwotnie szczelnych, antytrombogennych, bez reakcji immunologicznej i tkankowej, wysoka wytrzymałość mechaniczna, widoczna linia orientująca, o rozmiarach: 6 mm x 40 cm, 7 mm x 50 cm, 8 mm x 40 cm, 10 mm x 50 cm.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 2.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 16, pozycji 2 protez naczyniowych z PTFE, pierwotnie szczelnych, antytrombogennych, bez reakcji immunologicznej i tkankowej, wysoka wytrzymałość mechaniczna, widoczna linia orientująca, o rozmiarach: 6, 7, 8 mm x 60 cm, oraz 10 mm x 70 cm.
17. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 6.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 16, pozycji 6 protez naczyniowych z PTFE, o dwuwarstwowej budowie ściany, pierwotnie szczelnych, antytrombogennych, bez reakcji immunologicznej i tkankowej, wysoka wytrzymałość mechaniczna, widoczna linia orientująca, o rozmiarach 6 mm x 70 cm.
18. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu łączącego do odsysania pola operacyjnego, średnica 5,6 mm, długość 3 m.
19. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu łączącego do odsysania pola operacyjnego, średnica 7 mm, długość 4 m.
20. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu łączącego do odsysania pola operacyjnego, średnica 5,6 mm, długość 2,10 m.
21. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania złożonego z drenu o średnicy 5,6 mm, długości 3,50 m.
22. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 4.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania złożonego z drenu o średnicy 5,6 mm, długości 3,50 m.
23. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 1 - 4.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy asortyment ma być pakowany w podwójne opakowanie folia-papier z perforowanym wewnętrznym workiem.
24. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 1 - 4.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dren ma posiadać podłużne wzmocnienie na całej długości.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 i 23 Zamawiający wymaga w **Pakiecie Nr 36** drenów i zestawów do odsysania spełniających wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy), jednym z wymogów jest sterylność oferowanych wyrobów - opakowanie winno zabezpieczać tą sterylność.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie **Pakiecie Nr 36 poz. 1** również drenów do odsysania pola operacyjnego o średnicy 5,6mm/8mm (wew/zew), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie **Pakiecie Nr 36 poz. 2** również drenów do odsysania pola operacyjnego o średnicy 5,6mm/8mm (wew/zew) o długości 210 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie **Pakiecie Nr 36 poz. 3** zestawów do odsysania pola operacyjnego o średnicy 5,6mm/8mm (wew/zew) kanka zakrzywiona w rozmiarze CH 23/24.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie **Pakiecie Nr 36 poz. 4** zestawów do odsysania pola operacyjnego o średnicy 5,6mm/8mm (wew/zew) kanka zakrzywiona w rozmiarze CH 23/24.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do zapisów Pkt II.1 Formularza Ofertowego.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 16 poz. 7 również w miejsce pierwotnych parametrów protez ze zbrojeniem zewnętrznym spiralnym, wykonanym z PTFE, z możliwością regulacji zbrojenia na całej długości protezy.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 18 poz. 1 opisanych w pytaniu protez naczyniowych.

Ad. 9 W opisie **Pakietu Nr 18** wystąpiła omyłka pisarska, w związku z czym dotychczasowy zapis „Pakiet Nr 18 - Protezy naczyniowe impregnowane solami srebra i zbrojone oraz łaty naczyniowe”

otrzymuje brzmienie „Pakiet Nr 18 - Protezy naczyniowe impregnowane solami srebra oraz łąty naczyniowe”.

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 18 poz. 2 opisanych w pytaniu łąt naczyniowych.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 16 poz. 2 również protez o średnicach: 6 mm, 7 mm, 8 mm i długości 70 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym również zaoferowania protezy o średnicy 10 mm.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 6** również protez o długości 50 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 18 poz. 2 opisanych w pytaniu łąt naczyniowych.

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **pozycji 2 z Pakietu Nr 18** i utworzenie z niej oddzielnego pakietu.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 1** również protez naczyniowych z PTFE, pierwotnie szczelnych, antytrombogenicznych, bez reakcji immunologicznej i tkankowej, wysoka wytrzymałość mechaniczna, widoczna linia orientująca, o rozmiarach: 6 mm x 40 cm, 7 mm x 50 cm, 8 mm x 40 cm, 10 mm x 50 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 2** również protez naczyniowych z PTFE, pierwotnie szczelnych, antytrombogenicznych, bez reakcji immunologicznej i tkankowej, wysoka wytrzymałość mechaniczna, widoczna linia orientująca, o rozmiarach: 6, 7, 8 mm x 60 cm, oraz 10 mm x 70 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 6** również protez naczyniowych z PTFE, o dwuwarstwowej budowie ściany, pierwotnie szczelnych, antytrombogenicznych, bez reakcji immunologicznej i tkankowej, wysoka wytrzymałość mechaniczna, widoczna linia orientująca, o rozmiarach 6 mm x 70 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 36 poz. 1** również drenu łączącego do odsysania pola operacyjnego, średnica 5,6 mm, długość 3 m, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 36 poz. 1** drenu łączącego do odsysania pola operacyjnego, średnica 7 mm, długość 4 m.

Ad. 20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 36 poz. 2** również drenu łączącego do odsysania pola operacyjnego, średnica 5,6 mm, długość 2,1 m, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 21 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 36 poz. 3** zestawu do odsysania złożonego z drenu o średnicy 5,6 mm, długości 3,50 m.

Ad. 22 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 36 poz. 4** zestawu do odsysania złożonego z drenu o średnicy 5,6 mm, długości 3,50 m.

Ad. 24 Zamawiający wymaga w **Pakiecie Nr 36** drenów i zestawów do odsysania spełniających wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy) - nie wymaga aby oferowane dreny posiadały podłużne wzmocnienie na całej długości.

Równocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert z 31.10.2013 godz. 10⁰⁰ na 06.11.2013 r. godz. 10⁰⁰ oraz termin otwarcia ofert z 31. 10.2013 godz. 10¹⁰ na 06.11.2013 r. godz. 10¹⁰.

W załączeniu Formularz Cenowy uwzględniający odpowiedź w pkt ad. 9.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a oraz art. 12 a ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany treści SIWZ w pkt III.11, IX.1 i X.1 oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a