

Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakietach Nr 1 - 4

L.p.	Wymagane parametry dla:	Wpisać oferowane parametry
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1		
1.	Dla pozycji 1-7: w każdym przypadku bezodczynnikiowe zestawy do identyfikacji drobnoustrojów za pomocą testów biochemicznych stanowiących 1 panel diagnostyczny, czas inkubacji do 24 godzin.	
2.	Dla pozycji 8: zestaw do identyfikacji bakterii beztlenowych za pomocą min 23 testów biochemicznych – stanowiących 1 panel diagnostyczny, czas inkubacji 24 - 48 godzin.	
3.	Dla pozycji 1-8: w każdym przypadku zestawy kompletne do wykonania oznaczenia, tzn. w skład zestawu wchodzi paski identyfikacyjne oraz nośniki zawiesziny bakteryjnej niezbędne do wykonania badania; w pozycji nr 8 – wszystkie dodatkowe odczynniki potrzebne do odczytu testu (rodzaj i ilość dodatkowych odczynników określa Wykonawca ujmując te materiały w formularzu Cenowym)	
4.	Dla pozycji 1-8: do każdej dostawy dołączony certyfikat jakości, który powinien zawierać: nazwę testu, nazwę producenta, datę ważności, numer serii oraz wyniki kontroli jakości.	
5.	Dla pozycji 10-14: w każdym przypadku zestawy kompletne do wykonania oznaczenia .	
6.	Dla pozycji 10-14: do każdej dostawy dołączony certyfikat jakości, który powinien zawierać: nazwę testu, nazwę producenta, datę ważności, numer serii, wyniki kontroli jakości.	
7.	Dla pozycji 1-14: data ważności – min. 12 miesięcy od daty dostawy	
8.	Dla pozycji 1-14: wraz z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
9.	Dla pozycji 1-14: w przypadku gdy zaoferowany odczynnik posiada w swoim składzie substancje niebezpieczne - do każdej dostawy dołączona karta charakterystyki produktu	
10.	Dla pozycji 1-14: Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 15		
1.	Czytnik wielokanałowy wraz z komputerem, drukarką oraz oprogramowaniem komputerowym do automatycznego odczytu testów identyfikacyjnych – biochemicznych paneli diagnostycznych zaoferowanych w poz. 1 - 8	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry dla:	Wpisać oferowane parametry
2.	W zestawie z czytnikiem jedno urządzenie do oznaczania gęstości i standaryzacji zawiesiny bakteryjnej. Możliwość przeprowadzenia pomiarów zmętnienia w skali 0-15 McFarlanda. W cenie dzierżawy kalibracja urządzenia potwierdzona wystawieniem świadectwa kalibracji, które będzie dostarczone Zamawiającemu wraz z urządzeniem	
3.	W zestawie z czytnikiem pipeta automatyczna do inokulacji paneli identyfikacyjnych; w cenie dzierżawy kalibracja pipety potwierdzona wpisem do paszportu technicznego oraz wzorcowanie pipety potwierdzone wystawieniem świadectwa wzorcowania przez wzorcujące laboratorium akredytowane. Świadectwo wzorcowania będzie dostarczone Zamawiającemu wraz z pipetą.	
4.	Wraz z dostawą instrukcja obsługi (w języku polskim): czytnika, pipety oraz urządzenia do oznaczania gęstości i standaryzacji zawiesiny bakteryjnej	
5.	W cenie dzierżawy szkolenie personelu w zakresie obsługi czytnika w siedzibie zamawiającego	
6.	Za transport czytnika wraz z dodatkowym wyposażeniem do siedziby Zamawiającego odpowiada Wykonawca	
7.	Wliczony w dzierżawę (w tym transport do naprawy lub przyjazd serwisanta) serwis do 72 godzin od zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub wstawienie czytnika zastępczego na czas naprawy przy naprawie trwającej powyżej 72 godzin. Serwis dotyczy również dostarczanych wraz z czytnikiem pipety i urządzenia do oznaczania gęstości i standaryzacji zawiesiny bakteryjnej	
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2		
1.	Dla pozycji 1: paski do określania wrażliwości bakterii bezwzględnie beztlenowych na antybiotyki w półpłynnym podłożu. Paski opracowane zgodnie z zaleceniami EUCAST – zestaw kompletny do wykonania oznaczenia, tzn w skład zestawu wchodzi paski oraz podłoża wzrostowe niezbędne do wykonania badania	
2.	Dla pozycji nr 2: paski do określania wrażliwości grzybów drożdżopodobnych na leki przeciwgrzybicze w półpłynnym podłożu – dobór leków i interpretacja zgodne z rekomendacjami EUCAST .Możliwość podawania wyniku w postaci MIC lub kategorii: wrażliwy/średniowrażliwy/oporny. Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia tzn w skład zestawu wchodzi paski oraz podłoża wzrostowe niezbędne do wykonania badania	
3.	Dla poz. 1 i 2: Data ważności min 6 miesięcy od daty dostawy	
4.	Dla poz. 1 i 2: do każdej dostawy dołączone świadectwo kontroli jakości zawierające: nazwę testu, nazwę producenta, datę ważności, numer serii, oraz wyniki kontroli jakości.	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry dla:	Wpisać oferowane parametry
5.	Dla poz. 3: płytki odciskowe, z agarem sterylizowanym radiacyjnie do monitorowania zanieczyszczeń mikrobiologicznych w środowisku szpitalnym. Płytki z meniskiem wypukłym pozwalającym na bezpośrednie pobranie materiału z badanych powierzchni. Podłoża z czynnikami neutralizującymi inaktywującymi pozostałości środków dezynfekcyjnych. Pakowane w trzy warstwy folii, w pakiety zawierające nie więcej niż 10 płytek. W ofercie uwzględnione bezpłatne użyczenie urządzenia – aplikatora do pobierania prób do badań czystości powierzchni poprzez ujednolicenie nacisku na powierzchnię płytki. Aplikator musi być kompatybilny z oferowanymi podłożami.	
6.	Dla poz. 4: Agar tryptozowo-sojowy - podłoża gotowe, na płytkach z agarem sterylizowanym radiacyjnie do monitorowania skażenia mikrobiologicznego w środowisku szpitalnym, do pobierania prób powietrza metodą sedimentacyjną. Średnica płytki 90 mm, podłoża pakowane potrójnie, w pakiety zawierające nie więcej niż 10 płytek.	
7.	Dla poz. 5: Agar Sabouraud z dekstrozą - podłoża gotowe, na płytkach z agarem sterylizowanym radiacyjnie do monitorowania skażenia mikrobiologicznego w środowisku szpitalnym, do pobierania prób powietrza metodą sedimentacyjną. Średnica płytki 90 mm, podłoża pakowane potrójnie, w pakiety zawierające nie więcej niż 10 płytek.	
8.	Dla poz. 6: Agar do wybiórczej izolacji bakterii Gram(+) z materiału klinicznego, z dodatkiem antybiotyków hamujących wzrost większości bakterii Gram (-). Podłoże gotowe na płytkach o średnicy 90 mm	
9.	Dla poz. 3 - 6: do każdej dostawy dołączone świadectwo kontroli jakości zawierające: nazwę podłoża, nazwę producenta, datę ważności, numer serii oraz kontrolę jakości przeprowadzoną ze szczepami wzorcowymi.	
10.	Dla poz. 3 - 6: data ważności min 4 tygodnie od daty dostawy	
11.	Dla pozycji 1-6: Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 3		
1.	Dla poz. 1 - 5: min. data ważności 12 m-cy od dostawy	
2.	Dla poz. 1 - 5: w opakowaniach nie większych niż 20 oznaczeń	
3.	Dla poz. 1 - 5: Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry dla:	Wpisać oferowane parametry
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4		
1.	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia: w skład zestawu wchodzi: odczynnik diagnostyczny dla E. coli O26, odczynnik diagnostyczny dla VcO103, odczynnik diagnostyczny dla VcO104, odczynnik diagnostyczny dla EcO111, odczynnik diagnostyczny dla VcO121, odczynnik diagnostyczny dla VcO145, odczynnik diagnostyczny dla VcO157, lateks kontrolny , wieloważny antygen kontrolny , płytki szklane z wyznaczonymi polami do badań, pałeczki – mieszadelka z tworzywa sztucznego.	
2.	Minimalna data ważności – 9 miesięcy od dostawy.	
3.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty