



Znak: AE/ZP-27-85/13

Tarnów, 2013-12- 23

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości w opisie asortymentu. Zamawiający wymaga wtyczki czujnika typu DB9, która ma 9 pinów (złącze męskie) a jednocześnie wymaga wtyczki 7 pinowej. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie czujnika o wtyczce DB- - 9 pinowej?
2. **Dotyczy Nr 3 poz. 1.** Czy w powyższej pozycji Zamawiający wymaga czujnika bezklejowego (rzepowego) czy też klejowego?
3. **Dotyczy SIWZ pkt XV – Ogólne warunki umowy ppkt 4.** Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie powyższego zapisu odnośnie stawki podatku VAT. Zamawiający przewiduje wzrost wartości brutto?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-3.** Państwo zamawiają 45 m każdej z tej taśm. Taśmy te występują w następujących długościach: 1,5 2,5 m oraz 45,5 m oraz dostępne są warianty: lateksowa oraz bezlateksowa. Proszę o informację w jakich rozmiarach oraz lateks czy bezlateksowa interesują Państwa powyższe taśmy do ćwiczeń.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4.** Państwo zamawiają 125 m. Taśma ta występuje w rozmiarach 5 m lub 17 m. Dodatkowo oprócz taśm klasycznych (tylko rozmiar 5 m) dostępna jest również taśma delikatna dla alergików. Czy interesują Państwa rolki 5 m w ilości 25 sztuk (klasyczne czy delikatne)
6. **Dotyczy SIWZ pkt XV – Ogólne warunki umowy.** Czy zamawiający odstąpi od zapisu umowy Rozdz.XIV pkt 4 Ogólne Warunki Umowy i mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadą neutralności VAT dla podatnika – podatek powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę), wprowadzi do umowy zapis: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza, a nawet wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** czujnika typu DB9, która ma 9 pinów (złącze męskie). Zapis dotyczący 7 pinów jest omyłką pisarską.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie nr 3 poz. 1** zarówno czujnika bezklejowego (rzepowego) jak również klejowego.

Ad 3 Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość wzrostu stawki podatku VAT. W przypadku wystąpienia takiej zmiany warunki, na jakich zmiana ta będzie dokonana – Zamawiający uzgodni z Wykonawcą związanym z Zamawiającym umową po przeprowadzonym przetargu.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 5 poz. 1 – 3 taśm o długości 1,5 m, 2,5m oraz 45,5 m, zarówno lateksowych jak i bezlateksowych.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 4 zarówno taśm o długości 5 jak i 17 m, a ponadto dopuszcza zarówno taśmy klasyczne jak i dla alergików.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

W załączeniu Formularz Cenowy po poprawieniu omyłki pisarskiej.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

