



Znak: AE/ZP-27-02/14

Tarnów, 2014-01- 21

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy: sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, prześcieradeł, podkładów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie zadania 5 z poz. pakietu 2 i dopuszczenie: serweta rozmiar 240x380 cm wykonana z nieprzemakalnej włókniny, z warstwą chłonną, osłonami na pulpit sterowniczy z obu stron i czterema otworami przylepnymi, 2 otwory udowe – rozmiar otworów udowych 7x10 cm, 2 otwory promieniowe – rozmiar otworów promieniowych 4x6 cm. Pozostałe parametry i skład zestawu zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9, 18.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu pozycji nr 9 prześcieradło papierowo-foliowe oraz pozycji nr 18 prześcieradło papierowe w osobny pakiet?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podkłady o długości rolki 50m? Czy w razie wyrażenia zgody możemy przeliczyć ilość rolek na 320 szt.?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9.** Prosimy o dopuszczenie podkładów z perforacją co 38 cm.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści maski operacyjne pakowane w kartonik?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowego użytku o gramaturze 35 g/m²?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9.** Czy Zamawiający dopuści podkłady z perforacją co 38 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 15.** Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyny w rozmiarze 120 cmx35 cm?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyny w rozmiarze 30 x 60 cm lub 30 x 80 cm?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 19.** Czy Zamawiający dopuści fartuchy foliowe w opakowaniach a' 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie serwety do angiografii promieniowo udowej o wymiarach 240x300cm z dwoma samoprzylepnymi otworami udowymi o wymiarach 9 cm oraz dwoma otworami samoprzylepnymi, promieniowymi o wymiarze 9 cm, pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4.** Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści możliwość zaoferowania zestawów uniwersalnych zawierających dodatkowo 2 ściereczki do osuszania rąk oraz 1 taśmę samoprzylepną, pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 15, 16.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o modyfikację treści SIWZ w ten sposób, iż w opisie gramatury laminatów zostanie dopisane sformułowanie „minimum 60 g/m²”.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny wysokobariowej typu SMMMS, co oznacza włókninę SMS ze wzmocnioną warstwą wewnętrzną?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycje: 4, 12, 13, 15, 16.** Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na zestawy wykonane z nieprzemakalnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze minimalnej 55g/m² spełniające wszystkie pozostałe wymogi obowiązujących norm dotyczące nieprzemakalności i wytrzymałości na rozerwanie.

16. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 4.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego o następującym składzie:
1 serweta na stół narzędziowy, rozmiar 150 x 100 cm
2 serwety samoprzylepne, rozmiar 170 x 175 cm
2 serwety samoprzylepne, rozmiar 75 x 90 cm.
17. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 5.** Czy można zaoferować zestaw do angiografii o składzie:
1 serweta na stół narzędziowy, rozmiar 140 x 190 cm,
1 wzmocniona serweta angiograficzna typu radial/brachial (radial 12x7 cm, brachial Ø8 cm), rozmiar 340 x 240 cm,
2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm.
18. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycje 10 - 11.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowców foliowych na przewody w rozmiarze 13 x 250 cm
19. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 12.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego o następującym składzie:
1 serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm
1 obłożenie stołka Mayo 80 x 145 cm
1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm
1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 260 x 200 cm
1 serweta nieprzylepna 150 x 150 cm
1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
1 osłona na kończynę 35 x 120 cm
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
20. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 13.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana o następującym składzie:
1 serweta na stół narzędziowy – 140 x 190 cm
1 obłożenie stołka Mayo -80 x 145 cm
1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm
1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 200 cm
1 osłona na kończynę – 25 x 80 cm
2 taśmy samoprzylepne – 10 x 50 cm
2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
21. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 14.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia o następującym składzie:
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki – 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)
1 serweta do nakrycia stołka Mayo 80 x 145 cm
1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29x19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250x 315 cm (ułożenie płasko na stole)
1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
22. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 15.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego o następującym składzie:
1 serweta na stół narzędziowy – 140 x 190 cm
1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm
1 serweta samoprzylepna 170 x 175 cm
2 serwety samoprzylepne 75 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
Dodatkowo pakowana niezależnie od zestawu jednokomorowa kieszeń w rozmiarach 43 cm x 38 cm.
23. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 16.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów ginekologicznych o następującym składzie:
1 serweta na stół narzędziowy – 140 x 190 cm



- 1 serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów 290 x 250 cm, okno 9 x 12 cm
1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
1 ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
24. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 17.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii o następującym składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy – 140 x 190 cm
1 obłożenie stolika Mayo 80x145 cm
1 serweta do zabiegów laparoskopii 300 x 250 cm, okno 28 x 32 cm
2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
Dodatkowo pakowana niezależnie od zestawu taśma samoprzylepna w rozmiarze 10 x 50 oraz osłona na przewody 13 x 250 cm.
25. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 18.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony do aparatu w rozmiarach 50 x 100 cm?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający wymaga aby oferowane w Pakiecie Nr 2 zestawy obłożeń, serwety i odzież operacyjna spełniały normy EN 13795 1, 2, 3, obowiązującej w stosunku do materiałów barierowych stosowanych na bloku operacyjnym? Czy fakt spełniania wymogów wyżej wymienionej normy należy potwierdzić stosownymi dokumentami dołączonymi do oferty?
27. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4.** Czy Zamawiający dopuszcza zmianę pkt 4 Ogólnych warunków umowy poprzez umieszczenie zapisu: „W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT.”
28. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.8.** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień ogólnych warunków przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt 8 „a) 0,5% wartości zamówionej a nie dostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.” b) 0,5% wartości zamówionej partii towaru – w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii towaru.
29. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści maskę pakowaną w kartonik?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze niebieskim?
31. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze niebieskim, pakowane po 20 szt.?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 43 g/m² w kolorze niebieskim o wymiarach 200x90 cm, pakowane po 40 szt.?
33. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści podkład włókninowy o wymiarach 160 x 90 cm pakowany po 25 szt.?
34. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści poszwę o wymiarach 200 x 150 cm?
35. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 15.** Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 120 x 37 cm?
36. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 80 x 45 cm?
37. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 18.** Czy Zamawiający dopuści prześcieradło bibułowo – foliowe o szerokości 51 cm z perforacją co 50 cm?
38. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-13.** Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z Pakietu Nr 2 poz. 1-13.
39. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z laminatu wymaganego w SIWZ, ale o gramaturze 56g/m² o następującym składzie:
serweta z przylepcem rozmiar 240 cm x 150 cm – 1 szt.,
serweta z przylepcem rozmiar 180 x 170 cm – 1 szt.,
serweta z przylepcem – przylepiec na szerszym boku rozmiar 90 x 75 cm – 2 szt.



- serwetki do rąk rozmiar 40 x 20 cm – 2 szt.?
40. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści obłożenie o następującym składzie:
serweta z dwoma otworami o średnicy 8 cm i przylepcami rozmiar 320 cm x 180 cm – 1 szt.,
serweta z otworem o średnicy 8 cm i przylepcami wokół otworu i na boku rozmiar 90x75 cm - 1 szt.
serweta z przylepcami rozmiar 90 x 75 cm – 2 szt.,
serweta rozmiar 90x75 cm – 2 szt.,
serwetki do rąk rozmiar 40 x 20 cm – 2 szt.?
41. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści serwetę 75 cm x 45 cm.
42. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 10.** Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody o wymiarach 15 x 250 cm, nawinięty na pierścień z taśmą oraz kartonikiem na końcach ułatwiającymi aplikację na narzędziu?
43. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści pokrowiec 183 x 105 cm?
44. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 12.** Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z laminatu wymaganego w SIWZ, ale o gramaturze 56g/m² o następującym składzie:
serweta z przylepcem z wycięciem 100x20 cm w kształcie litery „U” rozmiar 260 cm x 240 cm – 1 szt.,
serweta z przylepcem rozmiar 240 x 150 cm – 1 szt.,
pokrowiec na nogę rozmiar 120 x 37 cm – 1 szt.,
kieszonka na płyny z kształtką rozmiar 40 x 30 cm – 1 szt.,
taśma medyczna rozmiar 50 x 9 cm – 6 szt.,
serweta na stół instrumentariuszki rozmiar 190 x 150 cm – 1 szt.,
serweta na stolik Mayo rozmiar 145 x 80 cm – 1 szt.,
serwetki do rąk rozmiar 40 x 20 cm – 2 szt.?
45. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 13.** Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z laminatu wymaganego w SIWZ, ale o gramaturze 56g/m² o następującym składzie:
serweta z otworem elastycznym o średnicy 6 cm i workiem z kształtką do zbierania płynów rozmiar 320 cm x 240 cm – 1 szt.,
pokrowiec na nogę rozmiar 75 x 37 cm – 1 szt.,
taśma medyczna rozmiar 50 x 9 cm – 2 szt.,
serweta na stół instrumentariuszki rozmiar 190 x 150 cm – 1 szt.,
serweta na stolik Mayo rozmiar 145 x 80 cm – 1 szt.,
serwetki do rąk rozmiar 40 x 20 cm – 2 szt.?
46. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy.** Czy za dni robocze w rozumieniu umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?
47. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający może określić jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie na pewno zamówiony.
48. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
49. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy można zaoferować fartuchy o długościach : L-120cm, XL-130cm i XXL-150cm?
50. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwetki w rozmiarach 240cmx150cm.
51. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z pełnobarierowej włókniny polipropylenowo-polietylenowej laminatu o gramaturze 57,5g/m², z serwetką dolną w rozmiarach 175cmx180cm?
52. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5.** Prosimy o wydzielenie pozycji z całości pakietu i utworzenie z niej odrębnego przedmiotu zamówienia.
53. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 7.** Czy można zaoferować serwetę z otworem o średnicy 6 cm?
54. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 9.** Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na serwetę w rozmiarach 38cmx45cm.

55. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 10.** Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pokrowiec w rozmiarach 250x13 cm?
56. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 11.** Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na pokrowiec w rozmiarach 90x225cm.
57. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 12.** Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu obłożeń wykonanego z 2-warstwowej włókniny o gramaturze 57,5g/m² posiadającego wzmocnienie (trzecią warstwę) w obszarze krytycznym – gramatura obszaru krytycznego 112,5g/m² – o następującym składzie i rozmiarach:
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm
 - 4 ręczniki 30 x 40 cm
 - 1 serweta na stół Mayo 80 x 145 cm
 - 1 serweta operacyjna, 2-warstwowa 75-90cm
 - 1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa (podkład pod biodro) 150x180cm
 - 1 osłona na kończynę 33x110cm
 - 2 taśmy samoprzylepne 10x50cm
 - 1 serweta ze wzmocnieniem wokół pola operacyjnego 2 warstwowa Plus 225 x 280 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
 - 1 serweta anestetyczna ze wzmocnieniem 2-warstwowa Plus z wycięciem 45x65cm z osłoną podpórki kończyn górnych
58. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 13.** Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu obłożeń wykonanego z 2-warstwowej włókniny o gramaturze 57,5g/m² posiadającego wzmocnienie (trzecią warstwę) w obszarze krytycznym – gramatura obszaru krytycznego 112,5g/m² – o następującym składzie i rozmiarach:
- 2 x ręczniki 30x40
 - 1 x osłona na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
 - 1 taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm,
 - 1 x osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm
 - 1 x serweta operacyjna (pod pacjenta) o wymiarach 150 x 180 cm
 - 1 serweta operacyjna o wymiarach 320 cm x 225 cm z samouszczelniającym otworem o średnicy 7 cm, wyposażona w dodatkową warstwę chłonną w strefie krytycznej, oraz zintegrowane uchwyty do przewodów i drenów.
 - 1 x serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu), min. rozmiary warstwy chłonnej 70 x 190 cm
59. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 14.** Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu obłożeń wykonanego z 2-warstwowej włókniny o gramaturze 57,5g/m² o następującym składzie i rozmiarach:
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
 - 4 ręczniki 30 cm x 40 cm
 - 1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm
 - 1 serweta dla noworodka 90 cm x 110 cm z miękkiego nieprzemakalnego materiału włókninowego
 - 1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji na plecach, z otworem 35 cm x 37 cm w okolicach jamy brzusznej, z oknem otoczonym folią chirurgiczną ze zintegrowaną torbą na płyny z lejkami odprowadzającymi płyny z osłoną podpórki kończyn górnych
60. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 15** - Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu obłożeń wykonanego z 2-warstwowej włókniny o gramaturze 57,5g/m² o następującym składzie i rozmiarach:
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
 - 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
 - 1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm
 - 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
 - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm



- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm
z dzielonym paskiem samoprzylepnym 15 + 70 + 15 cm
z taśmą samoprzylepną 9cm x 50cm oraz kieszenią 38x40cm pakowanymi oddzielnie.
61. **Poz. 16** – Czy można zaoferować obłożenie sterylne wykonane z 2-warstwowej włókniny o gramaturze 57,5g/m² o następującym składzie i rozmiarach:
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
 - 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
 - 1 taśma samoprzylepna 9x50cm
 - 1 serweta ginekologiczna 175x210cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepą
 - 1 serweta – podkład pod pacjenta 75x120cm?
62. **Poz. 17** – Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na sterylne zestaw do laparoskopii wykonany z 2-warstwowej włókniny o gramaturze 57,5g/m² o następującym składzie i rozmiarach:
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
 - 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
 - 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
 - 1 serweta do laparoskopii 260/200 cm x 335 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z osłoną podpórki na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów
- Z oddzielnie pakowanymi 2 nogawicami w rozmiarach 75x120cm?
- lub alternatywnie** zestaw o następującym składzie i rozmiarach :
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
 - 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
 - 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
 - 1 serweta do laparoskopii 260x310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z osłoną podpórki kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów.
63. **Poz. 18** – Czy można zaoferować osłonę do aparatu o średnicy 45-50 cm w stanie spoczynku, po rozciągnięciu 85-90cm ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 2 poz. 5**, natomiast dopuszcza zaoferowanie serwety rozmiar 240x380 cm wykonanej z nieprzemakalnej włókniny, z warstwą chłonną, osłonami na pulpit sterowniczy z obu stron i czterema otworami przylepnymi, 2 otwory udowe – rozmiar otworów udowych 7x10 cm, 2 otwory promieniowe – rozmiar otworów promieniowych 4x6 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 2. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 1 poz. 9 i 18**.

Ad 3. Zamawiający nie musi dopuszczać w **Pakiecie Nr 1 poz. 9** prześcierań w rolce o długości rolki 50 m, ponieważ zapisał w Załączniku Nr 1 do SIWZ, że dopuszcza również rolki o mniejszej długości z odpowiednim do zapotrzebowania przeliczeniem liczby oferowanych rolek. Jeżeli długość rolki wynosi 50 to Wykonawca winien zaoferować 320 rolek.

Ad 4 i 7. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 9** prześcierań w rolce z perforacją co 38 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 5 i 29. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** maski pakowanej w kartoniki, pod warunkiem, że opakowanie zbiorcze będzie zabezpieczone folią i maska będzie spełniała pozostałe wymagania SIWZ.

Ad 6. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** prześcierała jednorazowego użytku o gramaturze 35 g/m².

Ad 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 15** osłony na kończynę w rozmiarze 120x35 cm.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 16** osłony na kończynę w rozmiarze 30 x 80 cm, nie wyraża również zgody na osłonę o rozmiarze 30 x 60 cm.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050

Ad 10. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 19** fartuchów foliowych w opakowaniach a' 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pod warunkiem, że będą spełniały pozostałe wymagania SIWZ.

Ad 11. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 5** serwety do angiografii promieniowo udowej o wymiarach 240x300cm z dwoma samoprzylepnymi otworami udowymi o wymiarach 9 cm oraz dwoma otworami samoprzylepnymi, promieniowymi o wymiarze 9 cm, pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian; pod warunkiem, że spełniania pozostałe wymagania SIWZ.

Ad 12. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** zestawów uniwersalnych zawierających dodatkowo 2 ściereczki do osuszania rąk oraz 1 taśmę samoprzylepną, pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian; pod warunkiem, że spełniania pozostałe wymagania SIWZ.

Ad 13. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ, natomiast dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie nr 2 poz. 15 i 16** obłożeń wykonanych z laminatu o gramaturze wyższej niż 60 g/m², pod warunkiem spełniania pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** fartucha wykonanego z włókniny typu SMMMS, dopuszcza tylko fartuchy wykonane z włókniny typu SMS lub SMMS.

Ad. 15 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz.: 4, 12, 13, 15, 16** zestawów wykonanych z nieprzemakalnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze minimalnej 55g/m² spełniających wszystkie pozostałe wymogi obowiązujących norm dotyczące nieprzemakalności i wytrzymałości na rozierwanie, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** zestawu serwet opisanego w zapytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 5** zestawu serwet opisanego w zapytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 18 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 10 - 11** pokrowców foliowych na przewody w rozmiarze 13 x 250 cm

Ad. 19 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 12** zestawu serwet do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 13** zestawu serwet do artroskopii kolana opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 21 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 14** zestawu serwet do cesarskiego cięcia opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 22 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 15** zestawu uniwersalnych serwet opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 16** zestawu serwet do zabiegów ginekologicznych opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 24 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 17** zestawu serwet do laparoskopii opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 18** osłony do aparatu w rozmiarach 50 x 100 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 26 Wymagania jakie ma spełniać przedmiot zamówienia oferowany w **Pakiecie Nr 2** zostały określone w SIWZ.

Ad 27 i 28. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę.

Ad. 30. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** czepka w kolorze niebieskim, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 31. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** prześcieradła w kolorze niebieskim pakowanego po 20 sztuk, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 32 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** prześcieradła o gramaturze 43 g/m² w kolorze niebieskim pakowanego po 40 szt., pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. Nie wyraża natomiast zgody na zaoferowanie prześcieradła o wymiarach 200 x 90 cm.



Ad 33 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** podkładu włókninowego o wymiarach 160 x 90 cm pakowanego po 25 szt., pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 34 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 11** poszwy o wymiarach 200 x 150 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 35 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 15** osłony na kończynę o wymiarach 120 x 37 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 36 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 16** osłony na kończynę o wymiarach 80 x 45 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 37 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 18** prześcieradła bibułowo – foliowego o szerokości 51 cm, natomiast dopuszcza prześcieradło z perforacją co 50 cm.

Ad. 38 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 2 poz. 1-13**.

Ad. 39 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** obłożenia z laminatu wymaganego w SIWZ ale o gramaturze 56g/m² i składzie opisanym w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 40 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 5** zestawu serwet opisanego w pytaniu.

Ad. 41 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 7** serwety o wymiarach 75x45cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 42 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 10** opisanego w pytaniu pokrowca na przewody.

Ad. 43 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 11** pokrowca o wymiarach 183x105 cm.

Ad. 44 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 12** zestawu serwet opisanego w pytaniu.

Ad. 45 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 13** zestawu serwet opisanego w pytaniu.

Ad. 46 Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do soboty, jednak w umowie nie określał żadnych terminów w dniach roboczych.

Ad. 47 Zamawiający nie może określić jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie na pewno zamówiony ponieważ nie jest w stanie przewidzieć z jakimi przypadkami medycznymi i w jakiej ich ilości będzie miał do czynienia.

Ad. 48 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miał przepisy Prawa zamówień publicznych oraz kodeksy cywilnego

Ad. 49 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** fartuchów o długościach: L-120cm, XL-130cm i XXL-150cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 50 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** serwety w rozmiarach 240cmx150cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 51 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** zestawu wykonanego z pełnobarierowej włókniny polipropylenowo-polietylenowej laminatu o gramaturze 57,5g/m², z serwetą dolną w rozmiarach 175cmx180cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 52 Zamawiający nie wyraża zgodny na wydzielenie z **Pakietu Nr 2 poz. 5**.

Ad. 53 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 7** serwetę z otworem o średnicy 6 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 54 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 9** serwety w rozmiarach 38cmx45cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 55 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 10** pokrowca w rozmiarach 250x13cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 56 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 11** pokrowca w rozmiarach 90x225 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 57 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 12** zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, pod warunkiem że serweta o



wymiarach 225 x 280 cm posiada wycięcie w kształcie litery U o wymiarach 8,5 – 10 x 85 – 100 cm, a ponadto zestaw spełniania pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 58 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 13 zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 59 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 14 zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 60 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 15 zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 61 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 16 zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 62 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 17 obu zestawów serwet opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania przez nie pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 63 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 18 osłonę do aparatu o średnicy 45-50 cm w stanie spoczynku, po rozciągnięciu 85-90cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050