



Znak: AE/ZP-27-03/14

Tarnów, 2014-01-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy staplerów, instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego, ładunków do staplerów i instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.: 1, 2, 3.** Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania równoważnych sterylnych staplerów jednorazowego użytku, okrężnych zakrzywionych z odłączanym sztywnym kowadłem i manualną regulacją docisku na tkankę w zakresie 1,0 – 2,5 mm; wysokość zszywek przed zamknięciem od 4,5 do 5,3 mm, w rozmiarach odpowiednio: pozycja 1 – 21 mm; pozycja 2 – 28–29 mm; pozycja 3 – 33–34 mm.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.: 1, 2, 3 i 4.** Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania staplerów jednorazowego użytku, tnąco-zamykających z nożem w ładunku i ładunków do tych staplerów w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach, o wysokościach zszywek przed zamknięciem 3,8 mm (do tkanki standardowej) i 4,5 mm (do tkanki grubej) spełniających wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 1, aby zszywki były obustronnie spłaszczane na całej długości?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wymaga do wyboru zszywki 3,5 mm lub 4,8 mm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 2, aby zszywki były obustronnie spłaszczane na całej długości?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2 i 4.** W związku z faktem, że najmniejsze możliwe opakowanie zbiorcze ładunków do sztaplera liniowego tnąco-zamykającego przewidziane przez producenta wynosi 6 szt., prosimy Zamawiającego o zwiększenie ilości ładunków w poz. 2 i 4 do 12 sztuk lub zmniejszenie ich do 6 sztuk.
7. **Dotyczy Pakietów Nr: 1, 2 i 3.** W związku z coraz szerszym zakresem stosowania rezonansu magnetycznego prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wszyscy oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty potwierdzenie zgodności oferowanych implantów (jakimi są zszywki staplerów) z MRI i NMR dla statycznego pola magnetycznego do 3,0 Tesla.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie odpowiednio: stapler jednorazowego użytku, okrężny zakrzywiony z łamanym kowadłem i automatyczną regulacją docisku tkanki (jedna właściwa pozycja odpalenia sztaplera wskazana przez producenta) Średnica sztaplera 24 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, sterylny?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie odpowiednio: stapler jednorazowego użytku, okrężny zakrzywiony z łamanym kowadłem i automatyczną regulacją docisku tkanki (jedna właściwa pozycja odpalenia sztaplera wskazana przez producenta) Średnica sztaplera 29 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, sterylny?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie odpowiednio: stapler jednorazowego użytku, okrężny zakrzywiony z łamanym kowadłem i automatyczną regulacją docisku tkanki (jedna właściwa pozycja odpalenia sztaplera wskazana przez producenta) Średnica sztaplera 32 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 5,0 mm, sterylny?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający wymaga, aby staplery zaoferowane posiadały obustronną możliwość odpalenia, gumową rączkę zwiększającą komfort użycia oraz posiadały nóż w ładunku
12. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.: 3, 4, 5, 6.** Czy Zamawiający zezwoli na wydzielenie pozycji 3 i 4 (i stworzenie z nich Pakietu 3b oraz pozycji 5 i 6 (i stworzenie z nich Pakietu 3c)?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści następujący opis: stapler jednorazowego użytku, okrężny zakrzywiony z łamanym kowadłem i automatyczną regulacją docisku tkanki (jedna

właściwa pozycja odpalenia sztaplera wskazana przez producenta). Średnica sztaplera 32 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 5,0 mm, sterylny.

14. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści następujący opis: stapler jednorazowego użytku, okrężny zakrzywiony z łamanym kowadłem i automatyczną regulacją docisku tkanki (jedna właściwa pozycja odpalenia sztaplera wskazana przez producenta). Średnica sztaplera 26 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, sterylny.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści następujący opis: stapler jednorazowy tnąco-zamykający z nożem w ładunku i obustronną możliwość odpalenia, gumową rączką zwiększającą komfort użycia o długości szwu 80 mm i wysokości zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, sterylny.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści następujący opis: stapler jednorazowy sterylny liniowy o długości szwu 45 lub 60 mm posiadający indykator pozycji zamknięcia sztaplera oraz wysokość zszywki 3,5 mm lub 4,8 mm.
17. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm. Ergonomiczny uchwyt sztaplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Pozostałe parametry bez zmian.
18. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 77 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm)? Nóż zintegrowany ze staplerem.
19. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 77 mm, do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm)? Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi przy zamawianiu rodzaj ładunku.
20. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm)? Nóż zintegrowany jest ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy zamawianiu.
21. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt. XIV SIWZ.** Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia ust. 4 warunków umowy na następujące; „W przypadku zmiany podatku VAT zmiana ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”
22. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 57 mm, do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm), tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm)? Nóż zintegrowany jest ze staplerem. Rodzaj ładunku Zamawiający określi przy składaniu zamówienia.
23. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów z odłączanym kowadłem i z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki? Wysokość zszywki przed zamknięciem 4,2 mm.
24. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów z odłączanym kowadłem i z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów z odłączanym kowadłem i z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki? Wysokość zszywki przed zamknięciem 5,0 mm.
26. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów z nożem w staplerze, o długości linii szwu 77 mm? Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,85 mm i 4,50 mm mm.
27. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ładunków bez noża do staplerów z poz. 1? Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,85 mm i 4,50 mm mm.



28. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów z nożem w staplerze, o długości linii szwu 57 mm? Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,85 mm i 4,50 mm mm.
29. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ładunków bez noża do staplerów z poz. 3? Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,85 mm i 4,50 mm mm.
30. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt. XIV SIWZ.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz.: 1, 2, 3** opisanych w pytaniu staplerów.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie nr 2 poz. 1 i 3** staplerów jednorazowego użytku, tnąco-zamykających z nożem w ładunku, oraz w poz. 2 i 4 ładunków do tych staplerów w wymaganych w SIWZ rozmiarach, o wysokościach zszywek przed zamknięciem 3,8 mm (do tkanki standardowej) i 4,5 mm (do tkanki grubej), pod warunkiem spełniania wszystkich pozostałych wymagań określonych w SIWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w poz. 1 – 4 tego Pakietu.

Ad.3 i 4 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1** Zamawiający określił w SIWZ i Załączniku Nr 1 do niej i nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Ad. 5 i 11 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 2** Zamawiający określił w SIWZ i Załączniku Nr 1 do niej i nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę ilości ładunków w **Pakiecie Nr 2 poz. 2 i 4**. W sytuacji gdy zbiorcze opakowanie jest niepodzielnie należy oferowaną ilość zaokrąglić w górę do pełnych opakowań.

Ad. 7 Zamawiający określił w SIWZ, załączenia do oferty jakich dokumentów żąda w odniesieniu do przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakietach Nr: 1, 2, 3**, i nie wprowadza do SIWZ zaproponowanych przez Wykonawcę zmian.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** opisanego w pytaniu staplera.

Ad.9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** opisanego w pytaniu staplera.

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** opisanego w pytaniu staplera.

Ad.12 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 3 poz. 3 i 4** (i stworzenie z nich Pakietu 3b), nie wyraża również zgody na wydzielenia z **Pakietu Nr 3 pozycji 5 i 6** (i stworzenie z nich Pakietu 3c).

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** opisanego w pytaniu staplera.

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** opisanego w pytaniu staplera.

Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 5** opisanego w pytaniu sztaplera. W wymienionej pozycji należy zaoferować ładunki do staplera spełniające wymagania określone w SIWZ.

Ad. 16 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 6** opisanego w pytaniu staplera. W wymienionej pozycji należy zaoferować ładunki do staplera spełniające wymagania określone w SIWZ.

Ad. 17 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** opisanych w pytaniu staplerów.

Ad. 18 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** opisanych w pytaniu staplerów.

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** opisanych w pytaniu ładunków bez noża do staplerów z poz. 1.

Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** opisanych w pytaniu staplerów.



Ad. 21 i 30 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miał przepisy Prawa zamówień publicznych oraz kodeksy cywilnego

Ad. 22 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** opisanych w pytaniu ładunków do staplerów bez noża do staplerów z poz. 1.

Ad. 23 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** opisanego w pytaniu staplera.

Ad. 24 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** opisanego w pytaniu staplera.

Ad. 25 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** opisanego w pytaniu staplera.

Ad. 26 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** opisanego w pytaniu staplera.

Ad. 27 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** opisanego w pytaniu ładunku bez noża do sztaplera z poz.1.

Ad. 28 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** opisanego w pytaniu staplera.

Ad. 29 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** opisanego w pytaniu ładunku bez noża do sztaplera z poz.3.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050