



.....

Znak: AE/ZP-27-07/14

Tarnów, 2014-02- 11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dzierżawę systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG wraz z dostawą igieł do biopsji mammotomicznej i innych niezbędnych akcesoriów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt 2 „Formularz Cenowy” oraz pkt 10 „Wymogi jakie winien spełniać przedmiot zamówienia” – Załącznik Nr 6 do SIWZ.** Prosimy o dopuszczenie igieł do mammotomicznej biopsji pod kontrolą USG, o rozmiarach: 9 G i 12 G.
2. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt. XIV.1 SIWZ oraz pkt 3 „Wymogi jakie winien spełniać przedmiot zamówienia” – Załącznik Nr 6 do SIWZ .** Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie dni roboczych (tj. liczonych od poniedziałku do piątku i z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w terminie realizacji zamówień wynoszących do 7 dni od jego zgłoszenia. Ponadto zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na dostawę systemu do mammotomicznej biopsji pod kontrolą USG – 21 dni od daty zawarcia umowy.
3. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.8 SIWZ.** Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie dni roboczych (tj. liczonych od poniedziałku do piątku i z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w terminie reklamacji tj. wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad, wynoszącym 7 dni.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycji 2 Formularza Cenowego igieł do mammotomicznej biopsji pod kontrolą USG, o rozmiarach: 9 G i 12 G

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia – zamówienia winny być realizowane w terminie do 7 dni od zgłoszenia. Nie wyraża również zgody na wydłużenie terminu dostawy systemu do mammotomicznej biopsji pod kontrolą USG – system winien być dostarczony w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu załatwienia reklamacji, tj. wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad - wymiana wadliwego towaru na towar pozbawiony wad winna odbyć się w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

Równocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert z 13.02.2014 godz. 10⁰⁰ na 14.02.2014 r. godz. 10⁰⁰ oraz termin otwarcia ofert z 13.02.2014 godz. 10¹⁰ na 14.02.2014 godz. 10¹⁰.

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert następuje zmiana treści SIWZ w punkcie III.11, IX.1, X.1.

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

