



Znak: AE/ZP-27-09/14

Tarnów, 2014-02- 19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego do endoskopii dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 5 Pakietu Nr 3 i zaoferowanie zestawu do opaskowania żyłaków przetyku zawierającego nakładkę z 6 lub 7 podwiązkami lateksowymi (do wyboru) oraz głowicę z nicią nylonową do zrzucania opasek, opaski czarne, przedostatnia w innym kolorze (sygnalizująca pozostanie ostatniej opaski), głowica z pokrętkiem działającym w dwóch kierunkach i pokrętkiem do napinania nici, w głowicy port do przepłukiwania miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki jednorazowego użytku, kompatybilny z endoskopami EG-290KP firmy Pentax. ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na stent samorozprężalny do dróg żółciowych, kryty silikonem na całej długości, w części środkowej i nie pokrywany, system aplikacji pozwalający na uwolnienie stentu do ok. 50% długości i zamknięcia w celu korekty położenia stentu, długość cewnika wprowadzającego 175 cm, pozostałe parametry jak w opisie.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie samorozprężalnego nitinolowego stentu do dróg żółciowych o średnicach 8 i 10 mm i długościach 60, 80 i 100 mm, w wersji pokrywanej i niepokrywanej silikonem, wykonanej w technologii plecionego drutu (pojedynczej i podwójnej gęstości oczek), długość introduktora 180 cm, ze złotymi markerami na obu stronach stentu i na środku, widocznymi w RTG, z systemem aplikacji umożliwiającym precyzyjne uwalnianie stentu z ograniczonym zakresem ponownego wsunięcia do koszulki w trakcie implantacji?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentu samorozprężalnego do przetyku, w wersji niepokrywanej i pokrywanej (silikonem, silikonem i e-PTFE w zależności od wersji), z 8 cieniodajnymi, złotymi znacznikami na końcach i na środku stentu (3+2+3), „lassami” na obu końcach stentu (dostępna wersja z zastawką antyrefluksyjną i jednym lassem), posiadające kołnierze antymigracyjne na końcu dystalnym i proksymalnym (kołnierz posiada dwie średnice (mniejszą i większą), długość stentu: 90, 110, 130 150, 170 mm, średnice stentów dla trzonu stentu: 16,, 18 i 20mm i odpowiednio dla kołnierzy antymigracyjnych: od 20 do 28 mm, z zestawem wprowadzającym, umożliwiającym precyzyjne uwalnianie stentu z możliwością korekty położenia bezpośrednio po założeniu?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 i 6.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli do polipektomii owalnej o średnicy 2,4 mm, długość 230 cm, do kanału $\geq 2,8$ mm, o regulowanej długości do 25 mm, wielorazowa?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 i 6 oraz 6 i 7.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli pakowaną w ilości 2 pętla + 1 rączka?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczy biopsyjnych owalnych z okienkiem bez bolca, średnica 2,4 mm, długość 230 cm, do kanału $\geq 2,8$ mm, wielorazowe?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszyka o wymiarach: średnica 2,3 mm, długość 215 cm, średnica: 10/20, 15/25, 20/30, 25/40, 30/45, 40/55, 45/60?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 10.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sfinkterotomu z poz. 9 wraz z rączką w zestawie?



10. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 12.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papilotomu z poz. 11 wraz z rączką w zestawie?
11. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku ustawowego podwyższenia stawki podatku VAT, cena umowna netto nie uległa zmianie?
12. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.8 a) SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,1%?
13. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.8 b) SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,1% oraz zmianę zapisu: „Naliczanie kar umownych poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad – w przypadku uznania reklamacji za zasadną przez Wykonawcę – w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia”.
14. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu: „W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 14 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma [prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień”.
15. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.16) SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.
16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe lub nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.
17. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne o długości 230 cm zamiast 220 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści koszyk Dormia z połączanego nitinolu o długości w pozycji złożonej 40 mm, 50 mm 60 mm (do wyboru przez Zamawiającego)?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści ustnik wielorazowego użytku, bez gumki?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 9 i 11.** Czy Zamawiający zgodni się na zaoferowanie papilotomów z rączkami na stałe?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów samorozprężalnych żółciowych: nitiniolowych, pokrywanych na całej długości, długość stentów: 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, średnica 10 mm, możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania, posiadający markery RTG na obu końcach, w zestawie do aplikacji o długości 180 cm, średnica 9 Fr, współpracującym z przewodnikiem 0,035”.
22. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów samorozprężalnych przełykowych: nitinolowych, częściowo pokrywanych silikonem od wewnątrz i od zewnątrz (kołnierz niepokrywalny), w zestawie do aplikacji o długości 80 cm, średnica 8 mm, możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania, posiadający markery RTG na obu końcach, dwa markery RTG w połowie długości stentu, długość stentów: 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, średnica 20 mm, 24 mm (kołnierz odpowiednio 24 mm, 28 mm), współpracujący z przewodnikiem 0,035”?
23. Prosimy o informację czy Zamawiający jest w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pętli kompatybilnych z narzędziem typu HX 21 L o średnicy 12mm?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.: 1, 3, 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1,3,4 do osobnego pakietu?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** W przypadku wyrażenia zgody na wyłączenie z pakietu 3 pozycji 1 prosimy o dopuszczenie przewodników jednorazowego użytku, średnica 0,035" lub 0,025" długość robocza 4500mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego



- przewodnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu.
27. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3.** W przypadku wyrażenia zgody na wyłączenie z pakiet 3 pozycji 3 prosimy o dopuszczenie przewodnicy przełykowej, b.szywna z miękką końcówką o długości 10cm; wykonana ze stali nierdzewnej; średnica 0,035"; posiada 3 znaczniki widoczne w RTG; długość całkowita narzędzia 230cm; produkt sterylny, gotowy do użytku, 1 sztuka w opakowaniu
28. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4.** W przypadku wyrażenia zgody na wyłączenie z pakietu 3 poz. 4 prosimy o prosimy o dopuszczenie tuszu markera węglowego, sterylny, jednorazowego użytku, 10 ampulek po 5ml w opakowaniu?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1-3, 6-12.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12 do osobnego pakietu?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** W przypadku wyrażenia zgody na wyłączenie z pakiet 4 pozycji 1 prosimy o dopuszczenie pętli elektrochirurgicznej kolonoskopowej z plecionego drutu (0,47 mm lub 0,43mm), kształt standardowy owalny o średnicy 15 lub 25 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, OBROTOWA - 1 szt., długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm w komplecie z osłoną teflonową (wielorazowego użytku).
31. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3.** W przypadku wyrażenia zgody na wyłączenie z pakiet 4 pozycji 3 prosimy o dopuszczenie kleszczy biopsyjnych łyżeczki biopsyjne typu Owalne z Okienkiem i Ząb Szczura wydłużone do głębszych biopsji - 1 szt., długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm.
32. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 6.** W przypadku wyrażenia zgody na wyłączenie z pakiet 4 pozycji 6 prosimy o dopuszczenie pętli elektrochirurgicznej kolonoskopowej z plecionego drutu (0,47 mm lub 0,43mm), kształt standardowy owalny o średnicy 15 lub 25 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, OBROTOWA - 1 szt. długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm w komplecie z osłoną teflonową (wielorazowego użytku) ?
33. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie protezy do dróg żółciowych – samorozprężalnej, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu , krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość protezy 40, 60, 80, 100, 120mm, średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 10,2 Fr (3,4mm). Proteza kompatybilna z przewodnicą max 0,038 cala; posiada 12 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej; proteza usuwalna, do zastosowań ŁAGODNYCH I NOWOTWOROWYCH; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 1 sztuka w opakowaniu?
34. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie protezy samorozprężalnej, przełykowej o dł. 80, 110, 140, 170mm, śr. 20 mm, średnica kołnierza 26mm; pokryta silikonem na całej długości, do zwożeń nowotworowych i nienowotworowych (usuwalna) posiada lassa do repozycji na obu końcach, posiada 12 złotych markerów do lepszej widoczności fluoroskopowej, aplikator o dł. 700 mm, śr. 6 mm/18 F; 1 sztuka w opakowaniu

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 5 zestawu do opaskowania żyłaków przełyku opisanego w pytaniu i równocześnie wyłącza tę pozycję tworząc z niej Pakiet Nr 3A

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 1 stentów do dróg żółciowych opisanych w pytaniu.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 1 stentów do dróg żółciowych opisanych w pytaniu.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 2 stentów do przełyku opisanych w pytaniu.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 i 6 pętli do polipektomii opisanych w pytaniu.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnobrzeg ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 i 2 oraz 6 i 7 pętli pakowanych w ilości 2 pętla + 1 rączka

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 3 kleszczy biopsyjnych opisanych w pytaniu.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 4 koszyka opisanego w pytaniu.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 9 sfinkterotomu wraz z rączką w zestawie.

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 11 papilotomu wraz z rączką w zestawie opisanych w pytaniu.

Ad. 11 - 15 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość wzrostu stawki podatku VAT. W przypadku wystąpienia takiej zmiany warunki, na jakich zmiana ta będzie dokonana – Zamawiający uzgodni z Wykonawcą związanym z Zamawiającym umową po przeprowadzonym przetargu.

Ad. 16 Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, nie toczy się postępowanie upadłościowe ani nie przekształca się w spółkę prawa handlowego

Ad. 17 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 3 kleszczy opisanych w pytaniu.

Ad. 18 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 4 koszyka Dormia opisanego w pytaniu.

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 5 ustników wielorazowego użytku bez gumki.

Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 9 i 11 papilotomów z rączkami na stałe.

Ad. 21 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 1 stentów do dróg żółciowych opisanych w pytaniu.

Ad. 22 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 2 stentów do przełyku opisanych w pytaniu.

Ad. 23 Zamawiający nie jest w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową.

Ad. 24 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 4 pętli kompatybilnych z narzędziem typu HX 21 L o średnicy 12 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 25 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 3 pozycji 3, wyłącza natomiast pozycję 1 i 4 i tworzy z nich Pakiet Nr 3B.

Ad. 26 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 1 (po wyłączeniu pozycji z Pakietu Nr 3 - Pakiet Nr 3B poz. 1) również opisaną w pytaniu prowadnicę, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 27 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 3 opisaną w pytaniu prowadnicę przełykowej.

Ad. 28 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 4 (po wyłączeniu pozycji z Pakietu Nr 3 - Pakiet Nr 3B poz. 2) również opisanego w pytaniu tuszu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 29 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 4 poz. 1 – 3 i 6 – 12 do osobnego pakietu.

Ad. 30 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 opisanych w pytaniu pętli.

Ad. 31 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 3 opisanych w pytaniu kleszczy.

Ad. 32 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 6 opisaną w pytaniu pętlą.

Ad. 33 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 1 opisanych w pytaniu stentów do dróg żółciowych.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050

Ad. 34 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 2 opisanych w pytaniu stentów przełykowych.

W związku z wyżej wymienionymi odpowiedziami Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert z 24.02.2014 godz. 10⁰⁰ na 25.02.2014 r. godz. 10⁰⁰ oraz termin otwarcia ofert z 24.02.2014 godz. 10¹⁰ na 25.02.2014 godz. 10¹⁰.

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert następuje zmiana treści SIWZ w punkcie III.11, IX.1, X.1, oraz w związku z odpowiedzią w pkt ad. 1 i ad. 25 następuje zmiana treści SIWZ w pkt III.4 SIWZ i w Formularzu Cenowym jak również Formularzu Ofertowym.

W załączeniu Formularz Cenowy i Formularz Ofertowy uwzględniający utworzenie Pakietu 3A i 3B.

Jednocześnie w związku z wprowadzonymi zmianami SIWZ, działając na podstawie art. 38 art. 4a ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje odpowiednio zmian treści ogłoszenia.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050